

Tento dokument projednal a odsouhlasil výbor STL ČLS JEP

Zpracoval: Martin Písačka

Poznámka: Změny v textu proti minulému roku jsou pro přehlednost označeny žlutě (terminologické změny související s aplikací ISO 17043 značeny nejsou).

Základní informace o procesu certifikace v systému EHK a rovněž seznam použitých zkratk naleznete v dokumentu **Certifikace 2012 – obecný úvod**.

Udělování certifikátů

Účastníkům je vydáván certifikát úspěšnosti, který dokládá shodu výsledků účastníka se vztažnými hodnotami, určenými Referenční laboratoří pro imunohematologii (ÚHKT Praha, vedoucí MUDr. Martin Písačka). Certifikát je vydáván pouze tehdy, jestliže pro danou zkoušku dojde ke shodě výsledků účastníka a vztažných hodnot u obou vzorků.

Certifikované zkoušky

Program EHK: IH - Imunohematologie

Zkouška	Doporučené rutinní metody stanovení	Nedoporučené metody
AB0 skupina (antigeny)	Test za použití diagnostik odpovídajících Direktivě 98/79/EC a metodou dle příslušného návodu k použití (označení shody „CE“).	Jiné testy a odchylky od doporučeného postupu v návodu k použití.
A podskupina		
Rh D antigen (dárce)		
Rh D antigen (příjemce)		
Další antigeny - každý z následujících antigenů je certifikován samostatně: C, c, C ^w , E, e, K, k, M, N, S, s, P1, Fy ^a , Fy ^b , Jk ^a , Jk ^b , Lu ^a , Lu ^b , Le ^a , Le ^b		
Přímý Coombsův test		
Screening protilátek nepřímým antiglobulinovým testem (dárce)		
Screening protilátek nepřímým antiglobulinovým testem (příjemce)		
Screening protilátek nepřímým antiglobulinovým testem (těhotná)		
Screening protilátek enzymovým testem		
Identifikace protilátek		
Zkouška kompatibility ^{*)}		

^{*)} Certifikát je vystaven pouze v případě, že účastník uvede správné výsledky všech 4 zkoušek kompatibility (tj. oba segmenty proti oběma vzorkům sér). Výsledky doplňujících zkoušek *Provést transfuzi* vystavení certifikátu neovlivňují.