

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: CRPP6/17 - Stanovení CRP systémy POCT

Stop termín: 14.12.2017

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost													
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}	
(104) C-reaktivní protein					137							137	122	89%	
Vzorky a skupiny	[mg/l]														
Vzorek A		45,5	4,3	9,4	137		CVP	45,5	0,90	24%	34,5	56,5	137	126	92%
(130) Orion QuikRead 101		44,4	3,7	8,3	63	0							63		
(133) BodiTech i-CHROMA		44,2	3,1	7,0	10	1							10		
(134) Orion QuikRead go		47,4	2,8	5,8	53	0							53		
Ostatní					11	0							11		
							2x 0, 3x 131, 1x 132, 1x 136, 4x 999								
Vzorek B		78,3	6,6	8,4	137		CVP	78,3	1,4	24%	59,5	97,1	137	127	93%
(130) Orion QuikRead 101		77,0	6,0	7,7	63	0							63		
(133) BodiTech i-CHROMA		83,9	11	13	10	1							10		
(134) Orion QuikRead go		79,6	4,8	6,1	53	0							53		
Ostatní					11	0							11		
							2x 0, 3x 131, 1x 132, 1x 136, 4x 999								

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 19.12.2017