

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(601) A1 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	1	Negativní (1)	2,2 %
		>>> 34	Slabě pozitivní	76 %
		> 10	Silně pozitivní	22 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				
(602) A2 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 45	Negativní (0)	100 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(603) A3 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	5	Negativní (1)	11 %
		>>> 38	Slabě pozitivní	84 %
		> 2	Silně pozitivní	4,4 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 89 %		
Celková úspěšnost: 89 %				
(606) B1 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 45	Negativní (0)	100 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(607) B2 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 38	Slabě pozitivní	84 %
		> 7	Silně pozitivní	16 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(608) B3 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 45	Silně pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(611) C1 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	4	Negativní (1)	8,9 %
		>>> 41	Slabě pozitivní	91 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 91 %		
Celková úspěšnost: 91 %				
(612) C2 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 45	Silně pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(613) C3 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	1	Negativní (1)	2,2 %
		>>> 38	Slabě pozitivní	84 %
		> 6	Silně pozitivní	13 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				
(616) D1 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 42	Negativní (0)	93 %
		> 3	Negativní (1)	6,7 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(617) D2 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 27	Negativní (0)	60 %
		> 18	Negativní (1)	40 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(618) D3 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 26	Negativní (0)	58 %
		> 18	Negativní (1)	40 %
		1	Slabě pozitivní	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				
(621) E1 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 45	Silně pozitivní	100 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(622) E2 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	8	Negativní (1)	18 %
		>>> 37	Slabě pozitivní	82 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 82 %		
Celková úspěšnost: 82 %				
(623) E3 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 45	Negativní (0)	100 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(651) A1 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	> 1	8 bodů	2,2 %
		> 1	12 bodů	2,2 %
		>>> 43	15 bodů	96 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(652) A2 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 45	15 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(653) A3 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	> 2	9 bodů	4,4 %
		>>> 1	14 bodů	2,2 %
		>>> 42	15 bodů	93 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(656) B1 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 45	15 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(657) B2 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	> 1	8 bodů	2,2 %
		> 3	12 bodů	6,7 %
		>>> 1	13 bodů	2,2 %
		>>> 1	14 bodů	2,2 %
		>>> 39	15 bodů	87 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(658) B3 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	> 2	12 bodů	4,4 %
		>>> 43	15 bodů	96 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(661) C1 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 1	13 bodů	2,2 %
		>>> 44	15 bodů	98 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(662) C2 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 2	14 bodů	4,4 %
		>>> 43	15 bodů	96 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(663) C3 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	1	7 bodů	2,2 %
		> 1	12 bodů	2,2 %
		>>> 1	13 bodů	2,2 %
		>>> 42	15 bodů	93 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				
(666) D1 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 45	15 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(667) D2 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	1	6 bodů	2,2 %
		>>> 1	14 bodů	2,2 %
		>>> 43	15 bodů	96 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(668) D3 barvení vzorku

Sklo	Všechny výsledky	1	6 bodů	2,2 %
		>	2 8 bodů	4,4 %
		>>> 42	15 bodů	93 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(671) E1 barvení vzorku

Sklo	Všechny výsledky	>	1 10 bodů	2,2 %
		>	1 12 bodů	2,2 %
		>>> 43	15 bodů	96 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(672) E2 barvení vzorku

Sklo	Všechny výsledky	1	7 bodů	2,2 %
		>	1 9 bodů	2,2 %
		>	1 11 bodů	2,2 %
		>>> 42	15 bodů	93 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(673) E3 barvení vzorku

Sklo	Všechny výsledky	>>> 45	15 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(681) VKK

Sklo	Všechny výsledky	5	0 bodů (nevyhovující výsledek)	11 %
		8	3 body (nevyhovující výsledek)	18 %
		>	9 6 bodů (akceptovatelný výsledek)	20 %
		>>> 1	8 bodů (výborný výsledek)	2,2 %
		>>> 22	9 bodů (výborný výsledek)	49 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 71 %		
Celková úspěšnost: 71 %				