

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(601) A1 exprese HER-2/neu				
Sklo	(802) Dako HercepTest	>>> 5	Slabě pozitivní	11 %
		> 6	Silně pozitivní	13 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 9	Slabě pozitivní	20 %
		> 2	Silně pozitivní	4,4 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	1	Negativní (1)	2,2 %
		>>> 19	Slabě pozitivní	42 %
		> 2	Silně pozitivní	4,4 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Slabě pozitivní	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 45 Úspěšnost: 98 %				
Celková úspěšnost: 98 %				

(602) A2 exprese HER-2/neu

Sklo	(802) Dako HercepTest	>>> 11	Negativní (0)	24 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 11	Negativní (0)	24 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>> 22	Negativní (0)	49 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Negativní (0)	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 45 Úspěšnost: 100 %				
Celková úspěšnost: 100 %				

(603) A3 exprese HER-2/neu

Sklo	(802) Dako HercepTest	1	Negativní (1)	2,2 %
		>>> 9	Slabě pozitivní	20 %
		> 1	Silně pozitivní	2,2 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	1	Negativní (1)	2,2 %
		>>> 9	Slabě pozitivní	20 %
		> 1	Silně pozitivní	2,2 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	2	Negativní (1)	4,4 %
		>>> 20	Slabě pozitivní	44 %
	(999) jiný výrobce	1	Negativní (1)	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 45 Úspěšnost: 89 %				
Celková úspěšnost: 89 %				

(606) B1 exprese HER-2/neu

Sklo	(802) Dako HercepTest	>>> 11	Negativní (0)	24 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 11	Negativní (0)	24 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>> 22	Negativní (0)	49 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Negativní (0)	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 45 Úspěšnost: 100 %				
Celková úspěšnost: 100 %				

(607) B2 exprese HER-2/neu

Sklo	(802) Dako HercepTest	>>> 7	Slabě pozitivní	16 %
		> 4	Silně pozitivní	8,9 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 10	Slabě pozitivní	22 %
		> 1	Silně pozitivní	2,2 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>> 20	Slabě pozitivní	44 %
		> 2	Silně pozitivní	4,4 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Slabě pozitivní	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 45 Úspěšnost: 100 %				
Celková úspěšnost: 100 %				

(608) B3 exprese HER-2/neu

Sklo	(802) Dako HercepTest	>>> 11	Silně pozitivní	24 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 11	Silně pozitivní	24 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>> 22	Silně pozitivní	49 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Silně pozitivní	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 45 Úspěšnost: 100 %				
Celková úspěšnost: 100 %				

(611) C1 exprese HER-2/neu

Sklo	(802) Dako HercepTest	1	Negativní (1)	2,2 %
		>>> 10	Slabě pozitivní	22 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	1	Negativní (1)	2,2 %
		>>> 10	Slabě pozitivní	22 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	2	Negativní (1)	4,4 %
		>>> 20	Slabě pozitivní	44 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Slabě pozitivní	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 45 Úspěšnost: 91 %				

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
Celková úspěšnost: 91 %				
(612) C2 exprese HER-2/neu				
Sklo	(802) Dako HercepTest	>>> 11	Silně pozitivní	24 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 11	Silně pozitivní	24 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>> 22	Silně pozitivní	49 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Silně pozitivní	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 45 Úspěšnost: 100 %				
Celková úspěšnost: 100 %				
(613) C3 exprese HER-2/neu				
Sklo	(802) Dako HercepTest	>>> 8	Slabě pozitivní	18 %
		> 3	Silně pozitivní	6,7 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 9	Slabě pozitivní	20 %
		> 2	Silně pozitivní	4,4 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	1	Negativní (1)	2,2 %
		>>> 20	Slabě pozitivní	44 %
		> 1	Silně pozitivní	2,2 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Slabě pozitivní	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 45 Úspěšnost: 98 %				
Celková úspěšnost: 98 %				
(616) D1 exprese HER-2/neu				
Sklo	(802) Dako HercepTest	>>> 10	Negativní (0)	22 %
		> 1	Negativní (1)	2,2 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 9	Negativní (0)	20 %
		> 2	Negativní (1)	4,4 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>> 22	Negativní (0)	49 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Negativní (0)	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 45 Úspěšnost: 100 %				
Celková úspěšnost: 100 %				
(617) D2 exprese HER-2/neu				
Sklo	(802) Dako HercepTest	>>> 7	Negativní (0)	16 %
		> 4	Negativní (1)	8,9 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 4	Negativní (0)	8,9 %
		> 7	Negativní (1)	16 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>> 15	Negativní (0)	33 %
		> 7	Negativní (1)	16 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Negativní (0)	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 45 Úspěšnost: 100 %				
Celková úspěšnost: 100 %				
(618) D3 exprese HER-2/neu				
Sklo	(802) Dako HercepTest	>>> 5	Negativní (0)	11 %
		> 6	Negativní (1)	13 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 5	Negativní (0)	11 %
		> 5	Negativní (1)	11 %
		1	Slabě pozitivní	2,2 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>> 15	Negativní (0)	33 %
		> 7	Negativní (1)	16 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Negativní (0)	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 45 Úspěšnost: 98 %				
Celková úspěšnost: 98 %				
(621) E1 exprese HER-2/neu				
Sklo	(802) Dako HercepTest	>>> 11	Silně pozitivní	24 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 11	Silně pozitivní	24 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>> 22	Silně pozitivní	49 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Silně pozitivní	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 45 Úspěšnost: 100 %				
Celková úspěšnost: 100 %				
(622) E2 exprese HER-2/neu				
Sklo	(802) Dako HercepTest	2	Negativní (1)	4,4 %
		>>> 9	Slabě pozitivní	20 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	2	Negativní (1)	4,4 %
		>>> 9	Slabě pozitivní	20 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	4	Negativní (1)	8,9 %
		>>> 18	Slabě pozitivní	40 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Slabě pozitivní	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 45 Úspěšnost: 82 %				
Celková úspěšnost: 82 %				

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(623) E3 exprese HER-2/neu				
Sklo	(802) Dako HercepTest	>>> 11	Negativní (0)	24 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 11	Negativní (0)	24 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>> 22	Negativní (0)	49 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Negativní (0)	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(651) A1 barvení vzorku

Sklo	(0) výrobce neuveden	>	1 8 bodů	2,2 %
		>	1 12 bodů	2,2 %
		>>>	43 15 bodů	96 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(652) A2 barvení vzorku

Sklo	(0) výrobce neuveden	>>>	45 15 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(653) A3 barvení vzorku

Sklo	(0) výrobce neuveden	>	2 9 bodů	4,4 %
		>>>	1 14 bodů	2,2 %
		>>>	42 15 bodů	93 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(656) B1 barvení vzorku

Sklo	(0) výrobce neuveden	>>>	45 15 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(657) B2 barvení vzorku

Sklo	(0) výrobce neuveden	>	1 8 bodů	2,2 %
		>	3 12 bodů	6,7 %
		>>>	1 13 bodů	2,2 %
		>>>	1 14 bodů	2,2 %
		>>>	39 15 bodů	87 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(658) B3 barvení vzorku

Sklo	(0) výrobce neuveden	>	2 12 bodů	4,4 %
		>>>	43 15 bodů	96 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(661) C1 barvení vzorku

Sklo	(0) výrobce neuveden	>>>	1 13 bodů	2,2 %
		>>>	44 15 bodů	98 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(662) C2 barvení vzorku

Sklo	(0) výrobce neuveden	>>>	2 14 bodů	4,4 %
		>>>	43 15 bodů	96 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(663) C3 barvení vzorku

Sklo	(0) výrobce neuveden		1 7 bodů	2,2 %
		>	1 12 bodů	2,2 %
		>>>	1 13 bodů	2,2 %
		>>>	42 15 bodů	93 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(666) D1 barvení vzorku

Sklo	(0) výrobce neuveden	>>>	45 15 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(667) D2 barvení vzorku

Sklo	(0) výrobce neuveden		1 6 bodů	2,2 %
		>>>	1 14 bodů	2,2 %
		>>>	43 15 bodů	96 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 98 %		

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Celková úspěšnost: 98 %

(668) D3 barvení vzorku

Sklo	(0) výrobce neuveden	1	6 bodů	2,2 %
		>	2 8 bodů	4,4 %
		>>>	42 15 bodů	93 %

Celkem za vzorek: n = 45 Úspěšnost: 98 %

Celková úspěšnost: 98 %

(671) E1 barvení vzorku

Sklo	(0) výrobce neuveden	>	1 10 bodů	2,2 %
		>	1 12 bodů	2,2 %
		>>>	43 15 bodů	96 %

Celkem za vzorek: n = 45 Úspěšnost: 100 %

Celková úspěšnost: 100 %

(672) E2 barvení vzorku

Sklo	(0) výrobce neuveden	1	7 bodů	2,2 %
		>	1 9 bodů	2,2 %
		>	1 11 bodů	2,2 %
		>>>	42 15 bodů	93 %

Celkem za vzorek: n = 45 Úspěšnost: 98 %

Celková úspěšnost: 98 %

(673) E3 barvení vzorku

Sklo	(0) výrobce neuveden	>>>	45 15 bodů	100 %
------	----------------------	-----	------------	-------

Celkem za vzorek: n = 45 Úspěšnost: 100 %

Celková úspěšnost: 100 %

(681) VKK

Sklo	(0) výrobce neuveden	5	0 bodů (nevyhovující výsledek)	11 %
		8	3 body (nevyhovující výsledek)	18 %
		>	9 6 bodů (akceptovatelný výsledek)	20 %
		>>>	1 8 bodů (výborný výsledek)	2,2 %
		>>>	22 9 bodů (výborný výsledek)	49 %

Celkem za vzorek: n = 45 Úspěšnost: 71 %

Celková úspěšnost: 71 %

st_kl

Konec sestavy

Vytisknuto: 26.12.2017