

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(601) A1 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 5	Slabě pozitivní	45 %
		> 6	Silně pozitivní	55 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(602) A2 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 11	Negativní (0)	100 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(603) A3 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	1	Negativní (1)	9,1 %
		>>> 9	Slabě pozitivní	82 %
		> 1	Silně pozitivní	9,1 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 91 %		
Celková úspěšnost: 91 %				
(606) B1 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 11	Negativní (0)	100 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(607) B2 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 6	Slabě pozitivní	55 %
		> 5	Silně pozitivní	45 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(608) B3 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 11	Silně pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(611) C1 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	2	Negativní (1)	18 %
		>>> 9	Slabě pozitivní	82 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 82 %		
Celková úspěšnost: 82 %				
(612) C2 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 11	Silně pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(613) C3 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 8	Slabě pozitivní	73 %
		> 3	Silně pozitivní	27 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(616) D1 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 10	Negativní (0)	91 %
		> 1	Negativní (1)	9,1 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(617) D2 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 6	Negativní (0)	55 %
		> 5	Negativní (1)	45 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(618) D3 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 5	Negativní (0)	45 %
		> 6	Negativní (1)	55 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(621) E1 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 11	Silně pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
Celková úspěšnost: 100 %				
(622) E2 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	3	Negativní (1)	27 %
		>>> 8	Slabě pozitivní	73 %
Celkem za vzorek: n = 11			Úspěšnost: 73 %	
Celková úspěšnost: 73 %				
(623) E3 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 11	Negativní (0)	100 %
Celkem za vzorek: n = 11			Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				
(651) A1 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 11	15 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 11			Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				
(652) A2 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 11	15 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 11			Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				
(653) A3 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 11	15 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 11			Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				
(656) B1 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 11	15 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 11			Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				
(657) B2 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>	1 12 bodů	9,1 %
		>>> 1	13 bodů	9,1 %
		>>> 9	15 bodů	82 %
Celkem za vzorek: n = 11			Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				
(658) B3 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 11	15 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 11			Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				
(661) C1 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 11	15 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 11			Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				
(662) C2 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 11	15 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 11			Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				
(663) C3 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 11	15 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 11			Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				
(666) D1 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 11	15 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 11			Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				
(667) D2 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 11	15 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 11			Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				
(668) D3 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 11	15 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 11			Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				
(671) E1 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 11	15 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 11			Úspěšnost: 100 %	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Celková úspěšnost: 100 %

(672) E2 barvení vzorku

Sklo	Všechny výsledky	>>>	11	15 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost:	100 %		

Celková úspěšnost: 100 %

(673) E3 barvení vzorku

Sklo	Všechny výsledky	>>>	11	15 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost:	100 %		

Celková úspěšnost: 100 %

(681) VKK

Sklo	Všechny výsledky				
		2	0 bodů (nevyhovující výsledek)		18 %
		1	3 body (nevyhovující výsledek)		9,1 %
		>	3	6 bodů (akceptovatelný výsledek)	27 %
		>>>	5	9 bodů (výborný výsledek)	45 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost:	73 %		

Celková úspěšnost: 73 %