Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

Filtr: Slovensko

Cyklus EHK: DA1/19 - Diferenciál na automatech

Stop termín: 15.03.2019

RoM = robustní průměr
SD = směrodatná odchylka
CV = variační koeficient
Ntot = celkový počet účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem

AV = vztažná hodnota
CRV = certifikovaná referenční hodnota
RV = referenční hodnota
CVE = konsenzus expertů
CVP = konsenzus všech účastníků
CVPG = konsenzus skupin účastníků
U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)

Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
LL = dolní mez
UL = horní mez
Neva = počet hodnocených účastníků
Nsuc = počet úspěšných účastníků
Srel = relativní úspěšnost

Zkouška	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N_{tot}	N_{out}	Srovnatelnost	AV	U_{AV}	D_{max}	LL	UL	N_{eva}	N_{suc}	S_{rel}
(130) Leukocyty	[·10(exp9)/L]				22								22	21	95%
Vzorky a skupiny -															
Vzorek A		8,43	0,33	4,0	22		CVP	8,5	0,045	15%	7,22	9,78	22	21	95%
Všechny výsledky		8,43	0,33	4,0	22	0							22		
Vzorek B		3,63	0,16	4,4	22		CVP	3,68	0,021	18%	3,01	4,35	22	21	95%
Všechny výsledky		3,63	0,16	4,4	22	0							22		
(160) Neutrofily	[·10(exp9)/L]				22								22	21	95%
Vzorky a skupiny -															
Vzorek A		4,66	0,24	5,2	22		CVP	4,66	0,033	25%	3,49	5,83	22	22	100%
Všechny výsledky		4,66	0,24	5,2	22	0							22		
Vzorek B		1,96	0,086	4,4	22		CVP	1,98	0,014	25%	1,48	2,48	22	21	95%
Všechny výsledky		1,96	0,086	4,4	22	0							22		
(161) Lymfocyty	[·10(exp9)/L]				22								22	20	91%
Vzorky a skupiny -															
Vzorek A		2,17	0,094	4,3	22		CVP	2,18	0,018	25%	1,63	2,73	22	20	91%
Všechny výsledky		2,17	0,094	4,3	22	0							22		
Vzorek B		1,12	0,063	5,6	22		CVP	1,12	0,011	25%	0,84	1,4	22	20	91%
Všechny výsledky		1,12	0,063	5,6	22	1							22		
(162) Monocyty	[·10(exp9)/L]				22								22	20	91%
Vzorky a skupiny -															
Vzorek A		0,700	0,14	19	22		CVP	0,683	0,015	50%	0,341	1,03	22	21	95%
Všechny výsledky		0,700	0,14	19	22	0							22		
Vzorek B		0,445	0,074	17	22		CVP	0,451	,0092	50%	0,225	0,677	22	21	95%
Všechny výsledky		0,445	0,074	17	22	0							22		
(163) Eozinofily	[·10(exp9)/L]				22								22	20	91%
Vzorky a skupiny -															
Vzorek A		0,905	0,095	10	22		CVP	0,884	0,011	50%	0,442	1,33	22	20	91%
Všechny výsledky		0,905	0,095	10	22	0							22		
Vzorek B		0,089	0,014	15	22		CVP	0,089	,0021	50%	0,044	0,134	22	21	95%
Všechny výsledky		0,089	0,014	15	22	0							22		
(164) Bazofily	[·10(exp9)/L]				22								22	21	95%
Vzorky a skupiny -															
Vzorek A		0,047	0,018	39	22		CVP	0,074	,0045	asym.	0	0,255	22	22	100%
Všechny výsledky		0,047	0,018	39	22	0							22		
Vzorek B		0,035	0,019	53	22		CVP	0,043	,0028	asym.	0	0,11	22	21	95%
Všechny výsledky		0,035	0,019	53	22	0							22		