

Cyklus EHK: INRP3/19 - Měření INR systémy POCT

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| RoM = robustní průměr | AV = vztažná hodnota | Dmax = přijatelný rozdíl v procentech |
| SD = směrodatná odchylka | CRV = certifikovaná referenční hodnota | LL = dolní mez |
| CV = variační koeficient | RV = referenční hodnota | UL = horní mez |
| Ntot = celkový počet účastníků | CVE = konsenzus expertů | Neva = počet hodnocených účastníků |
| Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem | CVP = konsenzus všech účastníků | Nsuc = počet úspěšných účastníků |
| | CVPG = konsenzus skupin účastníků | Srel = relativní úspěšnost |
| | U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2) | |

| Zkouška | [jednotka] | Srovnatelnost | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------|-------|--------|------------------|------------------|------|-----------------|------------------|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| | | RoM | SD | CV [%] | N _{tot} | N _{out} | AV | U _{AV} | D _{max} | LL | UL | N _{eva} | N _{suc} | S _{rel} |
| Sada 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| (536) Protrombinový test (CoaguChek) | [-] | | | | 113 | | | | | | | 113 | 109 | 96% |
| Vzorky a skupiny | | | | | | | | | | | | | | |
| Vzorek A1 | | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 113 | CVP | 1,2 | 20% | 0,96 | 1,44 | 113 | 113 | 100% | |
| Všechny výsledky | | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 113 | 0 | | | | | 113 | | | |
| Vzorek B1 | | 2,55 | 0,07 | 2,8 | 113 | CVP | 2,55 | 0,016 | 20% | 2,04 | 3,06 | 113 | 109 | 96% |
| Všechny výsledky | | 2,55 | 0,07 | 2,8 | 113 | 0 | | | | | 113 | | | |
| Sada 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| (543) Protrombinový test (microINR) | [-] | | | | 34 | | | | | | | 34 | 18 | 53% |
| Vzorky a skupiny | | | | | | | | | | | | | | |
| Vzorek A3 | | 1,32 | 0,33 | 25 | 34 | CVP | 1,32 | 0,14 | 20% | 1,05 | 1,59 | 34 | 19 | 56% |
| Všechny výsledky | | 1,32 | 0,33 | 25 | 34 | 0 | | | | | 34 | | | |
| Vzorek B3 | | 1,95 | 0,24 | 12 | 34 | CVP | 1,95 | 0,10 | 20% | 1,56 | 2,34 | 34 | 27 | 79% |
| Všechny výsledky | | 1,95 | 0,24 | 12 | 34 | 0 | | | | | 34 | | | |
| Sada 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| (552) Protrombinový test (Xprecia) | [-] | | | | 19 | | | | | | | 19 | 19 | 100% |
| Vzorky a skupiny | | | | | | | | | | | | | | |
| Vzorek A5 | | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 19 | CVP | 1,6 | 20% | 1,28 | 1,92 | 19 | 19 | 100% | |
| Všechny výsledky | | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 19 | 0 | | | | | 19 | | | |
| Vzorek B5 | | 2,75 | 0,062 | 2,2 | 19 | CVP | 2,75 | 0,035 | 20% | 2,2 | 3,3 | 19 | 19 | 100% |
| Všechny výsledky | | 2,75 | 0,062 | 2,2 | 19 | 0 | | | | | 19 | | | |
| st_kn_p | | | | | | Konec sestavy | | | | | | | | Vytiskeno: 07.10.2019 |