Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

(Skupiny: princip měření)

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: SED1/19 - Sedimentační rychlost erytrocytů

Stop termín: 15.03.2019

RoM = robustní průměr
SD = směrodatná odchylka
CV = variační koeficient
Ntot = celkový počet účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem

AV = vztažná hodnota
CRV = certifikovaná referenční hodnota
RV = referenční hodnota
CVE = konsenzus expertů
CVP = konsenzus všech účastníků
CVPG = konsenzus skupin účastníků
U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)

Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
LL = dolní mez
UL = horní mez
Neva = počet hodnocených účastníků
Nsuc = počet úspěšných účastníků
Srel = relativní úspěšnost

Zkouška [jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N_{tot}	N_{out}	Srovnatelnost	AV	U_{AV}	D_{max}	LL	UL	N_{eva}	N_{suc}	S_{rel}
(541) Sedimentace erytrocytů za 1 h [mm/1hod]				152								152	147	97%
Vzorky a skupiny														
Vzorek A	5,73	1,3	23	152		CVP	5,73	0,26	asym.	2	9	152	148	97%
(1) Přístroj	6,35	1,6	25	24	0							24		
(2) Manuálně	5,60	1,2	21	128	0							128		
Vzorek B	59,9	11	18	152		CVP	59,9	2,2	asym.	29	90	152	150	99%
(1) Přístroj	67,8	8,5	13	24	1							24		
(2) Manuálně	58,5	11	18	128	0							128		
(542) Sedimentace erytrocytů za 2 h [mm/2hod]				147								147	140	95%
Vzorky a skupiny														
Vzorek A	12,2	2,5	21	147		CVP	12,2	0,51	asym.	6	19	147	141	96%
(1) Přístroj	13,1	2,9	22	19	0							19		
(2) Manuálně	12,1	2,5	20	128	0							128		
Vzorek B	113	15	14	147		CVP	113	3,1	asym.	56	170	147	146	99%
(1) Přístroj	119	12	9,8	19	1							19		
(2) Manuálně	112	15	14	128	0							128		

st_kn_p

Konec sestavy

Vytištěno: 22.03.2019