Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

Cyklus EHK: AIM2/20 - Autoimunita

Stop termín: 26.10.2020

Legenda:
>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek
> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek
± ... označuje nehodnocený výsledek
N ... počet výsledků
Nrel ... relativní počet výsledků

Zkouška

Vzorek	Skupina		N	Výsledek	N_{rel}
Sada 1					
(560) ANA screening (jádro buňky) - průkaz					
A1	Všechny výsledky		7	Negativní	9,1 %
			2	Neprůkazný výsledek (hraniční)	2,6 %
		>>>	68	Pozitivní	88 %
	Celkem za vzorek: n = 77	Úspěšnost: 88 %			
B1	Všechny výsledky	>>>	77	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 77	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 88 %					
(572) ANA screening (jádro buňky) - semikvan.					
A1	Všechny výsledky	±	6	titr 40	9,1 %
		±	10	titr 80	15 %
		±	26	titr 160	39 %
		±	15	titr 320	23 %
		±	6	titr 640	9,1 %
		±	2	titr 1280	3,0 %
		±	1	titr 2560	1,5 %
	Celkem za vzorek: n = 66	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit			
B1	Všechny výsledky	±	45	titr 0 (neměřitelný)	68 %
		±	14	titr 40	21 %
		±	6	titr 80	9,1 %
		±	1	titr 2560	1,5 %
	Celkem za vzorek: n = 66	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit			
(561) ANA - typ fluorescence jádra					
A1	Všechny výsledky	±	1	Žádná fluorescence	1,5 %
		±	20	Hrubě zrnitý	29 %
		±	2	Hrubě zrnitý; Jemně zrnitý	2,9 %
		±	2	Hrubě zrnitý; Nukleární matrix	2,9 %
		±	28	Jemně zrnitý	41 %
		±	12	Nukleární matrix	18 %
		±	2	Nukleární matrix; Hrubě zrnitý	2,9 %
		±	1	Neznámý typ fluorescence	1,5 %
	Celkem za vzorek: n = 68	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit			
B1	Všechny výsledky	>>>	68	Žádná fluorescence	100 %
	Celkem za vzorek: n = 68	Úspěšnost: 100 %			
(563) ANA screening (cytoplazma) - průkaz					
A1	Všechny výsledky	>>>	64	Negativní	94 %
			1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,5 %
			3	Pozitivní	4,4 %
	Celkem za vzorek: n = 68	Úspěšnost: 94 %			
B1	Všechny výsledky	>>>	67	Negativní	99 %
			1	Pozitivní	1,5 %
	Celkem za vzorek: n = 68	Úspěšnost: 99 %			
Celková úspěšnost: 93 %					
(573) ANA screening (cytoplazma) - semikvan.					
A1	Všechny výsledky	±	39	titr 0 (neměřitelný)	62 %
		±	13	titr 40	21 %
		±	8	titr 80	13 %
		±	1	titr 160	1,6 %
		±	1	titr 320	1,6 %
		±	1	titr 2560	1,6 %
	Celkem za vzorek: n = 63	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit			
B1	Všechny výsledky	±	41	titr 0 (neměřitelný)	65 %
		±	15	titr 40	24 %
		±	6	titr 80	9,5 %
		±	1	titr 2560	1,6 %
	Celkem za vzorek: n = 63	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit			
(564) ANA - typ fluorescence cytoplazmy					
A1	Všechny výsledky	>>>	61	Žádná fluorescence	94 %
			1	Jemně zrnitá cytoplazma	1,5 %
			3	Difúzní cytoplazmatický obraz	4,6 %
	Celkem za vzorek: n = 65	Úspěšnost: 94 %			
B1	Všechny výsledky	>>>	64	Žádná fluorescence	98 %
			1	Difúzní cytoplazmatický obraz	1,5 %
	Celkem za vzorek: n = 65	Úspěšnost: 98 %			

Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

Cyklus EHK: AIM2/20 - Autoimunita

Stop termín: 26.10.2020

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N_{rel}
Celková úspěšnost: 92 %				

Sada 2

(565) ANCA imunofluorescence - průkaz

A2	Všechny výsledky	>>> 63	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 63	Úspěšnost: 100 %		
B2	Všechny výsledky	>>> 63	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 63	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(574) ANCA IF (etanol) - semikvantita

A2	Všechny výsledky	± 1	Neuvedeno	1,9 %
		± 4	titr 20	7,4 %
		± 5	titr 40	9,3 %
		± 9	titr 80	17 %
		± 12	titr 160	22 %
		± 13	titr 320	24 %
		± 5	titr 640	9,3 %
		± 3	titr 1280	5,6 %
		± 2	titr 2560	3,7 %
	Celkem za vzorek: n = 54	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
B2	Všechny výsledky	± 35	titr 0 (neměřitelný)	65 %
		± 19	titr 20	35 %
	Celkem za vzorek: n = 54	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(578) ANCA IF (formalín) - semikvantita

A2	Všechny výsledky	± 1	Neuvedeno	1,9 %
		± 4	titr 20	7,5 %
		± 8	titr 40	15 %
		± 8	titr 80	15 %
		± 14	titr 160	26 %
		± 12	titr 320	23 %
		± 2	titr 640	3,8 %
		± 2	titr 1280	3,8 %
		± 2	titr 2560	3,8 %
	Celkem za vzorek: n = 53	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
B2	Všechny výsledky	± 34	titr 0 (neměřitelný)	64 %
		± 19	titr 20	36 %
	Celkem za vzorek: n = 53	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(566) ANCA - typ fluorescence

A2	Všechny výsledky	>>> 56	pANCA (perinukleární)	90 %
		>>> 6	pANCA (perinukleární); ANA	9,7 %
	Celkem za vzorek: n = 62	Úspěšnost: 100 %		
B2	Všechny výsledky	1	Neuvedeno	1,6 %
		>>> 61	Žádná fluorescence	98 %
	Celkem za vzorek: n = 62	Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(569) anti-myeloperoxidáza

A2	Všechny výsledky	1	Negativní	1,4 %
		1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,4 %
		>>> 70	Pozitivní	97 %
	Celkem za vzorek: n = 72	Úspěšnost: 97 %		
B2	Všechny výsledky	>>> 71	Negativní	99 %
		1	Pozitivní	1,4 %
	Celkem za vzorek: n = 72	Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 97 %				

(570) anti-proteináza III

A2	Všechny výsledky	>>> 72	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 72	Úspěšnost: 100 %		
B2	Všechny výsledky	>>> 72	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 72	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

Sada 3

(580) Anti-ENA/SS-A/Ro-60

A3	Všechny výsledky	1	Negativní	1,4 %
		>>> 73	Pozitivní	99 %
	Celkem za vzorek: n = 74	Úspěšnost: 99 %		
B3	Všechny výsledky	>>> 64	Negativní	86 %
		5	Neprůkazný výsledek (hraniční)	6,8 %
		5	Pozitivní	6,8 %
	Celkem za vzorek: n = 74	Úspěšnost: 86 %		

Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

Cyklus EHK: AIM2/20 - Autoimunita

Stop termín: 26.10.2020

Zkouška

Vzorek	Skupina		N	Výsledek	N_{rel}
Celková úspěšnost: 85 %					

(581) Anti-ENA/SS-B/La

A3	Všechny výsledky	>>>	68	Negativní	92 %
			4	Neprůkazný výsledek (hraniční)	5,4 %
			2	Pozitivní	2,7 %
	Celkem za vzorek: n = 74	Úspěšnost: 92 %			
B3	Všechny výsledky	>>>	74	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 74	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 92 %					

(582) Anti-ENA/Scl-70

A3	Všechny výsledky	>>>	74	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 74	Úspěšnost: 100 %			
B3	Všechny výsledky	>>>	74	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 74	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(583) Anti-ENA/RNP

A3	Všechny výsledky	>>>	68	Negativní	92 %
			6	Neprůkazný výsledek (hraniční)	8,1 %
	Celkem za vzorek: n = 74	Úspěšnost: 92 %			
B3	Všechny výsledky	>>>	70	Negativní	95 %
			2	Neprůkazný výsledek (hraniční)	2,7 %
			2	Pozitivní	2,7 %
	Celkem za vzorek: n = 74	Úspěšnost: 95 %			
Celková úspěšnost: 86 %					

(584) Anti-ENA/Jo-1

A3	Všechny výsledky	>>>	74	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 74	Úspěšnost: 100 %			
B3	Všechny výsledky	>>>	74	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 74	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(585) Protilátky proti centromerám

A3	Všechny výsledky	>>>	68	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 68	Úspěšnost: 100 %			
B3	Všechny výsledky	>>>	68	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 68	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

Sada 4

(588) Anti-ds-DNA imunofluores. - průkaz

A4	Všechny výsledky	>>>	56	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 56	Úspěšnost: 100 %			
B4	Všechny výsledky	>>>	56	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 56	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(577) Anti-ds-DNA imunofluor. - semikvan.

A4	Všechny výsledky	±	1	titr 10	1,9 %
		±	10	titr 80	19 %
		±	10	titr 160	19 %
		±	17	titr 320	32 %
		±	13	titr 640	25 %
		±	2	titr 1280	3,8 %
	Celkem za vzorek: n = 53	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit			
B4	Všechny výsledky	±	36	titr 0 (neměřitelný)	68 %
		±	17	titr 10	32 %
	Celkem za vzorek: n = 53	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit			

(589) Anti-ds-DNA jiné metody

A4	Všechny výsledky		1	Negativní	1,8 %
			1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,8 %
		>>>	55	Pozitivní	96 %
	Celkem za vzorek: n = 57	Úspěšnost: 96 %			
B4	Všechny výsledky	>>>	57	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 57	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 96 %					

Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

Cyklus EHK: AIM2/20 - Autoimunita

Stop termín: 26.10.2020

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N_{rel}
Sada 5				
(591) Anti-nukleosomy IgG				
A5	Všechny výsledky	2	Neprůkazný výsledek (hraniční)	3,8 %
		>>> 51	Pozitivní	96 %
	Celkem za vzorek: n = 53 - Úspěšnost: 96 % -			
B5	Všechny výsledky	1	Neuvedeno	1,9 %
		>>> 52	Negativní	98 %
	Celkem za vzorek: n = 53 - Úspěšnost: 98 % -			

Celková úspěšnost: 94 %

st_kl

Konec sestavy

Vytištěno: 04.11.2020