Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

(Skupiny: princip měření)

Cyklus EHK: AT2/20 - Autoprotilátky u tyreopatií

Stop termín: 19.10.2020

Legenda: >>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek
> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek
± ... označuje nehodnocený výsledek
N ... počet výsledků
Nrel ... relativní počet výsledků

Zkouška

Vzorek	Skupina		N	Výsledek	N_{rel}
Sada 1					
(575) Anti-tyreoglobulin					
A1	(1) Fluorescenční metody	>>>	2	Pozitivní	1,1 %
	(2) EIA metody	>>>	8	Pozitivní	4,4 %
	(4) RIA, IRMA, RRA	>>>	2	Pozitivní	1,1 %
	(5) LIA, ILMA	>>>	168	Pozitivní	93 %
	(99) Jiný princip měření	>>>	1	Pozitivní	0,55 %
	Celkem za vzorek: n = 181 - Úspěšnost: 100 % -				
B1	(1) Fluorescenční metody	>>>	2	Negativní	1,1 %
	(2) EIA metody	>>>	8	Negativní	4,4 %
	(4) RIA, IRMA, RRA	>>>	2	Negativní	1,1 %
	(5) LIA, ILMA; (1) Abbott	±	15	Negativní	8,3 %
		±	26	Neprůkazný výsledek (hraniční)	14 %
		±	18	Pozitivní	9,9 %
	(5) LIA, ILMA	>>>	100	Negativní	55 %
			5	Neprůkazný výsledek (hraniční)	2,8 %
			4	Pozitivní	2,2 %
	(99) Jiný princip měření	>>>	1	Negativní	0,55 %
	Celkem za vzorek: n = 181 - Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): 93 % -				
Celková úspěšnost (jen hodnocené zkoušky): 93 %					
(576) Anti-mikrosomy (TPO)					
A1	(1) Fluorescenční metody		1	Negativní	0,54 %
		>>>	1	Pozitivní	0,54 %
	(2) EIA metody	>>>	9	Pozitivní	4,9 %
	(4) RIA, IRMA, RRA	>>>	1	Pozitivní	0,54 %
	(5) LIA, ILMA		2	Negativní	1,1 %
		>>>	170	Pozitivní	92 %
	(99) Jiný princip měření	>>>	1	Pozitivní	0,54 %
	Celkem za vzorek: n = 185 - Úspěšnost: 98 % -				
B1	(1) Fluorescenční metody	>>>	2	Negativní	1,1 %
	(2) EIA metody	>>>	9	Negativní	4,9 %
	(4) RIA, IRMA, RRA	>>>	1	Negativní	0,54 %
	(5) LIA, ILMA	>>>	165	Negativní	89 %
			6	Neprůkazný výsledek (hraniční)	3,2 %
			1	Pozitivní	0,54 %
	(99) Jiný princip měření	>>>	1	Negativní	0,54 %
	Celkem za vzorek: n = 185 - Úspěšnost: 96 % -				
Celková úspěšnost: 95 %					
Sada 2					
(590) Anti-TSH receptor					
A2	(1) Fluorescenční metody	>>>	1	Pozitivní	1,0 %
	(2) EIA metody	>>>	3	Pozitivní	3,1 %
	(4) RIA, IRMA, RRA	>>>	4	Pozitivní	4,1 %
	(5) LIA, ILMA		1	Neuvedeno	1,0 %
		>>>	89	Pozitivní	91 %
	Celkem za vzorek: n = 98 - Úspěšnost: 99 % -				
B2	(1) Fluorescenční metody	>>>	1	Negativní	1,0 %
	(2) EIA metody	>>>	3	Negativní	3,1 %
	(4) RIA, IRMA, RRA	>>>	3	Negativní	3,1 %
			1	Pozitivní	1,0 %
	(5) LIA, ILMA	>>>	90	Negativní	92 %
	Celkem za vzorek: n = 98 - Úspěšnost: 99 % -				
Celková úspěšnost: 98 %					

st_kl

Konec sestavy

Vytištěno: 25.10.2020