

Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

(Skupiny: princip měření)

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: CRP4/20 - Stanovení CRP

Stop termín: 04.12.2020

RoM = robustní průměr SD = směrodatná odchylka CV = variační koeficient Ntot = celkový počet účastníků Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	AV = vztažná hodnota CRV = certifikovaná referenční hodnota RV = referenční hodnota CVE = konsenzus expertů CVP = konsenzus všech účastníků CVPG = konsenzus skupin účastníků U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech LL = dolní mez UL = horní mez Neva = počet hodnocených účastníků Nsuc = počet úspěšných účastníků Srel = relativní úspěšnost
--	---	---

zkouška [jednotka]	Srovnatelnost													
	RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}	
(100) C-reaktivní protein Vzorky a skupiny [mg/L]				31							31	31	100%	
Vzorek A	36,2	1,9	5,1	31		CVP	36,5	0,37	24%	27,7	45,3	31	31	100%
(2) Imunoturbidimetrie	36,3	1,8	5,0	29	0							29		
Ostatní				2	0							2		
						2x 3								
Vzorek B	58,0	5,1	8,8	31		CVP	56,8	0,88	24%	43,1	70,5	31	31	100%
(2) Imunoturbidimetrie	57,9	5,2	8,9	29	0							29		
Ostatní				2	0							2		
						2x 3								
st_kn_p						Konec sestavy								Vytištěno: 08.12.2020