Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

(Skupiny: systém)

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: CRPP2/20 - Stanovení CRP systémy POCT

Stop termín: 27.02.2020

RoM = robustní průměr
SD = směrodatná odchylka
CV = variační koeficient
Ntot = celkový počet účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem

AV = vztažná hodnota
CRV = certifikovaná referenční hodnota
RV = referenční hodnota
CVE = konsenzus expertů
CVP = konsenzus všech účastníků
CVPG = konsenzus skupin účastníků
U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)

Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
LL = dolní mez
UL = horní mez
Neva = počet hodnocených účastníků
Nsuc = počet úspěšných účastníků
Srel = relativní úspěšnost

Zkouška [jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N_{tot}	N_{out}	Srovnatelnost	AV	U_{AV}	D_{max}	LL	UL	N_{eva}	N_{suc}	S_{rel}
(104) C-reaktivní protein [mg/L]				287								287	257	90%
Vzorky a skupiny														
Vzorek A	23,7	2,5	11	287		CVP	23,7	0,36	24%	18	29,4	287	266	93%
(130) Orion QuikRead 101	22,9	2,5	11	67	0							67		
(131) Axis-Shield NycoCard	21,2	4,1	19	18	0							18		
(133) BodiTech i-CHROMA	24,5	3,6	15	9	0							9		
(134) Orion QuikRead go	24,0	2,1	8,8	177	0							177		
(136) Radiometer AQT90 FLEX	27,5	0,74	2,7	7	0							7		
Ostatní				9	0							9		
						1x 132, 3x 135, 1x 137, 4x 999								
Vzorek B	57,9	5,1	8,9	287		CVP	57,9	0,74	24%	44	71,8	287	264	92%
(130) Orion QuikRead 101	56,6	5,1	9,0	67	0							67		
(131) Axis-Shield NycoCard	54,6	12	23	18	0							18		
(133) BodiTech i-CHROMA	59,7	8,2	14	9	0							9		
(134) Orion QuikRead go	58,4	4,5	7,8	177	0							177		
(136) Radiometer AQT90 FLEX	64,5	5,2	8,0	7	0							7		
Ostatní				9	0							9		
						1x 132, 3x 135, 1x 137, 4x 999								

st_kn_p

Konec sestavy

Vytištěno: 06.03.2020