

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: CRPP6/20 - Stanovení CRP systémy POCT

Stop termín: 10.12.2020

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost													
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}	
(104) C-reaktivní protein					124							124	105	85%	
Vzorky a skupiny	[mg/L]														
Vzorek A		59,2	5,5	9,3	124		CVP	59,2	1,2	24%	44,9	73,5	124	111	90%
(130) Aidian QuikRead 101		56,6	5,3	9,3	24	0							24		
(133) BodiTech i-CHROMA		75,3	23	31	11	0							11		
(134) Aidian QuikRead go		59,3	4,2	7,1	76	0							76		
Ostatní					13	0							13		
							4x 131, 1x 132, 4x 135, 2x 136, 2x 999								
Vzorek B		24,9	3,1	13	124		CVP	24,9	0,69	24%	18,9	30,9	124	110	89%
(130) Aidian QuikRead 101		22,5	3,5	15	24	0							24		
(133) BodiTech i-CHROMA		28,7	5,2	18	11	0							11		
(134) Aidian QuikRead go		25,0	2,4	9,7	76	0							76		
Ostatní					13	0							13		
							4x 131, 1x 132, 4x 135, 2x 136, 2x 999								

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 16.12.2020