Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

(Skupiny: výrobce reagencie)

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: DD3/20 - D Dimery

Stop termín: 18.09.2020

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N_{tot}	N_{out}	Srovnatelnost	AV	U_{AV}	D_{max}	LL	UL	N_{eva}	N_{suc}	S_{rel}
(476) D Dimery (FEU)	[mg/L FEU]				55								51	49	96%
Vzorky a skupiny															
Vzorek A		0,458	0,18	40	55								51	49	96%
(917) Siemens Innovance D-Dimer		0,599	0,046	7,6	22	0	CVPG	0,61	,0067	27%	0,445	0,775	22		
(988) Diagon Dia-D-Dimer		0,288	0,039	14	22	0	CVPG	0,288	0,020	27%	0,21	0,366	22		
Ostatní					11	0	1x 955, 1x 958, 2x 975, 4x 976, 1x 977, 1x 980, 1x 999						7		
Vzorek B		0,834	0,31	37	55								51	51	100%
(917) Siemens Innovance D-Dimer		1,12	0,096	8,6	22	0	CVPG	1,11	0,011	27%	0,81	1,41	22		
(988) Diagon Dia-D-Dimer		0,570	0,079	14	22	0	CVPG	0,57	0,041	27%	0,416	0,724	22		
Ostatní					11	0	1x 955, 1x 958, 2x 975, 4x 976, 1x 977, 1x 980, 1x 999						7		
(477) D Dimery (DDim)	[mg/L D Dimer]				3								3	3	100%
Vzorky a skupiny															
Vzorek A		0,322	0,25	78	3								3	3	100%
Ostatní					3	0	2x 926, 1x 986						3		
Vzorek B		0,509	0,36	70	3								3	3	100%
Ostatní					3	0	2x 926, 1x 986						3		

st_kn_p

Konec sestavy

Vytištěno: 30.09.2020