

Filtr: Česká republika, minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: DD4/20 - D Dimery

Stop termín: 20.11.2020

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]						Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(476) D Dimery (FEU)					213							210	198	94%
Vzorky a skupiny	[mg/L FEU]													
Vzorek A		0,774	0,097	13	213							210	207	99%
(917) Siemens Innovance D-Dimer		0,804	0,065	8,1	123	0	CVPG	0,787	,0078	27%	0,574	1	123	
(929) Mitsubishi Pathfast D-Dimer		0,798	0,053	6,7	6	0	CVPG	0,811	0,055	27%	0,592	1,03	6	
(947) Roche Cardiac D-Dimer		0,450	0,059	13	9	0	CVPG	0,452	0,035	27%	0,329	0,575	9	
(955) Stago Liatest D-Dimer		0,805	0,096	12	6	0	CVPG	0,805	0,037	27%	0,587	1,03	6	
(958) Stago Liatest D-Dimer Plus		0,824	0,039	4,7	20	0	CVPG	0,844	0,018	27%	0,616	1,08	20	
(962) Beckman Coulter D-Dimer		0,437	0,034	7,8	9	0	CVPG	0,441	0,034	27%	0,321	0,561	9	
(976) IL HemosIL D-Dimer HS 500		0,780	0,089	11	16	0	CVPG	0,741	0,012	27%	0,54	0,942	16	
(980) Roche Tinaquant 2nd generation (calibration: citrate plasma)		0,566	0,096	17	11	0	CVPG	0,561	0,056	27%	0,409	0,713	11	
Ostatní					13	0						10		
								4x 900, 4x 918, 1x 965, 2x 984, 2x 985						
Vzorek B		0,433	0,061	14	213							210	200	95%
(917) Siemens Innovance D-Dimer		0,447	0,04	8,9	123	0	CVPG	0,439	,0045	27%	0,32	0,558	123	
(929) Mitsubishi Pathfast D-Dimer		0,634	0,044	6,9	6	0	CVPG	0,642	0,043	27%	0,468	0,816	6	
(947) Roche Cardiac D-Dimer		0,245	0,037	15	9	0	CVPG	0,25	0,024	27%	0,182	0,318	9	
(955) Stago Liatest D-Dimer		0,425	0,037	8,7	6	0	CVPG	0,419	0,025	27%	0,305	0,533	6	
(958) Stago Liatest D-Dimer Plus		0,426	0,037	8,6	20	0	CVPG	0,416	0,013	27%	0,303	0,529	20	
(962) Beckman Coulter D-Dimer		0,270	0,03	11	9	0	CVPG	0,281	0,034	27%	0,205	0,357	9	
(976) IL HemosIL D-Dimer HS 500		0,453	0,073	16	16	0	CVPG	0,435	0,010	27%	0,317	0,553	16	
(980) Roche Tinaquant 2nd generation (calibration: citrate plasma)		0,374	0,12	31	11	0	CVPG	0,359	0,062	27%	0,262	0,456	11	
Ostatní					13	0						10		
								4x 900, 4x 918, 1x 965, 2x 984, 2x 985						
(477) D Dimery (DDim)					31							28	27	96%
Vzorky a skupiny	[mg/L D Dimer]													
Vzorek A		0,440	0,34	78	31							28	27	96%
(921) IL HemosIL D-Dimer HS		0,263	0,013	4,9	16	0	CVPG	0,256	,0093	27%	0,186	0,326	16	
(986) Radiometer AQT90 FLEX D-Dimer		0,975	0,14	14	8	0	CVPG	0,995	0,068	27%	0,726	1,27	8	
Ostatní					7	0						4		
								1x 918, 2x 920, 2x 926, 1x 947, 1x 976						
Vzorek B		0,253	0,13	53	31							28	27	96%
(921) IL HemosIL D-Dimer HS		0,178	0,011	6,1	16	0	CVPG	0,167	,0086	27%	0,121	0,213	16	
(986) Radiometer AQT90 FLEX D-Dimer		0,447	0,062	14	8	0	CVPG	0,463	0,032	27%	0,337	0,589	8	
Ostatní					7	0						4		
								1x 918, 2x 920, 2x 926, 1x 947, 1x 976						

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 08.12.2020