

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(261) Glukóza				
A	Všechny výsledky	>>> 324	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	100 %
		1	11,1 - 28 mmol/L	0,31 %
	Celkem za vzorek: n = 325		Úspěšnost: 100 %	
B	Všechny výsledky	2	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,62 %
		> 12	2,81 - 11 mmol/L	3,7 %
		>>> 144	11,1 - 28 mmol/L	44 %
		>>> 167	> 28 mmol/L	51 %
	Celkem za vzorek: n = 325		Úspěšnost: 99 %	
	Celková úspěšnost: 99 %			

(263) Ketony

A	Všechny výsledky	>>> 324	Negativní, <= 0,5 mmol/L	100 %
		1	3+, 4+	0,31 %
	Celkem za vzorek: n = 325		Úspěšnost: 100 %	
B	Všechny výsledky	1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,31 %
		> 97	1+, 2+	30 %
		>>> 227	3+, 4+	70 %
	Celkem za vzorek: n = 325		Úspěšnost: 100 %	
	Celková úspěšnost: 100 %			

(264) Celková bílkovina

A	Všechny výsledky	>>> 323	Negativní, < 0,3 g/L	100 %
		1	> 2,5 g/L	0,31 %
	Celkem za vzorek: n = 324		Úspěšnost: 100 %	
B	Všechny výsledky	4	Negativní, < 0,3 g/L	1,2 %
		8	0,3 - 0,5 g/L	2,5 %
		> 59	0,51 - 2,5 g/L	18 %
		>>> 253	> 2,5 g/L	78 %
	Celkem za vzorek: n = 324		Úspěšnost: 96 %	
	Celková úspěšnost: 96 %			

(266) Urobilinogen

A	Všechny výsledky	>>> 323	Negativní, < 17 µmol/L	100 %
		1	1+, 2+	0,31 %
	Celkem za vzorek: n = 324		Úspěšnost: 100 %	
B	Všechny výsledky	2	Negativní, < 17 µmol/L	0,62 %
		> 67	1+, 2+	21 %
		>>> 255	3+, 4+	79 %
	Celkem za vzorek: n = 324		Úspěšnost: 99 %	
	Celková úspěšnost: 99 %			

(268) Bilirubin

A	Všechny výsledky	>>> 317	Negativní	100 %
		1	3+, 4+	0,31 %
	Celkem za vzorek: n = 318		Úspěšnost: 100 %	
B	Všechny výsledky	4	Negativní	1,3 %
		> 29	1+, 2+	9,1 %
		>>> 285	3+, 4+	90 %
	Celkem za vzorek: n = 318		Úspěšnost: 99 %	
	Celková úspěšnost: 99 %			

(270) Leukocyty

A	Všechny výsledky	>>> 278	Negativní	99 %
		1	10 - 50 leu/µL	0,36 %
		1	51 - 250 leu/µL	0,36 %
	Celkem za vzorek: n = 280		Úspěšnost: 99 %	
B	Všechny výsledky	2	Negativní	0,71 %
		> 24	10 - 50 leu/µL	8,6 %
		>>> 111	51 - 250 leu/µL	40 %
		>>> 143	> 250 leu/µL	51 %
	Celkem za vzorek: n = 280		Úspěšnost: 99 %	
	Celková úspěšnost: 99 %			

(272) Krev

A	Všechny výsledky	1	Neuvedeno	0,31 %
		>>> 318	Negativní	98 %
		5	5 - 12 ery/µL	1,5 %
		1	> 50 ery/µL	0,31 %
	Celkem za vzorek: n = 325		Úspěšnost: 98 %	
B	Všechny výsledky	1	Negativní	0,31 %

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
B	Všechny výsledky	1	5 - 12 ery/ μ L	0,31 %
		> 25	13 - 50 ery/ μ L	7,7 %
		>>> 298	> 50 ery/ μ L	92 %
Celkem za vzorek: n = 325		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(273) pH

A	Všechny výsledky	>>> 275	5,0	85 %
		> 28	5,5	8,7 %
		> 16	6,0	5,0 %
		1	6,5	0,31 %
		3	7,0	0,93 %
Celkem za vzorek: n = 323		Úspěšnost: 99 %		
B	Všechny výsledky	2	5,0	0,62 %
		> 13	6,0	4,0 %
		> 51	6,5	16 %
		>>> 173	7,0	54 %
		> 82	7,5	25 %
		> 2	8,0	0,62 %
Celkem za vzorek: n = 323		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(274) Nitrity

A	Všechny výsledky	>>> 284	Negativní	100 %
		1	Pozitivní	0,35 %
Celkem za vzorek: n = 285		Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	2	Negativní	0,70 %
		>>> 283	Pozitivní	99 %
Celkem za vzorek: n = 285		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(275) hCG

A	Všechny výsledky	>>> 17	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 17		Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	1	Negativní	5,9 %
		>>> 16	Pozitivní	94 %
Celkem za vzorek: n = 17		Úspěšnost: 94 %		
Celková úspěšnost: 94 %				