

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

**Zkouška**

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
<b>(261) Glukóza</b>				
A	Všechny výsledky	>>> 28	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	100 %
	Celkem za vzorek: n = 28	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	> 2	2,81 - 11 mmol/L	7,1 %
		>>> 13	11,1 - 28 mmol/L	46 %
		>>> 13	> 28 mmol/L	46 %
	Celkem za vzorek: n = 28	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(263) Ketony**

A	Všechny výsledky	>>> 28	Negativní, ≤ 0,5 mmol/L	100 %
	Celkem za vzorek: n = 28	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	> 7	1+, 2+	25 %
		>>> 21	3+, 4+	75 %
	Celkem za vzorek: n = 28	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(264) Celková bílkovina**

A	Všechny výsledky	>>> 28	Negativní, < 0,3 g/L	100 %
	Celkem za vzorek: n = 28	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	1	Negativní, < 0,3 g/L	3,6 %
		> 8	0,51 - 2,5 g/L	29 %
		>>> 19	> 2,5 g/L	68 %
	Celkem za vzorek: n = 28	Úspěšnost: 96 %		
Celková úspěšnost: 96 %				

**(266) Urobilinogen**

A	Všechny výsledky	>>> 28	Negativní, < 17 μmol/L	100 %
	Celkem za vzorek: n = 28	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	> 5	1+, 2+	18 %
		>>> 23	3+, 4+	82 %
	Celkem za vzorek: n = 28	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(268) Bilirubin**

A	Všechny výsledky	>>> 28	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 28	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	2	Negativní	7,1 %
		> 4	1+, 2+	14 %
		>>> 22	3+, 4+	79 %
	Celkem za vzorek: n = 28	Úspěšnost: 93 %		
Celková úspěšnost: 93 %				

**(270) Leukocyty**

A	Všechny výsledky	>>> 26	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 26	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	1	Negativní	3,8 %
		> 1	10 - 50 leu/μL	3,8 %
		>>> 10	51 - 250 leu/μL	38 %
		>>> 14	> 250 leu/μL	54 %
	Celkem za vzorek: n = 26	Úspěšnost: 96 %		
Celková úspěšnost: 96 %				

**(272) Krev**

A	Všechny výsledky	>>> 27	Negativní	96 %
		1	5 - 12 ery/μL	3,6 %
	Celkem za vzorek: n = 28	Úspěšnost: 96 %		
B	Všechny výsledky	> 2	13 - 50 ery/μL	7,1 %
		>>> 26	> 50 ery/μL	93 %
	Celkem za vzorek: n = 28	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 96 %				

**(273) pH**

A	Všechny výsledky	>>> 23	5,0	82 %
		> 2	5,5	7,1 %
		> 3	6,0	11 %
	Celkem za vzorek: n = 28	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	> 2	6,0	7,1 %
		> 6	6,5	21 %
		>>> 13	7,0	46 %

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
B	Všechny výsledky	> 7	7,5	25 %
	Celkem za vzorek: n = 28	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(274) Nitrity**

A	Všechny výsledky	>>> 26	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 26	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	>>> 26	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 26	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(275) hCG**

A	Všechny výsledky	>>> 6	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 6	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	>>> 6	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 6	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				