Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

Cyklus EHK: FC1/20 - Kalprotektin ve stolici

Stop termín: 06.03.2020

RoM = robustní průměr
SD = směrodatná odchylka
CV = variační koeficient
Ntot = celkový počet účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem

AV = vztažná hodnota
CRV = certifikovaná referenční hodnota
RV = referenční hodnota
CVE = konsenzus expertů
CVP = konsenzus všech účastníků
CVPG = konsenzus skupin účastníků
U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)

Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
LL = dolní mez
UL = horní mez
Neva = počet hodnocených účastníků
Nsuc = počet úspěšných účastníků
Srel = relativní úspěšnost

Zkouška	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N_{tot}	N_{out}	Srovnatelnost	AV	U_{AV}	D_{max}	LL	UL	N_{eva}	N_{suc}	S_{rel}
(223) Kalprotektin	[µg/g]				67								67	33	49%
Vzorky a skupiny															
Vzorek A		74,2	40	54	67		CVP	74,2	12	50%	37,1	112	67	46	69%
Všechny výsledky		74,2	40	54	67	1							67		
Vzorek B		272	150	57	67		CVP	272	47	50%	136	408	67	43	64%
Všechny výsledky		272	150	57	67	2							67		

st_kn_p

Konec sestavy

Vytištěno: 17.03.2020