

Cyklus EHK: IH4/20 - Imunohematologie

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška	Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
Sada 1 a 2					
(700) AB0 skupina					
E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	156	Krevní skupina: A	100 %
	Celkem za vzorek: n = 156	Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	156	Krevní skupina: 0	100 %
	Celkem za vzorek: n = 156	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(703) A podskupina					
E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	50	A podskupina A1	100 %
	Celkem za vzorek: n = 50	Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	50	Neuvedeno	100 %
	Celkem za vzorek: n = 50	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(705) Rh D antigen (dárce)					
E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	90	Pozitivní (RhD+)	100 %
	Celkem za vzorek: n = 90	Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	90	Negativní (RhD-)	100 %
	Celkem za vzorek: n = 90	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(709) Rh D antigen (příjemce)					
E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	148	Pozitivní (RhD+)	100 %
	Celkem za vzorek: n = 148	Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	148	Negativní (RhD-)	100 %
	Celkem za vzorek: n = 148	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(715) Antigen C					
E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	66	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 66	Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	66	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 66	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(716) Antigen c					
E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	66	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 66	Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	66	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 66	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(717) Antigen Cw					
E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	53	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 53	Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	53	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 53	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(718) Antigen E					
E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	66	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 66	Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	66	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 66	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(719) Antigen e					
E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	66	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 66	Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	66	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 66	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(720) Antigen K					
E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	71	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 71	Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	71	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 71	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

Cyklus EHK: IH4/20 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
(721) Antigen k				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 39	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 39		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 39	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 39		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(722) Antigen M				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 37	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 37		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 37	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 37		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(723) Antigen N				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 34	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 34		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 34	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 34		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(724) Antigen S				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 37	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 37		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 37	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 37		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(725) Antigen s				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 35	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 35		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 35	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 35		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(726) Antigen P1				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 28	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 28		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 28	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 28		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(727) Antigen Fya				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 38	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 38		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	1	Negativní	2,6 %
		>>> 37	Pozitivní	97 %
Celkem za vzorek: n = 38		Úspěšnost: 97 %		
Celková úspěšnost: 97 %				
(728) Antigen Fyb				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 38	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 38		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 38	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 38		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(729) Antigen Jka				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 37	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 37		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 37	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 37		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(730) Antigen Jkb				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 37	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 37		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 37	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 37		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(731) Antigen Lua				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 23	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 23		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 23	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 23		Úspěšnost: 100 %		

Cyklus EHK: IH4/20 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
Celková úspěšnost: 100 %				
(732) Antigen Lub				
E1 a S1	Všechny výsledky	1	Negativní	3,8 %
		>>> 25	Pozitivní	96 %
Celkem za vzorek: n = 26		Úspěšnost: 96 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	1	Negativní	3,8 %
		>>> 25	Pozitivní	96 %
Celkem za vzorek: n = 26		Úspěšnost: 96 %		
Celková úspěšnost: 96 %				
(733) Antigen Lea				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 34	Negativní	97 %
		1	Pozitivní	2,9 %
Celkem za vzorek: n = 35		Úspěšnost: 97 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 35	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 35		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 97 %				
(734) Antigen Leb				
E1 a S1	Všechny výsledky	1	Negativní	2,9 %
		>>> 34	Pozitivní	97 %
Celkem za vzorek: n = 35		Úspěšnost: 97 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 35	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 35		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 97 %				
(737) Přímý Coombsův test				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 126	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 126		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 126	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 126		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(741) Screening protilátek (NAT, dárce)				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 81	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 81		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 81	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 81		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(743) Screening protilátek (NAT, příjemce)				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 137	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 137		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 137	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 137		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(745) Screening protilátek (NAT, těhotná)				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 113	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 113		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 113	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 113		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(747) Screening protilátek (enzymový test)				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 103	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 103		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 103	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 103		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(750) Identifikace protilátek				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 43	anti-E; anti-S	98 %
		1	anti-E; anti-S; anti-K	2,3 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 98 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 43	anti-D	98 %
		1	anti-D; anti-Cw	2,3 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				
(752) Titrace prot., Vzorek 1: 1. protilátka				
E1 a S1	Všechny výsledky	± 10	titr 16	31 %
		± 10	titr 32	31 %
		± 10	titr 64	31 %
		± 2	titr 128	6,3 %

Cyklus EHK: IH4/20 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
Celkem za vzorek: n = 32		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(753) Titrace prot., Vzorek 1: 2. protilátka

E1 a S1	Všechny výsledky	± 2	titr 4	6,3 %
		± 9	titr 8	28 %
		± 13	titr 16	41 %
		± 8	titr 32	25 %
Celkem za vzorek: n = 32		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(756) Titrace prot., Vzorek 2: 1. protilátka

E2 a S2	Všechny výsledky	± 9	titr 256	28 %
		± 4	titr 512	13 %
		± 1	titr 32	3,1 %
		± 5	titr 64	16 %
		± 13	titr 128	41 %
Celkem za vzorek: n = 32		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

Sada 3**(760) Zkouška kompatibility**

S1	Všechny výsledky	>>> 124	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	100 %
Celkem za vzorek: n = 124		Úspěšnost: 100 %		
S2	Všechny výsledky	>>> 124	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	100 %
Celkem za vzorek: n = 124		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(761) Zkouška kompatibility (segment K1)

S1	Všechny výsledky	>>> 124	Negativní zkouška	100 %
Celkem za vzorek: n = 124		Úspěšnost: 100 %		
S2	Všechny výsledky	>>> 124	Pozitivní zkouška	100 %
Celkem za vzorek: n = 124		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(762) Podat transfuzní přípravek (segment K1)

S1	Všechny výsledky	± 1	Nelze podat, riziko hemolýzy	0,81 %
		± 73	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	59 %
		± 27	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	22 %
		± 23	Lze podat	19 %
Celkem za vzorek: n = 124		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
S2	Všechny výsledky	± 124	Nelze podat, riziko hemolýzy	100 %
Celkem za vzorek: n = 124		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(764) Zkouška kompatibility (segment K2)

S1	Všechny výsledky	>>> 124	Pozitivní zkouška	100 %
Celkem za vzorek: n = 124		Úspěšnost: 100 %		
S2	Všechny výsledky	>>> 124	Negativní zkouška	100 %
Celkem za vzorek: n = 124		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(765) Podat transfuzní přípravek (segment K2)

S1	Všechny výsledky	± 124	Nelze podat, riziko hemolýzy	100 %
Celkem za vzorek: n = 124		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
S2	Všechny výsledky	± 2	Nelze podat, riziko hemolýzy	1,6 %
		± 68	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	55 %
		± 4	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	3,2 %
		± 50	Lze podat	40 %
Celkem za vzorek: n = 124		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		