

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada 1 a 2

(700) AB0 skupina

E1 a S1	(6) APR	>>>	2	Krevní skupina: A	1,3 %
	(14) Bio-Rad	>>>	53	Krevní skupina: A	34 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	2	Krevní skupina: A	1,3 %
	(52) Dynex	>>>	2	Krevní skupina: A	1,3 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	10	Krevní skupina: A	6,4 %
	(80) DiaMed	>>>	16	Krevní skupina: A	10 %
	(159) Grifols	>>>	31	Krevní skupina: A	20 %
	(172) Immucor	>>>	19	Krevní skupina: A	12 %
	(173) Sanguin	>>>	8	Krevní skupina: A	5,1 %
	(174) IVT Imuno	>>>	7	Krevní skupina: A	4,5 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Krevní skupina: A	1,3 %
	(999) jiný výrobce	>>>	4	Krevní skupina: A	2,6 %
Celkem za vzorek: n = 156		Úspěšnost: 100 %			

E2 a S2	(6) APR	>>>	2	Krevní skupina: 0	1,3 %
	(14) Bio-Rad	>>>	53	Krevní skupina: 0	34 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	2	Krevní skupina: 0	1,3 %
	(52) Dynex	>>>	2	Krevní skupina: 0	1,3 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	10	Krevní skupina: 0	6,4 %
	(80) DiaMed	>>>	16	Krevní skupina: 0	10 %
	(159) Grifols	>>>	31	Krevní skupina: 0	20 %
	(172) Immucor	>>>	19	Krevní skupina: 0	12 %
	(173) Sanguin	>>>	8	Krevní skupina: 0	5,1 %
	(174) IVT Imuno	>>>	7	Krevní skupina: 0	4,5 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Krevní skupina: 0	1,3 %
	(999) jiný výrobce	>>>	4	Krevní skupina: 0	2,6 %
Celkem za vzorek: n = 156		Úspěšnost: 100 %			

Celková úspěšnost: 100 %

(703) A podskupina

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>>	50	A podskupina A1	100 %
Celkem za vzorek: n = 50		Úspěšnost: 100 %			

E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>>	50	Neuvedeno	100 %
Celkem za vzorek: n = 50		Úspěšnost: 100 %			

Celková úspěšnost: 100 %

(705) Rh D antigen (dárce)

E1 a S1	(6) APR	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	1,1 %
	(14) Bio-Rad	>>>	28	Pozitivní (RhD+)	31 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	2	Pozitivní (RhD+)	2,2 %
	(52) Dynex	>>>	2	Pozitivní (RhD+)	2,2 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	6	Pozitivní (RhD+)	6,7 %
	(80) DiaMed	>>>	6	Pozitivní (RhD+)	6,7 %
	(159) Grifols	>>>	15	Pozitivní (RhD+)	17 %
	(172) Immucor	>>>	19	Pozitivní (RhD+)	21 %
	(173) Sanguin	>>>	4	Pozitivní (RhD+)	4,4 %
	(174) IVT Imuno	>>>	3	Pozitivní (RhD+)	3,3 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Pozitivní (RhD+)	2,2 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2	Pozitivní (RhD+)	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 90		Úspěšnost: 100 %			

E2 a S2	(6) APR	>>>	1	Negativní (RhD-)	1,1 %
	(14) Bio-Rad	>>>	28	Negativní (RhD-)	31 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	2	Negativní (RhD-)	2,2 %
	(52) Dynex	>>>	2	Negativní (RhD-)	2,2 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	6	Negativní (RhD-)	6,7 %
	(80) DiaMed	>>>	6	Negativní (RhD-)	6,7 %
	(159) Grifols	>>>	15	Negativní (RhD-)	17 %
	(172) Immucor	>>>	19	Negativní (RhD-)	21 %
	(173) Sanguin	>>>	4	Negativní (RhD-)	4,4 %
	(174) IVT Imuno	>>>	3	Negativní (RhD-)	3,3 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Negativní (RhD-)	2,2 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2	Negativní (RhD-)	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 90		Úspěšnost: 100 %			

Celková úspěšnost: 100 %

Zkouška			N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina				
(709) Rh D antigen (příjemce)					
E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	0,68 %
	(6) APR	>>>	2	Pozitivní (RhD+)	1,4 %
	(14) Bio-Rad	>>>	48	Pozitivní (RhD+)	32 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	2	Pozitivní (RhD+)	1,4 %
	(50) Merck	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	0,68 %
	(52) Dynex	>>>	2	Pozitivní (RhD+)	1,4 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	9	Pozitivní (RhD+)	6,1 %
	(80) DiaMed	>>>	14	Pozitivní (RhD+)	9,5 %
	(159) Grifols	>>>	32	Pozitivní (RhD+)	22 %
	(172) Immucor	>>>	19	Pozitivní (RhD+)	13 %
	(173) Sanguin	>>>	5	Pozitivní (RhD+)	3,4 %
	(174) IVT Imuno	>>>	6	Pozitivní (RhD+)	4,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Pozitivní (RhD+)	1,4 %
	(999) jiný výrobce	>>>	5	Pozitivní (RhD+)	3,4 %
Celkem za vzorek: n = 148		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>>	1	Negativní (RhD-)	0,68 %
	(6) APR	>>>	2	Negativní (RhD-)	1,4 %
	(14) Bio-Rad	>>>	48	Negativní (RhD-)	32 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	2	Negativní (RhD-)	1,4 %
	(50) Merck	>>>	1	Negativní (RhD-)	0,68 %
	(52) Dynex	>>>	2	Negativní (RhD-)	1,4 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	9	Negativní (RhD-)	6,1 %
	(80) DiaMed	>>>	14	Negativní (RhD-)	9,5 %
	(159) Grifols	>>>	32	Negativní (RhD-)	22 %
	(172) Immucor	>>>	19	Negativní (RhD-)	13 %
	(173) Sanguin	>>>	5	Negativní (RhD-)	3,4 %
	(174) IVT Imuno	>>>	6	Negativní (RhD-)	4,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Negativní (RhD-)	1,4 %
	(999) jiný výrobce	>>>	5	Negativní (RhD-)	3,4 %
Celkem za vzorek: n = 148		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(715) Antigen C					
E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	28	Pozitivní	42 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	1,5 %
	(80) DiaMed	>>>	6	Pozitivní	9,1 %
	(159) Grifols	>>>	11	Pozitivní	17 %
	(172) Immucor	>>>	10	Pozitivní	15 %
	(173) Sanguin	>>>	2	Pozitivní	3,0 %
	(174) IVT Imuno	>>>	4	Pozitivní	6,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3	Pozitivní	4,5 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Pozitivní	1,5 %
Celkem za vzorek: n = 66		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	28	Negativní	42 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Negativní	1,5 %
	(80) DiaMed	>>>	6	Negativní	9,1 %
	(159) Grifols	>>>	11	Negativní	17 %
	(172) Immucor	>>>	10	Negativní	15 %
	(173) Sanguin	>>>	2	Negativní	3,0 %
	(174) IVT Imuno	>>>	4	Negativní	6,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3	Negativní	4,5 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Negativní	1,5 %
Celkem za vzorek: n = 66		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(716) Antigen c					
E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	28	Negativní	42 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Negativní	1,5 %
	(80) DiaMed	>>>	6	Negativní	9,1 %
	(159) Grifols	>>>	11	Negativní	17 %
	(172) Immucor	>>>	10	Negativní	15 %
	(173) Sanguin	>>>	2	Negativní	3,0 %
	(174) IVT Imuno	>>>	4	Negativní	6,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3	Negativní	4,5 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Negativní	1,5 %
Celkem za vzorek: n = 66		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	28	Pozitivní	42 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	1,5 %
	(80) DiaMed	>>>	6	Pozitivní	9,1 %
	(159) Grifols	>>>	11	Pozitivní	17 %

Cyklus EHK: IH4/20 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(172) Immucor	>>> 10	Pozitivní	15 %
	(173) Sanguin	>>> 2	Pozitivní	3,0 %
	(174) IVT Imuno	>>> 4	Pozitivní	6,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Pozitivní	4,5 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Pozitivní	1,5 %
Celkem za vzorek: n = 66		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(717) Antigen Cw

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 19	Negativní	36 %
	(52) Dynex	>>> 1	Negativní	1,9 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Negativní	3,8 %
	(80) DiaMed	>>> 2	Negativní	3,8 %
	(159) Grifols	>>> 11	Negativní	21 %
	(172) Immucor	>>> 10	Negativní	19 %
	(173) Sanguin	>>> 4	Negativní	7,5 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Negativní	3,8 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Negativní	3,8 %
Celkem za vzorek: n = 53		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 19	Negativní	36 %
	(52) Dynex	>>> 1	Negativní	1,9 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Negativní	3,8 %
	(80) DiaMed	>>> 2	Negativní	3,8 %
	(159) Grifols	>>> 11	Negativní	21 %
	(172) Immucor	>>> 10	Negativní	19 %
	(173) Sanguin	>>> 4	Negativní	7,5 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Negativní	3,8 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Negativní	3,8 %
Celkem za vzorek: n = 53		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(718) Antigen E

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 28	Negativní	42 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(80) DiaMed	>>> 6	Negativní	9,1 %
	(159) Grifols	>>> 11	Negativní	17 %
	(172) Immucor	>>> 10	Negativní	15 %
	(173) Sanguin	>>> 2	Negativní	3,0 %
	(174) IVT Imuno	>>> 4	Negativní	6,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Negativní	4,5 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Negativní	1,5 %
Celkem za vzorek: n = 66		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 28	Pozitivní	42 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	1,5 %
	(80) DiaMed	>>> 6	Pozitivní	9,1 %
	(159) Grifols	>>> 11	Pozitivní	17 %
	(172) Immucor	>>> 10	Pozitivní	15 %
	(173) Sanguin	>>> 2	Pozitivní	3,0 %
	(174) IVT Imuno	>>> 4	Pozitivní	6,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Pozitivní	4,5 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Pozitivní	1,5 %
Celkem za vzorek: n = 66		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(719) Antigen e

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 28	Pozitivní	42 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	1,5 %
	(80) DiaMed	>>> 6	Pozitivní	9,1 %
	(159) Grifols	>>> 11	Pozitivní	17 %
	(172) Immucor	>>> 10	Pozitivní	15 %
	(173) Sanguin	>>> 2	Pozitivní	3,0 %
	(174) IVT Imuno	>>> 4	Pozitivní	6,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Pozitivní	4,5 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Pozitivní	1,5 %
Celkem za vzorek: n = 66		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 28	Pozitivní	42 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	1,5 %
	(80) DiaMed	>>> 6	Pozitivní	9,1 %
	(159) Grifols	>>> 11	Pozitivní	17 %
	(172) Immucor	>>> 10	Pozitivní	15 %

Cyklus EHK: IH4/20 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(173) Sanguin	>>> 2	Pozitivní	3,0 %
	(174) IVT Imuno	>>> 4	Pozitivní	6,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Pozitivní	4,5 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Pozitivní	1,5 %
Celkem za vzorek: n = 66		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(720) Antigen K

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 25	Negativní	35 %
	(80) DiaMed	>>> 6	Negativní	8,5 %
	(159) Grifols	>>> 16	Negativní	23 %
	(172) Immucor	>>> 10	Negativní	14 %
	(173) Sanguin	>>> 3	Negativní	4,2 %
	(174) IVT Imuno	>>> 6	Negativní	8,5 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Negativní	4,2 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní	2,8 %
Celkem za vzorek: n = 71		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 25	Negativní	35 %
	(80) DiaMed	>>> 6	Negativní	8,5 %
	(159) Grifols	>>> 16	Negativní	23 %
	(172) Immucor	>>> 10	Negativní	14 %
	(173) Sanguin	>>> 3	Negativní	4,2 %
	(174) IVT Imuno	>>> 6	Negativní	8,5 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Negativní	4,2 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní	2,8 %
Celkem za vzorek: n = 71		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(721) Antigen k

E1 a S1	(6) APR	>>> 1	Pozitivní	2,6 %
	(14) Bio-Rad	>>> 8	Pozitivní	21 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 6	Pozitivní	15 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Pozitivní	2,6 %
	(159) Grifols	>>> 6	Pozitivní	15 %
	(172) Immucor	>>> 5	Pozitivní	13 %
	(173) Sanguin	>>> 8	Pozitivní	21 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Pozitivní	2,6 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní	5,1 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Pozitivní	2,6 %
Celkem za vzorek: n = 39		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(6) APR	>>> 1	Pozitivní	2,6 %
	(14) Bio-Rad	>>> 8	Pozitivní	21 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 6	Pozitivní	15 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Pozitivní	2,6 %
	(159) Grifols	>>> 6	Pozitivní	15 %
	(172) Immucor	>>> 5	Pozitivní	13 %
	(173) Sanguin	>>> 8	Pozitivní	21 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Pozitivní	2,6 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní	5,1 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Pozitivní	2,6 %
Celkem za vzorek: n = 39		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(722) Antigen M

E1 a S1	(6) APR	>>> 1	Pozitivní	2,7 %
	(14) Bio-Rad	>>> 7	Pozitivní	19 %
	(52) Dynex	>>> 2	Pozitivní	5,4 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 3	Pozitivní	8,1 %
	(80) DiaMed	>>> 4	Pozitivní	11 %
	(159) Grifols	>>> 3	Pozitivní	8,1 %
	(172) Immucor	>>> 13	Pozitivní	35 %
	(173) Sanguin	>>> 2	Pozitivní	5,4 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní	5,4 %
Celkem za vzorek: n = 37		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(6) APR	>>> 1	Pozitivní	2,7 %
	(14) Bio-Rad	>>> 7	Pozitivní	19 %
	(52) Dynex	>>> 2	Pozitivní	5,4 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 3	Pozitivní	8,1 %
	(80) DiaMed	>>> 4	Pozitivní	11 %
	(159) Grifols	>>> 3	Pozitivní	8,1 %

Cyklus EHK: IH4/20 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(172) Immucor	>>> 13	Pozitivní	35 %
	(173) Sanguin	>>> 2	Pozitivní	5,4 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní	5,4 %
Celkem za vzorek: n = 37		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(723) Antigen N

E1 a S1	(6) APR	>>> 1	Negativní	2,9 %
	(14) Bio-Rad	>>> 8	Negativní	24 %
	(52) Dynex	>>> 2	Negativní	5,9 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Negativní	5,9 %
	(80) DiaMed	>>> 4	Negativní	12 %
	(159) Grifols	>>> 3	Negativní	8,8 %
	(172) Immucor	>>> 10	Negativní	29 %
	(173) Sanguin	>>> 2	Negativní	5,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Negativní	5,9 %
Celkem za vzorek: n = 34		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(6) APR	>>> 1	Pozitivní	2,9 %
	(14) Bio-Rad	>>> 8	Pozitivní	24 %
	(52) Dynex	>>> 2	Pozitivní	5,9 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	5,9 %
	(80) DiaMed	>>> 4	Pozitivní	12 %
	(159) Grifols	>>> 3	Pozitivní	8,8 %
	(172) Immucor	>>> 10	Pozitivní	29 %
	(173) Sanguin	>>> 2	Pozitivní	5,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní	5,9 %
Celkem za vzorek: n = 34		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(724) Antigen S

E1 a S1	(6) APR	>>> 1	Negativní	2,7 %
	(14) Bio-Rad	>>> 9	Negativní	24 %
	(50) Merck	>>> 1	Negativní	2,7 %
	(52) Dynex	>>> 2	Negativní	5,4 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Negativní	5,4 %
	(80) DiaMed	>>> 4	Negativní	11 %
	(159) Grifols	>>> 3	Negativní	8,1 %
	(172) Immucor	>>> 7	Negativní	19 %
	(173) Sanguin	>>> 4	Negativní	11 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Negativní	5,4 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Negativní	5,4 %
Celkem za vzorek: n = 37		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(6) APR	>>> 1	Pozitivní	2,7 %
	(14) Bio-Rad	>>> 9	Pozitivní	24 %
	(50) Merck	>>> 1	Pozitivní	2,7 %
	(52) Dynex	>>> 2	Pozitivní	5,4 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	5,4 %
	(80) DiaMed	>>> 4	Pozitivní	11 %
	(159) Grifols	>>> 3	Pozitivní	8,1 %
	(172) Immucor	>>> 7	Pozitivní	19 %
	(173) Sanguin	>>> 4	Pozitivní	11 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Pozitivní	5,4 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní	5,4 %
Celkem za vzorek: n = 37		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(725) Antigen s

E1 a S1	(6) APR	>>> 1	Pozitivní	2,9 %
	(14) Bio-Rad	>>> 8	Pozitivní	23 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 3	Pozitivní	8,6 %
	(80) DiaMed	>>> 4	Pozitivní	11 %
	(159) Grifols	>>> 3	Pozitivní	8,6 %
	(172) Immucor	>>> 7	Pozitivní	20 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Pozitivní	14 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Pozitivní	5,7 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní	5,7 %
Celkem za vzorek: n = 35		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(6) APR	>>> 1	Negativní	2,9 %
	(14) Bio-Rad	>>> 8	Negativní	23 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 3	Negativní	8,6 %

Cyklus EHK: IH4/20 - Imunohematologie

Stop termín: 19.11.2020

Zkouška			N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina				
E2 a S2	(80) DiaMed	>>>	4	Negativní	11 %
	(159) Grifols	>>>	3	Negativní	8,6 %
	(172) Immucor	>>>	7	Negativní	20 %
	(173) Sanguin	>>>	5	Negativní	14 %
	(174) IVT Imuno	>>>	2	Negativní	5,7 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Negativní	5,7 %
	Celkem za vzorek: n = 35		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					
(726) Antigen P1					
E1 a S1	(6) APR	>>>	1	Pozitivní	3,6 %
	(14) Bio-Rad	>>>	5	Pozitivní	18 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3	Pozitivní	11 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Pozitivní	7,1 %
	(159) Grifols	>>>	1	Pozitivní	3,6 %
	(172) Immucor	>>>	8	Pozitivní	29 %
	(173) Sanguin	>>>	5	Pozitivní	18 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Pozitivní	3,6 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Pozitivní	7,1 %
Celkem za vzorek: n = 28		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(6) APR	>>>	1	Negativní	3,6 %
	(14) Bio-Rad	>>>	5	Negativní	18 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3	Negativní	11 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Negativní	7,1 %
	(159) Grifols	>>>	1	Negativní	3,6 %
	(172) Immucor	>>>	8	Negativní	29 %
	(173) Sanguin	>>>	5	Negativní	18 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Negativní	3,6 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Negativní	7,1 %
Celkem za vzorek: n = 28		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(727) Antigen Fya					
E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	10	Pozitivní	26 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	4	Pozitivní	11 %
	(80) DiaMed	>>>	4	Pozitivní	11 %
	(159) Grifols	>>>	3	Pozitivní	7,9 %
	(172) Immucor	>>>	8	Pozitivní	21 %
	(173) Sanguin	>>>	5	Pozitivní	13 %
	(174) IVT Imuno	>>>	2	Pozitivní	5,3 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Pozitivní	5,3 %
	Celkem za vzorek: n = 38		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	10	Pozitivní	26 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	4	Pozitivní	11 %
	(80) DiaMed	>>>	4	Pozitivní	11 %
	(159) Grifols	>>>	3	Pozitivní	7,9 %
	(172) Immucor	>>>	1	Negativní	2,6 %
		>>>	7	Pozitivní	18 %
	(173) Sanguin	>>>	5	Pozitivní	13 %
	(174) IVT Imuno	>>>	2	Pozitivní	5,3 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Pozitivní	5,3 %
Celkem za vzorek: n = 38		Úspěšnost: 97 %			
Celková úspěšnost: 97 %					
(728) Antigen Fyb					
E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	10	Pozitivní	26 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	4	Pozitivní	11 %
	(80) DiaMed	>>>	4	Pozitivní	11 %
	(159) Grifols	>>>	3	Pozitivní	7,9 %
	(172) Immucor	>>>	8	Pozitivní	21 %
	(173) Sanguin	>>>	5	Pozitivní	13 %
	(174) IVT Imuno	>>>	2	Pozitivní	5,3 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Pozitivní	5,3 %
Celkem za vzorek: n = 38		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	10	Negativní	26 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	4	Negativní	11 %
	(80) DiaMed	>>>	4	Negativní	11 %
	(159) Grifols	>>>	3	Negativní	7,9 %
	(172) Immucor	>>>	8	Negativní	21 %
	(173) Sanguin	>>>	5	Negativní	13 %

Cyklus EHK: IH4/20 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(174) IVT Imuno	>>> 2	Negativní	5,3 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Negativní	5,3 %
Celkem za vzorek: n = 38		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(729) Antigen Jka

E1 a S1	(6) APR	>>> 1	Pozitivní	2,7 %
	(14) Bio-Rad	>>> 8	Pozitivní	22 %
	(50) Merck	>>> 1	Pozitivní	2,7 %
	(52) Dynex	>>> 3	Pozitivní	8,1 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	5,4 %
	(80) DiaMed	>>> 4	Pozitivní	11 %
	(159) Grifols	>>> 3	Pozitivní	8,1 %
	(172) Immucor	>>> 8	Pozitivní	22 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Pozitivní	14 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní	5,4 %
Celkem za vzorek: n = 37		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
E2 a S2	(6) APR	>>> 1	Pozitivní	2,7 %
	(14) Bio-Rad	>>> 8	Pozitivní	22 %
	(50) Merck	>>> 1	Pozitivní	2,7 %
	(52) Dynex	>>> 3	Pozitivní	8,1 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	5,4 %
	(80) DiaMed	>>> 4	Pozitivní	11 %
	(159) Grifols	>>> 3	Pozitivní	8,1 %
	(172) Immucor	>>> 8	Pozitivní	22 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Pozitivní	14 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní	5,4 %
Celkem za vzorek: n = 37		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(730) Antigen Jkb

E1 a S1	(6) APR	>>> 1	Pozitivní	2,7 %
	(14) Bio-Rad	>>> 8	Pozitivní	22 %
	(50) Merck	>>> 1	Pozitivní	2,7 %
	(52) Dynex	>>> 3	Pozitivní	8,1 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	5,4 %
	(80) DiaMed	>>> 4	Pozitivní	11 %
	(159) Grifols	>>> 3	Pozitivní	8,1 %
	(172) Immucor	>>> 8	Pozitivní	22 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Pozitivní	14 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní	5,4 %
Celkem za vzorek: n = 37		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
E2 a S2	(6) APR	>>> 1	Negativní	2,7 %
	(14) Bio-Rad	>>> 8	Negativní	22 %
	(50) Merck	>>> 1	Negativní	2,7 %
	(52) Dynex	>>> 3	Negativní	8,1 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Negativní	5,4 %
	(80) DiaMed	>>> 4	Negativní	11 %
	(159) Grifols	>>> 3	Negativní	8,1 %
	(172) Immucor	>>> 8	Negativní	22 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Negativní	14 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Negativní	5,4 %
Celkem za vzorek: n = 37		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(731) Antigen Lua

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 7	Negativní	30 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Negativní	4,3 %
	(80) DiaMed	>>> 3	Negativní	13 %
	(159) Grifols	>>> 5	Negativní	22 %
	(172) Immucor	>>> 4	Negativní	17 %
	(173) Sanguin	>>> 3	Negativní	13 %
Celkem za vzorek: n = 23		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 7	Negativní	30 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Negativní	4,3 %
	(80) DiaMed	>>> 3	Negativní	13 %
	(159) Grifols	>>> 5	Negativní	22 %
	(172) Immucor	>>> 4	Negativní	17 %
	(173) Sanguin	>>> 3	Negativní	13 %
Celkem za vzorek: n = 23		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

Cyklus EHK: IH4/20 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
Celková úspěšnost: 100 %				
(732) Antigen Lub				
E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 6	Pozitivní	23 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Negativní	3,8 %
	(80) DiaMed	>>> 2	Pozitivní	7,7 %
	(159) Grifols	>>> 3	Pozitivní	12 %
	(172) Immucor	>>> 4	Pozitivní	15 %
	(173) Sanguin	>>> 4	Pozitivní	15 %
	(173) Sanguin	>>> 3	Pozitivní	12 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 1	Pozitivní	3,8 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Pozitivní	7,7 %
Celkem za vzorek: n = 26		Úspěšnost: 96 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 6	Pozitivní	23 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Negativní	3,8 %
	(80) DiaMed	>>> 2	Pozitivní	7,7 %
	(159) Grifols	>>> 3	Pozitivní	12 %
	(172) Immucor	>>> 4	Pozitivní	15 %
	(173) Sanguin	>>> 4	Pozitivní	15 %
	(173) Sanguin	>>> 3	Pozitivní	12 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 1	Pozitivní	3,8 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Pozitivní	7,7 %
Celkem za vzorek: n = 26		Úspěšnost: 96 %		
Celková úspěšnost: 96 %				
(733) Antigen Lea				
E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 7	Negativní	20 %
	(50) Merck	>>> 1	Negativní	2,9 %
	(52) Dynex	>>> 2	Negativní	5,7 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 3	Negativní	8,6 %
	(80) DiaMed	>>> 4	Negativní	11 %
	(159) Grifols	>>> 1	Negativní	2,9 %
	(172) Immucor	>>> 1	Pozitivní	2,9 %
	(172) Immucor	>>> 12	Negativní	34 %
	(173) Sanguin	>>> 1	Negativní	2,9 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Negativní	5,7 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 1	Negativní	2,9 %
Celkem za vzorek: n = 35		Úspěšnost: 97 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 7	Negativní	20 %
	(50) Merck	>>> 1	Negativní	2,9 %
	(52) Dynex	>>> 2	Negativní	5,7 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 3	Negativní	8,6 %
	(80) DiaMed	>>> 4	Negativní	11 %
	(159) Grifols	>>> 2	Negativní	5,7 %
	(172) Immucor	>>> 12	Negativní	34 %
	(173) Sanguin	>>> 1	Negativní	2,9 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Negativní	5,7 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 1	Negativní	2,9 %
Celkem za vzorek: n = 35		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 97 %				
(734) Antigen Leb				
E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 7	Pozitivní	20 %
	(50) Merck	>>> 1	Pozitivní	2,9 %
	(52) Dynex	>>> 2	Pozitivní	5,7 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 3	Pozitivní	8,6 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Negativní	2,9 %
	(159) Grifols	>>> 3	Pozitivní	8,6 %
	(159) Grifols	>>> 2	Pozitivní	5,7 %
	(172) Immucor	>>> 12	Pozitivní	34 %
	(173) Sanguin	>>> 1	Pozitivní	2,9 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Pozitivní	5,7 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 1	Pozitivní	2,9 %
Celkem za vzorek: n = 35		Úspěšnost: 97 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 7	Pozitivní	20 %
	(50) Merck	>>> 1	Pozitivní	2,9 %
	(52) Dynex	>>> 2	Pozitivní	5,7 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 3	Pozitivní	8,6 %
	(80) DiaMed	>>> 4	Pozitivní	11 %
	(159) Grifols	>>> 2	Pozitivní	5,7 %
	(172) Immucor	>>> 12	Pozitivní	34 %

Cyklus EHK: IH4/20 - Imunohematologie

Zkouška			N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina				
E2 a S2	(173) Sanguin	>>>	1	Pozitivní	2,9 %
	(174) IVT Imuno	>>>	2	Pozitivní	5,7 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1	Pozitivní	2,9 %
Celkem za vzorek: n = 35		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 97 %					

(737) Přímý Coombsův test

E1 a S1	(6) APR	>>>	1	Negativní	0,79 %
	(14) Bio-Rad	>>>	56	Negativní	44 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	2	Negativní	1,6 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Negativní	1,6 %
	(80) DiaMed	>>>	24	Negativní	19 %
	(159) Grifols	>>>	38	Negativní	30 %
	(173) Sanguin	>>>	1	Negativní	0,79 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Negativní	0,79 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1	Negativní	0,79 %
Celkem za vzorek: n = 126		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(6) APR	>>>	1	Negativní	0,79 %
	(14) Bio-Rad	>>>	56	Negativní	44 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	2	Negativní	1,6 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Negativní	1,6 %
	(80) DiaMed	>>>	24	Negativní	19 %
	(159) Grifols	>>>	38	Negativní	30 %
	(173) Sanguin	>>>	1	Negativní	0,79 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Negativní	0,79 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1	Negativní	0,79 %
Celkem za vzorek: n = 126		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(741) Screening protilátek (NAT, dárce)

E1 a S1	(6) APR	>>>	1	Pozitivní	1,2 %
	(14) Bio-Rad	>>>	37	Pozitivní	46 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	1	Pozitivní	1,2 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	1,2 %
	(80) DiaMed	>>>	13	Pozitivní	16 %
	(159) Grifols	>>>	17	Pozitivní	21 %
	(172) Immucor	>>>	11	Pozitivní	14 %
Celkem za vzorek: n = 81		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(6) APR	>>>	1	Pozitivní	1,2 %
	(14) Bio-Rad	>>>	37	Pozitivní	46 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	1	Pozitivní	1,2 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	1,2 %
	(80) DiaMed	>>>	13	Pozitivní	16 %
	(159) Grifols	>>>	17	Pozitivní	21 %
	(172) Immucor	>>>	11	Pozitivní	14 %
Celkem za vzorek: n = 81		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(743) Screening protilátek (NAT, příjemce)

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>>	1	Pozitivní	0,73 %
	(6) APR	>>>	2	Pozitivní	1,5 %
	(14) Bio-Rad	>>>	64	Pozitivní	47 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	2	Pozitivní	1,5 %
	(80) DiaMed	>>>	25	Pozitivní	18 %
	(159) Grifols	>>>	37	Pozitivní	27 %
	(172) Immucor	>>>	6	Pozitivní	4,4 %
Celkem za vzorek: n = 137		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>>	1	Pozitivní	0,73 %
	(6) APR	>>>	2	Pozitivní	1,5 %
	(14) Bio-Rad	>>>	64	Pozitivní	47 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	2	Pozitivní	1,5 %
	(80) DiaMed	>>>	25	Pozitivní	18 %
	(159) Grifols	>>>	37	Pozitivní	27 %
	(172) Immucor	>>>	6	Pozitivní	4,4 %
Celkem za vzorek: n = 137		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(745) Screening protilátek (NAT, těhotná)

E1 a S1	(6) APR	>>>	2	Pozitivní	1,8 %
	(14) Bio-Rad	>>>	51	Pozitivní	45 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	2	Pozitivní	1,8 %

Cyklus EHK: IH4/20 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E1 a S1	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	0,88 %
	(80) DiaMed	>>> 19	Pozitivní	17 %
	(159) Grifols	>>> 34	Pozitivní	30 %
	(172) Immucor	>>> 4	Pozitivní	3,5 %
Celkem za vzorek: n = 113		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(6) APR	>>> 2	Pozitivní	1,8 %
	(14) Bio-Rad	>>> 51	Pozitivní	45 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 2	Pozitivní	1,8 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	0,88 %
	(80) DiaMed	>>> 19	Pozitivní	17 %
	(159) Grifols	>>> 34	Pozitivní	30 %
	(172) Immucor	>>> 4	Pozitivní	3,5 %
Celkem za vzorek: n = 113		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(747) Screening protilátek (enzymový test)

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 49	Pozitivní	48 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 2	Pozitivní	1,9 %
	(80) DiaMed	>>> 21	Pozitivní	20 %
	(159) Grifols	>>> 30	Pozitivní	29 %
	(172) Immucor	>>> 1	Pozitivní	0,97 %
Celkem za vzorek: n = 103		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 49	Pozitivní	48 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 2	Pozitivní	1,9 %
	(80) DiaMed	>>> 21	Pozitivní	20 %
	(159) Grifols	>>> 30	Pozitivní	29 %
	(172) Immucor	>>> 1	Pozitivní	0,97 %
Celkem za vzorek: n = 103		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(750) Identifikace protilátek

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>> 43	anti-E; anti-S	98 %
		1	anti-E; anti-S; anti-K	2,3 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 98 %		
E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>> 43	anti-D	98 %
		1	anti-D; anti-Cw	2,3 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(752) Titrace prot., Vzorek 1: 1. protilátka

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	± 10	titr 16	31 %
		± 10	titr 32	31 %
		± 10	titr 64	31 %
		± 2	titr 128	6,3 %
Celkem za vzorek: n = 32		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(753) Titrace prot., Vzorek 1: 2. protilátka

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	± 2	titr 4	6,3 %
		± 9	titr 8	28 %
		± 13	titr 16	41 %
		± 8	titr 32	25 %
Celkem za vzorek: n = 32		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(756) Titrace prot., Vzorek 2: 1. protilátka

E2 a S2	(0) výrobce neuveden	± 9	titr 256	28 %
		± 4	titr 512	13 %
		± 1	titr 32	3,1 %
		± 5	titr 64	16 %
		± 13	titr 128	41 %
Celkem za vzorek: n = 32		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

Sada 3

(760) Zkouška kompatibility

S1	Všechny výsledky	>>> 124	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	100 %
Celkem za vzorek: n = 124		Úspěšnost: 100 %		
S2	Všechny výsledky	>>> 124	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	100 %
Celkem za vzorek: n = 124		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(761) Zkouška kompatibility (segment K1)

S1	(0) výrobce neuveden	>>> 124	Negativní zkouška	100 %
Celkem za vzorek: n = 124		Úspěšnost: 100 %		

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
S2	(0) výrobce neuveden	>>> 124	Pozitivní zkouška	100 %
Celkem za vzorek: n = 124		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(762) Podat transfuzní přípravek (segment K1)

S1	(0) výrobce neuveden	± 1	Nelze podat, riziko hemolýzy	0,81 %
		± 73	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	59 %
		± 27	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	22 %
		± 23	Lze podat	19 %
Celkem za vzorek: n = 124		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
S2	(0) výrobce neuveden	± 124	Nelze podat, riziko hemolýzy	100 %
Celkem za vzorek: n = 124		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(764) Zkouška kompatibility (segment K2)

S1	(0) výrobce neuveden	>>> 124	Pozitivní zkouška	100 %
Celkem za vzorek: n = 124		Úspěšnost: 100 %		
S2	(0) výrobce neuveden	>>> 124	Negativní zkouška	100 %
Celkem za vzorek: n = 124		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(765) Podat transfuzní přípravek (segment K2)

S1	(0) výrobce neuveden	± 124	Nelze podat, riziko hemolýzy	100 %
Celkem za vzorek: n = 124		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
S2	(0) výrobce neuveden	± 2	Nelze podat, riziko hemolýzy	1,6 %
		± 68	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	55 %
		± 4	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	3,2 %
		± 50	Lze podat	40 %
Celkem za vzorek: n = 124		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		