

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: AP1/21 - Antitrombotické přípravky

Stop termín: 02.04.2021

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]						Srovnatelnost								
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}	
Sada 1															
(108) Apixaban													32	28	88%
Vzoroky a skupiny	[µg/L]														
Vzorek A1		65,3	11	16	32	CVP	65,3	4,6	32%	44,4	86,2		32	28	88%
(38) IL		71,9	3,1	4,3	10	0							10		
(63) Sysmex		59,4	7,9	13	11	0							11		
(94) Stago		62,0	8,9	14	7	0							7		
Ostatní					4	0							4		
							3x 149, 1x 179								
Vzorek B1		272	25	9,3	32	CVP	272	11	25%	204	340		32	32	100%
(38) IL		287	10	3,5	10	0							10		
(63) Sysmex		258	17	6,7	11	0							11		
(94) Stago		283	15	5,2	7	0							7		
Ostatní					4	0							4		
							3x 149, 1x 179								
Sada 2															
(109) Dabigatran													33	31	94%
Vzoroky a skupiny	[µg/L]														
Vzorek A2		51,5	8,5	16	33	CVP	51,5	3,6	32%	35	68		33	31	94%
(38) IL		51,4	3,8	7,4	10	0							10		
(63) Sysmex		51,8	13	26	13	0							13		
(94) Stago		50,5	9,6	19	6	0							6		
Ostatní					4	0							4		
							3x 149, 1x 179								
Vzorek B2		215	26	12	33	CVP	215	11	25%	161	269		33	33	100%
(38) IL		206	14	6,7	10	0							10		
(63) Sysmex		221	32	15	13	0							13		
(94) Stago		232	49	21	6	0							6		
Ostatní					4	0							4		
							3x 149, 1x 179								
Sada 3															
(110) Rivaroxaban													38	36	95%
Vzoroky a skupiny	[µg/L]														
Vzorek A3		72,9	7,7	11	38	CVP	72,9	3,0	25%	54,6	91,2		38	36	95%
(38) IL		75,0	4,0	5,3	12	0							12		
(63) Sysmex		71,4	7,6	11	14	0							14		
(94) Stago		70,0	7,4	11	7	0							7		
Ostatní					5	0							5		
							4x 149, 1x 179								
Vzorek B3		311	24	7,9	38	CVP	311	9,7	25%	233	389		38	38	100%
(38) IL		288	10	3,5	12	0							12		
(63) Sysmex		327	15	4,6	14	0							14		
(94) Stago		314	17	5,4	7	0							7		
Ostatní					5	0							5		
							4x 149, 1x 179								

st_kn_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 09.04.2021