

Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

(Skupiny: výrobce přístroje)

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: BIL2/21 - Bilirubin novorozenecký

Stop termín: 27.08.2021

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost						Návaznost															
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}	
(215) Bilirubin celkový	[μmol/L]				136							0									136	128	94%
Vzorky a skupiny																							
Vzorek A		172	13	7,8	136							0		CRV	169,9	3,8	20%	135	204		136	132	97%
(1) Abbott		178	9,2	5,2	21	0																21	
(58) Beckman Coulter (AU)		172	7,3	4,3	25	0																25	
(60) Roche		161	6,1	3,8	44	0																44	
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		180	7,5	4,2	14	0																14	
(162) Siemens (Atellica)		192	8,8	4,6	9	0																9	
(179) Siemens		181	16	8,9	15	0																15	
Ostatní					8	0																8	
														2x 12, 1x 40, 1x 61, 1x 71, 1x 166, 1x 177, 1x 999									
Vzorek B		53,8	4,4	8,1	136							0		CRV	51,9	1,2	20%	41,5	62,3		136	131	96%
(1) Abbott		56,5	2,9	5,2	21	0																21	
(58) Beckman Coulter (AU)		54,5	1,9	3,4	25	0																25	
(60) Roche		49,7	1,8	3,6	44	0																44	
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		54,6	3,1	5,7	14	0																14	
(162) Siemens (Atellica)		61,0	1,5	2,4	9	0																9	
(179) Siemens		55,6	4,0	7,1	15	0																15	
Ostatní					8	0																8	
														2x 12, 1x 40, 1x 61, 1x 71, 1x 166, 1x 177, 1x 999									

st_kn_np

Konec sestavy

Vytisknuto: 02.09.2021