

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: CRP3/21 - Stanovení CRP

Stop termín: 27.08.2021

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost												
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(100) C-reaktivní protein					263							263	257	98%
Vzorky a skupiny	[mg/L]													
Vzorek A		39,7	2,4	6,1	263	CVP	39,7	0,37	24%	30,1	49,3	263	262	100%
(2) Imunoturbidimetrie		39,8	2,4	6,0	242	0						242		
(3) Imunonefelometrie		38,9	2,4	6,1	20	0						20		
Ostatní					1	0						1		
						1x 99								
Vzorek B		9,43	0,81	8,5	263	CVP	9,43	0,12	24%	7,16	11,7	263	257	98%
(2) Imunoturbidimetrie		9,42	0,82	8,7	242	1						242		
(3) Imunonefelometrie		9,48	0,66	6,9	20	0						20		
Ostatní					1	0						1		
						1x 99								

st_kn_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 02.09.2021