

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: CRP3/21 - Stanovení CRP

Stop termín: 27.08.2021

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Srovnatelnost								
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}	
(100) C-reaktivní protein					263							263	257	98%	
Vzorky a skupiny	[mg/L]														
Vzorek A		39,7	2,4	6,1	263	CVP	39,7	0,37	24%	30,1	49,3	263	262	100%	
(1) Abbott		40,9	1,2	2,9	53	0						53			
(12) Beckman Coulter		41,1	1,5	3,6	9	0						9			
(58) Beckman Coulter (AU)		41,8	1,8	4,2	38	0						38			
(60) Roche		38,0	1,4	3,7	93	0						93			
(116) Sentinel Diagnostics		41,3	1,6	4,0	5	0						5			
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		38,3	1,9	5,0	16	0						16			
(162) Siemens (Atellica)		40,0	1,2	3,1	11	0						11			
(178) DiaSys		41,3	2,9	7,0	5	0						5			
(179) Siemens		40,6	0,58	1,4	13	0						13			
Ostatní					20	0						20			
							1x 36, 3x 46, 4x 49, 1x 61, 3x 70, 1x 75, 1x 91, 1x 152, 1x 158, 4x 177						263	257	98%
Vzorek B		9,43	0,81	8,5	263	CVP	9,43	0,12	24%	7,16	11,7	263	257	98%	
(1) Abbott		9,51	0,38	4,0	53	0						53			
(12) Beckman Coulter		9,85	0,22	2,3	9	0						9			
(58) Beckman Coulter (AU)		9,93	0,42	4,2	38	0						38			
(60) Roche		8,85	0,38	4,3	93	1						93			
(116) Sentinel Diagnostics		9,60	0,49	5,1	5	0						5			
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		9,47	0,70	7,4	16	0						16			
(162) Siemens (Atellica)		10,8	0,22	2,0	11	0						11			
(178) DiaSys		9,00	0,59	6,6	5	0						5			
(179) Siemens		10,6	0,35	3,3	13	0						13			
Ostatní					20	0						20			
							1x 36, 3x 46, 4x 49, 1x 61, 3x 70, 1x 75, 1x 91, 1x 152, 1x 158, 4x 177						263	257	98%

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 02.09.2021