

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: DD2/21 - D Dimery

Stop termín: 18.06.2021

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]						Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(476) D Dimery (FEU)					57							56	48	86%
Vzorky a skupiny	[mg/L FEU]													
Vzorek A		0,675	0,17	26	57							56	49	88%
(917) Siemens Innovance D-Dimer		0,787	0,07	8,9	28	0	CVPG	0,771	,0079	27%	0,562	0,98	28	
(935) Mindray D-Dimer		0,570	0,045	7,9	6	0	CVPG	0,57	0,063	27%	0,416	0,724	6	
(988) Diagon Dia-D-Dimer		0,479	0,064	13	15	1	CVPG	0,479	0,042	27%	0,349	0,609	15	
Ostatní					8	0							7	
								1x 955, 1x 958, 4x 976, 1x 985, 1x 999						
Vzorek B		0,454	0,10	23	57							56	50	89%
(917) Siemens Innovance D-Dimer		0,510	0,049	9,7	28	0	CVPG	0,487	,0058	27%	0,355	0,619	28	
(935) Mindray D-Dimer		0,414	0,036	8,6	6	0	CVPG	0,414	0,050	27%	0,302	0,526	6	
(988) Diagon Dia-D-Dimer		0,295	0,061	21	15	1	CVPG	0,295	0,040	27%	0,215	0,375	15	
Ostatní					8	0							7	
								1x 955, 1x 958, 4x 976, 1x 985, 1x 999						
(477) D Dimery (DDim)					3							3	3	100%
Vzorky a skupiny	[mg/L D Dimer]													
Vzorek A		0,405	0,29	72	3							3	3	100%
Ostatní					3	0						3		
								2x 926, 1x 986						
Vzorek B		0,250	0,20	79	3							3	3	100%
Ostatní					3	0						3		
								2x 926, 1x 986						

st_kn_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 29.06.2021