

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(261) Glukóza				
A	Všechny výsledky	4	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	1,3 %
		> 11	2,81 - 11 mmol/L	3,6 %
		>>> 134	11,1 - 28 mmol/L	44 %
		>>> 156	> 28 mmol/L	51 %
Celkem za vzorek: n = 305		Úspěšnost: 99 %		
B	Všechny výsledky	>>> 300	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	98 %
		1	2,81 - 11 mmol/L	0,33 %
		1	11,1 - 28 mmol/L	0,33 %
		3	> 28 mmol/L	0,98 %
Celkem za vzorek: n = 305		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(263) Ketony

A	Všechny výsledky	5	Negativní, ≤ 0,5 mmol/L	1,6 %
		> 114	1+, 2+	37 %
		>>> 187	3+, 4+	61 %
Celkem za vzorek: n = 306		Úspěšnost: 98 %		
B	Všechny výsledky	>>> 301	Negativní, ≤ 0,5 mmol/L	98 %
		4	1+, 2+	1,3 %
		1	3+, 4+	0,33 %
Celkem za vzorek: n = 306		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(264) Celková bílkovina

A	Všechny výsledky	6	Negativní, < 0,3 g/L	2,0 %
		8	0,3 - 0,5 g/L	2,6 %
		> 63	0,51 - 2,5 g/L	21 %
		>>> 228	> 2,5 g/L	75 %
Celkem za vzorek: n = 305		Úspěšnost: 95 %		
B	Všechny výsledky	>>> 299	Negativní, < 0,3 g/L	98 %
		6	> 2,5 g/L	2,0 %
Celkem za vzorek: n = 305		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 95 %				

(266) Urobilinogen

A	Všechny výsledky	6	Negativní, < 17 μmol/L	2,0 %
		> 74	1+, 2+	24 %
		>>> 225	3+, 4+	74 %
Celkem za vzorek: n = 305		Úspěšnost: 98 %		
B	Všechny výsledky	>>> 301	Negativní, < 17 μmol/L	99 %
		3	1+, 2+	0,98 %
		1	3+, 4+	0,33 %
Celkem za vzorek: n = 305		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(268) Bilirubin

A	Všechny výsledky	8	Negativní	2,7 %
		> 21	1+, 2+	7,0 %
		>>> 272	3+, 4+	90 %
Celkem za vzorek: n = 301		Úspěšnost: 97 %		
B	Všechny výsledky	>>> 297	Negativní	99 %
		4	3+, 4+	1,3 %
Celkem za vzorek: n = 301		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 97 %				

(270) Leukocyty

A	Všechny výsledky	6	Negativní	2,2 %
		> 23	10 - 50 leu/μL	8,6 %
		>>> 109	51 - 250 leu/μL	41 %
		>>> 129	> 250 leu/μL	48 %
Celkem za vzorek: n = 267		Úspěšnost: 98 %		
B	Všechny výsledky	>>> 264	Negativní	99 %
		3	> 250 leu/μL	1,1 %
Celkem za vzorek: n = 267		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(272) Krev

A	Všechny výsledky	5	Negativní	1,6 %
		> 25	13 - 50 ery/μL	8,2 %
		>>> 276	> 50 ery/μL	90 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
	Celkem za vzorek: n = 306	Úspěšnost: 98 %		
B	Všechny výsledky	>>> 300	Negativní	98 %
		2	5 - 12 ery/ μ L	0,65 %
		4	> 50 ery/ μ L	1,3 %
	Celkem za vzorek: n = 306	Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(273) pH

A	Všechny výsledky	3	5,0	0,98 %
		> 12	6,0	3,9 %
		> 48	6,5	16 %
		>>> 163	7,0	53 %
		> 75	7,5	25 %
		> 3	8,0	0,98 %
		1	9,0	0,33 %
	Celkem za vzorek: n = 305	Úspěšnost: 99 %		
B	Všechny výsledky	>>> 266	5,0	87 %
		> 27	5,5	8,9 %
		> 8	6,0	2,6 %
		4	7,0	1,3 %
	Celkem za vzorek: n = 305	Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(274) Nitrity

A	Všechny výsledky	3	Negativní	1,1 %
		>>> 267	Pozitivní	99 %
	Celkem za vzorek: n = 270	Úspěšnost: 99 %		
B	Všechny výsledky	>>> 265	Negativní	98 %
		5	Pozitivní	1,9 %
	Celkem za vzorek: n = 270	Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(275) hCG

A	Všechny výsledky	>>> 14	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 14	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	>>> 14	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 14	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				