

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}		
(261) Glukóza						
A	(1) Vizually	1	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	0,33 %		
		>>> 2	11,1 - 28 mmol/L	0,66 %		
		>>> 30	> 28 mmol/L	9,8 %		
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	3	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	0,98 %		
		> 11	2,81 - 11 mmol/L	3,6 %		
		>>> 132	11,1 - 28 mmol/L	43 %		
Celkem za vzorek: n = 305 — Úspěšnost: 99 %				>>> 126	> 28 mmol/L	41 %
B	(1) Vizually	>>> 32	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	10 %		
		1	> 28 mmol/L	0,33 %		
		>>> 268	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	88 %		
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	1	2,81 - 11 mmol/L	0,33 %		
		1	11,1 - 28 mmol/L	0,33 %		
		2	> 28 mmol/L	0,66 %		
Celkem za vzorek: n = 305 — Úspěšnost: 98 %						
Celková úspěšnost: 98 %						

(263) Ketony

A	(1) Vizually	1	Negativní, ≤ 0,5 mmol/L	0,33 %
		> 14	1+, 2+	4,6 %
		>>> 18	3+, 4+	5,9 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	4	Negativní, ≤ 0,5 mmol/L	1,3 %
		> 100	1+, 2+	33 %
		>>> 169	3+, 4+	55 %
Celkem za vzorek: n = 306 — Úspěšnost: 98 %				
B	(1) Vizually	>>> 32	Negativní, ≤ 0,5 mmol/L	10 %
		1	1+, 2+	0,33 %
		>>> 269	Negativní, ≤ 0,5 mmol/L	88 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	3	1+, 2+	0,98 %
		1	3+, 4+	0,33 %
		Celkem za vzorek: n = 306 — Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(264) Celková bílkovina

A	(1) Vizually	1	Negativní, < 0,3 g/L	0,33 %		
		> 9	0,51 - 2,5 g/L	3,0 %		
		>>> 24	> 2,5 g/L	7,9 %		
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	5	Negativní, < 0,3 g/L	1,6 %		
		8	0,3 - 0,5 g/L	2,6 %		
		> 54	0,51 - 2,5 g/L	18 %		
Celkem za vzorek: n = 305 — Úspěšnost: 95 %				>>> 204	> 2,5 g/L	67 %
B	(1) Vizually	>>> 33	Negativní, < 0,3 g/L	11 %		
		1	> 2,5 g/L	0,33 %		
		>>> 266	Negativní, < 0,3 g/L	87 %		
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	5	> 2,5 g/L	1,6 %		
		Celkem za vzorek: n = 305 — Úspěšnost: 98 %				
		Celková úspěšnost: 95 %				

(266) Urobilinogen

A	(1) Vizually	1	Negativní, < 17 μmol/L	0,33 %
		> 4	1+, 2+	1,3 %
		>>> 27	3+, 4+	8,9 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	5	Negativní, < 17 μmol/L	1,6 %
		> 70	1+, 2+	23 %
		>>> 198	3+, 4+	65 %
Celkem za vzorek: n = 305 — Úspěšnost: 98 %				
B	(1) Vizually	>>> 31	Negativní, < 17 μmol/L	10 %
		1	1+, 2+	0,33 %
		>>> 270	Negativní, < 17 μmol/L	89 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	2	1+, 2+	0,66 %
		1	3+, 4+	0,33 %
		Celkem za vzorek: n = 305 — Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(268) Bilirubin

A	(1) Vizually	1	Negativní	0,33 %
		>>> 28	3+, 4+	9,3 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
A	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	7	Negativní	2,3 %
		> 21	1+, 2+	7,0 %
		>>> 244	3+, 4+	81 %
		Celkem za vzorek: n = 301 Úspěšnost: 97 %		
B	(1) Vizually	>>> 28	Negativní	9,3 %
		1	3+, 4+	0,33 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 269	Negativní	89 %
		3	3+, 4+	1,0 %
Celkem za vzorek: n = 301 Úspěšnost: 99 %				
Celková úspěšnost: 97 %				

(270) Leukocyty

A	(1) Vizually	>>> 3	51 - 250 leu/ μ L	1,1 %
		>>> 3	> 250 leu/ μ L	1,1 %
		(2) Reflektanční hodnocení (reader)	6	Negativní
	> 23	10 - 50 leu/ μ L	8,6 %	
	>>> 106	51 - 250 leu/ μ L	40 %	
	>>> 126	> 250 leu/ μ L	47 %	
Celkem za vzorek: n = 267 Úspěšnost: 98 %				
B	(1) Vizually	>>> 6	Negativní	2,2 %
		(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 258	Negativní
	3	> 250 leu/ μ L	1,1 %	
	Celkem za vzorek: n = 267 Úspěšnost: 99 %			
Celková úspěšnost: 98 %				

(272) Krev

A	(1) Vizually	1	Negativní	0,33 %
		> 3	13 - 50 ery/ μ L	0,98 %
		>>> 29	> 50 ery/ μ L	9,5 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	4	Negativní	1,3 %
		> 22	13 - 50 ery/ μ L	7,2 %
		>>> 247	> 50 ery/ μ L	81 %
Celkem za vzorek: n = 306 Úspěšnost: 98 %				
B	(1) Vizually	>>> 32	Negativní	10 %
		1	> 50 ery/ μ L	0,33 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 268	Negativní	88 %
		2	5 - 12 ery/ μ L	0,65 %
		3	> 50 ery/ μ L	0,98 %
Celkem za vzorek: n = 306 Úspěšnost: 98 %				
Celková úspěšnost: 98 %				

(273) pH

A	(1) Vizually	1	5,0	0,33 %	
		> 1	6,0	0,33 %	
		> 3	6,5	0,98 %	
		>>> 24	7,0	7,9 %	
		> 4	7,5	1,3 %	
		(2) Reflektanční hodnocení (reader)	2	5,0	0,66 %
			> 11	6,0	3,6 %
	> 45		6,5	15 %	
	>>> 139		7,0	46 %	
	> 71		7,5	23 %	
	> 3		8,0	0,98 %	
	1		9,0	0,33 %	
	Celkem za vzorek: n = 305 Úspěšnost: 99 %				
	B	(1) Vizually	>>> 32	5,0	10 %
1			7,0	0,33 %	
(2) Reflektanční hodnocení (reader)		>>> 234	5,0	77 %	
		> 27	5,5	8,9 %	
		> 8	6,0	2,6 %	
		3	7,0	0,98 %	
Celkem za vzorek: n = 305 Úspěšnost: 99 %					
Celková úspěšnost: 98 %					

(274) Nitrity

A	(1) Vizually	>>> 7	Pozitivní	2,6 %
		(2) Reflektanční hodnocení (reader)	3	Negativní
	>>> 260	Pozitivní	96 %	
Celkem za vzorek: n = 270 Úspěšnost: 99 %				
B	(1) Vizually	>>> 7	Negativní	2,6 %
		(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 258	Negativní
	5	Pozitivní	1,9 %	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
Celkem za vzorek: n = 270		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(275) hCG

A	(1) Vizually	>>> 13	Pozitivní	93 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 1	Pozitivní	7,1 %
Celkem za vzorek: n = 14		Úspěšnost: 100 %		
B	(1) Vizually	>>> 13	Negativní	93 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 1	Negativní	7,1 %
Celkem za vzorek: n = 14		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

st_kl

Konec sestavy

Vytlačeno: 27.02.2021