

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška	Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
<b>(261) Glukóza</b>					
A	Všechny výsledky		> 2	2,81 - 11 mmol/L	8,0 %
			>>> 9	11,1 - 28 mmol/L	36 %
			>>> 14	> 28 mmol/L	56 %
		Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky		>>> 25	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	100 %
		Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 100 %		
		Celková úspěšnost: 100 %			
<b>(263) Ketony</b>					
A	Všechny výsledky		> 10	1+, 2+	40 %
			>>> 15	3+, 4+	60 %
		Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky		>>> 25	Negativní, ≤ 0,5 mmol/L	100 %
		Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 100 %		
		Celková úspěšnost: 100 %			
<b>(264) Celková bílkovina</b>					
A	Všechny výsledky		2	0,3 - 0,5 g/L	8,0 %
			> 6	0,51 - 2,5 g/L	24 %
			>>> 17	> 2,5 g/L	68 %
		Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 92 %		
B	Všechny výsledky		>>> 25	Negativní, < 0,3 g/L	100 %
		Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 100 %		
		Celková úspěšnost: 92 %			
<b>(266) Urobilinogen</b>					
A	Všechny výsledky		> 6	1+, 2+	24 %
			>>> 19	3+, 4+	76 %
		Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky		>>> 25	Negativní, < 17 μmol/L	100 %
		Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 100 %		
		Celková úspěšnost: 100 %			
<b>(268) Bilirubin</b>					
A	Všechny výsledky		2	Negativní	8,0 %
			> 3	1+, 2+	12 %
			>>> 20	3+, 4+	80 %
		Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 92 %		
B	Všechny výsledky		>>> 25	Negativní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 100 %		
		Celková úspěšnost: 92 %			
<b>(270) Leukocyty</b>					
A	Všechny výsledky		> 3	10 - 50 leu/μL	13 %
			>>> 8	51 - 250 leu/μL	35 %
			>>> 12	> 250 leu/μL	52 %
		Celkem za vzorek: n = 23	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky		>>> 23	Negativní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 23	Úspěšnost: 100 %		
		Celková úspěšnost: 100 %			
<b>(272) Krev</b>					
A	Všechny výsledky		> 3	13 - 50 ery/μL	12 %
			>>> 22	> 50 ery/μL	88 %
		Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky		>>> 25	Negativní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 100 %		
		Celková úspěšnost: 100 %			
<b>(273) pH</b>					
A	Všechny výsledky		> 2	6,0	8,0 %
			> 7	6,5	28 %
			>>> 10	7,0	40 %
			> 5	7,5	20 %
			> 1	8,0	4,0 %
		Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky		>>> 23	5,0	92 %
			> 1	5,5	4,0 %
			> 1	6,0	4,0 %

**Zkouška**

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Celkem za vzorek: n = 25		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(274) Nitrity**

A	Všechny výsledky	>>> 23	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 23		Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	>>> 23	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 23		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(275) hCG**

A	Všechny výsledky	>>> 4	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 4		Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	>>> 4	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 4		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				