

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška	Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}	
(261) Glukóza	A	Všechny výsledky	1	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	1,7 %	
			1	2,81 - 11 mmol/L	1,7 %	
			>	21 11,1 - 28 mmol/L	36 %	
			>>>	36 > 28 mmol/L	61 %	
			Celkem za vzorek: n = 59		Úspěšnost: 97 %	
B	Všechny výsledky	>>>	50 Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	85 %		
		8	2,81 - 11 mmol/L	14 %		
		1	11,1 - 28 mmol/L	1,7 %		
		Celkem za vzorek: n = 59		Úspěšnost: 85 %		
		Celková úspěšnost: 83 %				

(263) Ketony	A	Všechny výsledky	4	Negativní, ≤ 0,5 mmol/L	6,8 %		
			>>>	36 1+, 2+	61 %		
			>	19 3+, 4+	32 %		
			Celkem za vzorek: n = 59		Úspěšnost: 93 %		
			B	Všechny výsledky	>>>	58 Negativní, ≤ 0,5 mmol/L	98 %
1	1+, 2+	1,7 %					
Celkem za vzorek: n = 59		Úspěšnost: 98 %					
Celková úspěšnost: 93 %							

(264) Celková bílkovina	A	Všechny výsledky	2	Negativní, < 0,3 g/L	3,4 %	
			>	4 0,3 - 0,5 g/L	6,8 %	
			>>>	29 0,51 - 2,5 g/L	49 %	
			>>>	24 > 2,5 g/L	41 %	
			Celkem za vzorek: n = 59		Úspěšnost: 97 %	
B	Všechny výsledky	>>>	58 Negativní, < 0,3 g/L	98 %		
		1	> 2,5 g/L	1,7 %		
		Celkem za vzorek: n = 59		Úspěšnost: 98 %		
		Celková úspěšnost: 97 %				

(266) Urobilinogen	A	Všechny výsledky	2	Negativní, < 17 μmol/L	3,4 %		
			>	23 1+, 2+	39 %		
			>>>	34 3+, 4+	58 %		
			Celkem za vzorek: n = 59		Úspěšnost: 97 %		
			B	Všechny výsledky	>>>	58 Negativní, < 17 μmol/L	98 %
1	1+, 2+	1,7 %					
Celkem za vzorek: n = 59		Úspěšnost: 98 %					
Celková úspěšnost: 97 %							

(268) Bilirubin	A	Všechny výsledky	1	Negativní	1,7 %		
			>	5 1+, 2+	8,6 %		
			>>>	52 3+, 4+	90 %		
			Celkem za vzorek: n = 58		Úspěšnost: 98 %		
			B	Všechny výsledky	>>>	57 Negativní	98 %
1	3+, 4+	1,7 %					
Celkem za vzorek: n = 58		Úspěšnost: 98 %					
Celková úspěšnost: 98 %							

(270) Leukocyty	A	Všechny výsledky	8	Negativní	15 %	
			>	2 10 - 50 leu/μL	3,8 %	
			>>>	18 51 - 250 leu/μL	34 %	
			>>>	25 > 250 leu/μL	47 %	
			Celkem za vzorek: n = 53		Úspěšnost: 85 %	
B	Všechny výsledky	>>>	52 Negativní	98 %		
		1	51 - 250 leu/μL	1,9 %		
		Celkem za vzorek: n = 53		Úspěšnost: 98 %		
		Celková úspěšnost: 85 %				

(272) Krev	A	Všechny výsledky	1	Negativní	1,7 %		
			>	6 13 - 50 ery/μL	10 %		
			>>>	52 > 50 ery/μL	88 %		
			Celkem za vzorek: n = 59		Úspěšnost: 98 %		
			B	Všechny výsledky	>>>	57 Negativní	97 %
1	5 - 12 ery/μL	1,7 %					

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
B	Všechny výsledky	1	> 50 ery/ μ L	1,7 %
Celkem za vzorek: n = 59		Úspěšnost: 97 %		
Celková úspěšnost: 97 %				

(273) pH

A	Všechny výsledky	1	5,0	1,7 %
		>	13 6,5	22 %
		>>>	34 7,0	58 %
		>	10 7,5	17 %
		>	1 8,0	1,7 %
Celkem za vzorek: n = 59		Úspěšnost: 98 %		
B	Všechny výsledky	2	5,0	3,4 %
		>	15 6,0	25 %
		>>>	37 6,5	63 %
		>	5 7,0	8,5 %
Celkem za vzorek: n = 59		Úspěšnost: 97 %		
Celková úspěšnost: 95 %				

(274) Nitrity

A	Všechny výsledky	1	Negativní	1,8 %
		>>>	55 Pozitivní	98 %
Celkem za vzorek: n = 56		Úspěšnost: 98 %		
B	Všechny výsledky	>>>	55 Negativní	98 %
			1 Pozitivní	1,8 %
Celkem za vzorek: n = 56		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(275) hCG

A	Všechny výsledky	2	Negativní	33 %
		>>>	4 Pozitivní	67 %
Celkem za vzorek: n = 6		Úspěšnost: 67 %		
B	Všechny výsledky	>>>	4 Negativní	67 %
			2 Pozitivní	33 %
Celkem za vzorek: n = 6		Úspěšnost: 67 %		
Celková úspěšnost: 67 %				