Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

(Skupiny: výrobce reagencie)

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: FOB1/21 - Okultní krvácení

Stop termín: 21.05.2021

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N_{tot}	N_{out}		Srovnatelnost AV	U_{AV}	D_{max}	LL	UL	N_{eva}	N_{suc}	S_{rel}
(107) Hemoglobin	[µg/g]				185								150	110	73%
Vzorky a skupiny															
Vzorek A		48,1	16	34	185								150	123	82%
(57) Aidian (Orion)		42,5	9,5	22	63	1	CVPG	42,5	3,0	20%	34	51	63		
(116) Sentinel Diagnostics		58,5	4,1	6,9	55	0	CVPG	58,5	1,3	20%	46,8	70,2	55		
(124) SD BIOSENSOR		88,6	47	53	8	0	CVPG	88,6	36	20%	70,8	107	0		
(200) BodiTech		66,7	26	39	18	3	CVPG	66,7	17	20%	53,3	80,1	0		
(208) Eiken		30,8	2,4	7,8	32	0	CVPG	30,8	1,0	20%	24,6	37	32		
(999) jiný výrobce		31,4	6,6	21	8	3	CVPG	31,4	19	20%	25,1	37,7	0		
Ostatní					1	0	1x 1						0		
Vzorek B		146	46	31	185								150	123	82%
(57) Aidian (Orion)		156	30	19	63	4	CVPG	156	9,6	20%	124	188	63		
(116) Sentinel Diagnostics		168	21	12	55	2	CVPG	168	6,9	20%	134	202	55		
(124) SD BIOSENSOR		153	70	46	8	0	CVPG	153	54	20%	122	184	0		
(200) BodiTech		144	66	46	18	1	CVPG	144	39	20%	115	173	0		
(208) Eiken		92,8	5,3	5,7	32	0	CVPG	92,8	2,3	20%	74,2	112	32		
(999) jiný výrobce		81,0	90	110	8	0	CVPG	81	69	20%	64,8	97,2	0		
Ostatní					1	0	1x 1						0		