

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: LMWH1/21 - Nízkomolekulární heparin

Stop termín: 02.04.2021

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]						Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(103) Nízkomolekulární heparin					129							129	124	96%
Vzorky a skupiny	[IU/mL]													
Vzorek A		0,238	0,041	17	129	CVP	0,238	,0089	34%	0,157	0,319	129	125	97%
(38) IL		0,198	0,023	12	26	0						26		
(94) Stago		0,194	0,023	12	11	0						11		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		0,251	0,03	12	34	0						34		
(179) Siemens		0,245	0,029	12	26	0						26		
(193) HYPHEN BioMed		0,266	0,024	9,2	29	0						29		
Ostatní					3	0						3		
Vzorek B		0,465	0,058	13	129	CVP	0,465	0,013	25%	0,348	0,582	129	126	98%
(38) IL		0,400	0,031	7,8	26	0						26		
(94) Stago		0,417	0,027	6,5	11	0						11		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		0,485	0,044	9,0	34	0						34		
(179) Siemens		0,481	0,031	6,5	26	0						26		
(193) HYPHEN BioMed		0,504	0,035	6,9	29	0						29		
Ostatní					3	0						3		

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 15.04.2021