

Legenda: >>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek
> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek
± ... označuje nehodnocený výsledek

N ... počet výsledků
Nrel ... relativní počet výsledků

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(1001) PAT (přímý Coombsův test)				
1	Všechny výsledky	> 40	Negativní	47 %
		>>> 42	Pozitivní (1+)	49 %
		> 2	Pozitivní (2+)	2,4 %
		> 1	Pozitivní (3+)	1,2 %
Celkem za vzorek: n = 85		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	1	Negativní	1,2 %
		> 2	Pozitivní (2+)	2,4 %
		>>> 45	Pozitivní (3+)	53 %
		> 37	Pozitivní (4+)	44 %
Celkem za vzorek: n = 85		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(1002) Typ senzibilizace anti-IgG

1	Všechny výsledky	> 1	Neuvedeno	2,4 %
		>>> 33	Negativní	80 %
		> 6	Pozitivní (1+)	15 %
		> 1	Pozitivní (2+)	2,4 %
Celkem za vzorek: n = 41		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	> 1	Pozitivní (2+)	2,4 %
		>>> 21	Pozitivní (3+)	51 %
		> 19	Pozitivní (4+)	46 %
Celkem za vzorek: n = 41		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(1003) Typ senzibilizace anti-IgA

1	Všechny výsledky	> 1	Neuvedeno	3,2 %
		>>> 30	Negativní	97 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 31	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(1004) Typ senzibilizace anti-IgM

1	Všechny výsledky	> 1	Neuvedeno	3,2 %
		4	Negativní	13 %
		> 18	Pozitivní (1+)	58 %
		>>> 8	Pozitivní (2+)	26 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 87 %		
2	Všechny výsledky	>>> 31	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 87 %				

(1005) Typ senzibilizace anti-C3c

1	Všechny výsledky	> 1	Neuvedeno	3,1 %
		>>> 31	Negativní	97 %
Celkem za vzorek: n = 32		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 32	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 32		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(1006) Typ senzibilizace anti-C3d

1	Všechny výsledky	> 2	Neuvedeno	5,4 %
		>>> 34	Negativní	92 %
		> 1	Pozitivní (1+)	2,7 %
Celkem za vzorek: n = 37		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 37	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 37		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(1008) Sl. aglut: Kvantifikace IgG-PAT

1	Všechny výsledky	> 6	Neuvedeno	25 %
		>>> 18	Negativní	75 %
Celkem za vzorek: n = 24		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	> 1	1:10	4,2 %
		>>> 17	1:100	71 %
		> 6	1:300	25 %
Celkem za vzorek: n = 24		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
(1009) Sl. aglut: Podtřída IgG1 1:1				
1	Všechny výsledky	> 5	Neuvedeno	23 %
		>>> 17	Negativní	77 %
	Celkem za vzorek: n = 22	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	1	Negativní	4,5 %
		>>> 17	Pozitivní (1+)	77 %
		> 4	Pozitivní (2+)	18 %
	Celkem za vzorek: n = 22	Úspěšnost: 95 %		
Celková úspěšnost: 95 %				
(1010) Sl. aglut: Podtřída IgG1 1:100				
1	Všechny výsledky	> 5	Neuvedeno	23 %
		>>> 17	Negativní	77 %
	Celkem za vzorek: n = 22	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 22	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 22	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(1011) Sl. aglut: Podtřída IgG3 1:1				
1	Všechny výsledky	> 5	Neuvedeno	23 %
		>>> 17	Negativní	77 %
	Celkem za vzorek: n = 22	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 19	Negativní	86 %
		2	Pozitivní (1+)	9,1 %
		1	Pozitivní (2+)	4,5 %
	Celkem za vzorek: n = 22	Úspěšnost: 86 %		
Celková úspěšnost: 86 %				
(1012) Sl. aglut: Podtřída IgG3 1:100				
1	Všechny výsledky	> 5	Neuvedeno	23 %
		>>> 17	Negativní	77 %
	Celkem za vzorek: n = 22	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 22	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 22	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(1019) AB0 skupina				
1	Všechny výsledky	>>> 56	Krevní skupina: B	100 %
	Celkem za vzorek: n = 56	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 56	Krevní skupina: AB	100 %
	Celkem za vzorek: n = 56	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(1020) Rh D antigen				
1	Všechny výsledky	1	Neuvedeno	1,8 %
		>>> 53	Negativní (RhD-)	95 %
		2	w/v (RhD weak/variant)	3,6 %
	Celkem za vzorek: n = 56	Úspěšnost: 95 %		
2	Všechny výsledky	>>> 56	Pozitivní (RhD+)	100 %
	Celkem za vzorek: n = 56	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 95 %				
(1021) Antigen C				
1	Všechny výsledky	>>> 44	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 44	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 44	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 44	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(1022) Antigen c				
1	Všechny výsledky	>>> 44	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 44	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 44	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 44	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(1023) Antigen Cw				
1	Všechny výsledky	>>> 35	Negativní	97 %
		1	Pozitivní	2,8 %
	Celkem za vzorek: n = 36	Úspěšnost: 97 %		
2	Všechny výsledky	>>> 35	Negativní	97 %
		1	Pozitivní	2,8 %
	Celkem za vzorek: n = 36	Úspěšnost: 97 %		
Celková úspěšnost: 94 %				

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
(1024) Antigen E				
1	Všechny výsledky	>>> 44	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 44	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(1025) Antigen e				
1	Všechny výsledky	>>> 44	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 44	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(1026) Antigen K				
1	Všechny výsledky	>>> 45	Negativní	98 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 98 %	1 Pozitivní	2,2 %
2	Všechny výsledky	>>> 46	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 98 %				
(1027) Antigen k				
1	Všechny výsledky	>>> 25	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 25		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 24	1 Neuvedeno Pozitivní	4,0 % 96 %
Celkem za vzorek: n = 25		Úspěšnost: 96 %		
Celková úspěšnost: 96 %				
(1028) Antigen M				
1	Všechny výsledky	>>> 25	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 25		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 25	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 25		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(1029) Antigen N				
1	Všechny výsledky	>>> 23	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 23		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 23	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 23		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(1030) Antigen S				
1	Všechny výsledky	>>> 25	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 25		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 25	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 25		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(1031) Antigen s				
1	Všechny výsledky	>>> 17	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 17		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 17	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 17		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(1032) Antigen P1				
1	Všechny výsledky	>>> 22	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 22		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 20	Negativní	91 %
Celkem za vzorek: n = 22		Úspěšnost: 91 %	2 Pozitivní	9,1 %
Celková úspěšnost: 91 %				
(1033) Antigen Jka				
1	Všechny výsledky	>>> 28	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 28		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 27	1 Neuvedeno Pozitivní	3,6 % 96 %
Celkem za vzorek: n = 28		Úspěšnost: 96 %		
Celková úspěšnost: 96 %				
(1034) Antigen Jkb				
1	Všechny výsledky	>>> 27	Pozitivní	100 %

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
	Celkem za vzorek: n = 27		Úspěšnost: 100 %	
2	Všechny výsledky	>>> 27	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 27		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				

(1035) Antigen Lea

1	Všechny výsledky	>>> 16	Negativní	84 %
		3	Pozitivní	16 %
	Celkem za vzorek: n = 19		Úspěšnost: 84 %	
2	Všechny výsledky	>>> 16	Negativní	84 %
		3	Pozitivní	16 %
	Celkem za vzorek: n = 19		Úspěšnost: 84 %	
Celková úspěšnost: 74 %				

(1036) Antigen Leb

1	Všechny výsledky	>>> 18	Pozitivní	95 %
		1	Negativní	5,3 %
	Celkem za vzorek: n = 19		Úspěšnost: 95 %	
2	Všechny výsledky	>>> 16	Pozitivní	84 %
		3	Negativní	16 %
	Celkem za vzorek: n = 19		Úspěšnost: 84 %	
Celková úspěšnost: 84 %				