

## Cyklus EHK: PAT1/21 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 04.06.2021

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
<b>(1001) PAT (přímý Coombsův test)</b>				
1	(14) Bio-Rad	>	26 Negativní	31 %
		>>>	20 Pozitivní (1+)	24 %
	(17) Biogema	>	1 Negativní	1,2 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	3 Pozitivní (1+)	3,5 %
		>	1 Pozitivní (2+)	1,2 %
	(80) DiaMed	>	5 Negativní	5,9 %
		>>>	5 Pozitivní (1+)	5,9 %
		>	1 Pozitivní (3+)	1,2 %
	(159) Grifols	>	7 Negativní	8,2 %
		>>>	14 Pozitivní (1+)	16 %
		>	1 Pozitivní (2+)	1,2 %
	(173) Sanguin	>	1 Negativní	1,2 %
----- Celkem za vzorek: n = 85 -----		Úspěšnost: 100 %		
2	(14) Bio-Rad	>>>	31 Pozitivní (3+)	36 %
		>	15 Pozitivní (4+)	18 %
	(17) Biogema	>>>	1 Pozitivní (3+)	1,2 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	2 Pozitivní (3+)	2,4 %
		>	2 Pozitivní (4+)	2,4 %
	(80) DiaMed		1 Negativní	1,2 %
		>	1 Pozitivní (2+)	1,2 %
		>>>	2 Pozitivní (3+)	2,4 %
		>	7 Pozitivní (4+)	8,2 %
	(159) Grifols	>>>	9 Pozitivní (3+)	11 %
		>	13 Pozitivní (4+)	15 %
	(173) Sanguin	>	1 Pozitivní (2+)	1,2 %
----- Celkem za vzorek: n = 85 -----		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

**(1002) Typ senzibilizace anti-IgG**

1	(0) výrobce neuveden	>>>	1 Negativní	2,4 %
	(14) Bio-Rad	>>>	20 Negativní	49 %
		>	3 Pozitivní (1+)	7,3 %
	(80) DiaMed	>	1 Neuvedeno	2,4 %
		>>>	6 Negativní	15 %
		>	2 Pozitivní (1+)	4,9 %
	(159) Grifols	>>>	6 Negativní	15 %
		>	1 Pozitivní (1+)	2,4 %
		>	1 Pozitivní (2+)	2,4 %
----- Celkem za vzorek: n = 41 -----		Úspěšnost: 100 %		
2	(0) výrobce neuveden	>>>	1 Pozitivní (3+)	2,4 %
	(14) Bio-Rad	>>>	15 Pozitivní (3+)	37 %
		>	8 Pozitivní (4+)	20 %
	(80) DiaMed	>	1 Pozitivní (2+)	2,4 %
		>>>	1 Pozitivní (3+)	2,4 %
		>	7 Pozitivní (4+)	17 %
	(159) Grifols	>>>	4 Pozitivní (3+)	9,8 %
		>	4 Pozitivní (4+)	9,8 %
----- Celkem za vzorek: n = 41 -----		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(1003) Typ senzibilizace anti-IgA**

1	(14) Bio-Rad	>>>	22 Negativní	71 %
	(80) DiaMed	>	1 Neuvedeno	3,2 %
		>>>	8 Negativní	26 %
----- Celkem za vzorek: n = 31 -----		Úspěšnost: 100 %		
2	(14) Bio-Rad	>>>	22 Negativní	71 %
	(80) DiaMed	>>>	9 Negativní	29 %
----- Celkem za vzorek: n = 31 -----		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(1004) Typ senzibilizace anti-IgM**

1	(14) Bio-Rad		3 Negativní	9,7 %
		>	13 Pozitivní (1+)	42 %
		>>>	6 Pozitivní (2+)	19 %
	(80) DiaMed	>	1 Neuvedeno	3,2 %
			1 Negativní	3,2 %
		>	5 Pozitivní (1+)	16 %

## Cyklus EHK: PAT1/21 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 04.06.2021

Zkouška	Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
1	(80) DiaMed	>>>	2	Pozitivní (2+)	6,5 %
	Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 87 %		
2	(14) Bio-Rad	>>>	22	Negativní	71 %
	(80) DiaMed	>>>	9	Negativní	29 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 87 %					
<b>(1005) Typ senzibilizace anti-C3c</b>					
1	(0) výrobce neuveden	>>>	1	Negativní	3,1 %
	(14) Bio-Rad	>>>	22	Negativní	69 %
	(80) DiaMed	>	1	Neuvedeno	3,1 %
Celkem za vzorek: n = 32		Úspěšnost: 100 %	8	Negativní	25 %
2	(0) výrobce neuveden	>>>	1	Negativní	3,1 %
	(14) Bio-Rad	>>>	22	Negativní	69 %
	(80) DiaMed	>>>	9	Negativní	28 %
Celkem za vzorek: n = 32		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
<b>(1006) Typ senzibilizace anti-C3d</b>					
1	(14) Bio-Rad	>>>	23	Negativní	62 %
	(80) DiaMed	>	2	Neuvedeno	5,4 %
		>>>	8	Negativní	22 %
	(159) Grifols	>>>	3	Negativní	8,1 %
		>	1	Pozitivní (1+)	2,7 %
Celkem za vzorek: n = 37		Úspěšnost: 100 %			
2	(14) Bio-Rad	>>>	23	Negativní	62 %
	(80) DiaMed	>>>	10	Negativní	27 %
	(159) Grifols	>>>	4	Negativní	11 %
	Celkem za vzorek: n = 37		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					
<b>(1008) Sl. aglut: Kvantifikace IgG-PAT</b>					
1	(14) Bio-Rad	>	4	Neuvedeno	17 %
		>>>	13	Negativní	54 %
	(80) DiaMed	>	2	Neuvedeno	8,3 %
		>>>	5	Negativní	21 %
Celkem za vzorek: n = 24		Úspěšnost: 100 %			
2	(14) Bio-Rad	>	1	1:10	4,2 %
		>>>	12	1:100	50 %
		>	4	1:300	17 %
	(80) DiaMed	>>>	5	1:100	21 %
		>	2	1:300	8,3 %
Celkem za vzorek: n = 24		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
<b>(1009) Sl. aglut: Podtřída IgG1 1:1</b>					
1	(14) Bio-Rad	>	3	Neuvedeno	14 %
		>>>	12	Negativní	55 %
	(80) DiaMed	>	2	Neuvedeno	9,1 %
		>>>	5	Negativní	23 %
Celkem za vzorek: n = 22		Úspěšnost: 100 %			
2	(14) Bio-Rad		1	Negativní	4,5 %
		>>>	11	Pozitivní (1+)	50 %
		>	3	Pozitivní (2+)	14 %
	(80) DiaMed	>>>	6	Pozitivní (1+)	27 %
		>	1	Pozitivní (2+)	4,5 %
Celkem za vzorek: n = 22		Úspěšnost: 95 %			
Celková úspěšnost: 95 %					
<b>(1010) Sl. aglut: Podtřída IgG1 1:100</b>					
1	(14) Bio-Rad	>	3	Neuvedeno	14 %
		>>>	12	Negativní	55 %
	(80) DiaMed	>	2	Neuvedeno	9,1 %
		>>>	5	Negativní	23 %
Celkem za vzorek: n = 22		Úspěšnost: 100 %			
2	(14) Bio-Rad	>>>	15	Negativní	68 %
	(80) DiaMed	>>>	7	Negativní	32 %
Celkem za vzorek: n = 22		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
<b>(1011) Sl. aglut: Podtřída IgG3 1:1</b>					

## Cyklus EHK: PAT1/21 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 04.06.2021

Zkouška					
Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>	
1	(14) Bio-Rad	>	3	Neuvedeno	14 %
		>>>	12	Negativní	55 %
	(80) DiaMed	>	2	Neuvedeno	9,1 %
		>>>	5	Negativní	23 %
	Celkem za vzorek: n = 22		Úspěšnost: 100 %		
2	(14) Bio-Rad	>>>	14	Negativní	64 %
			1	Pozitivní (2+)	4,5 %
	(80) DiaMed	>>>	5	Negativní	23 %
			2	Pozitivní (1+)	9,1 %
	Celkem za vzorek: n = 22		Úspěšnost: 86 %		
Celková úspěšnost: 86 %					

## (1012) Sl. aglut: Podtřída IgG3 1:100

1	(14) Bio-Rad	>	3	Neuvedeno	14 %
		>>>	12	Negativní	55 %
	(80) DiaMed	>	2	Neuvedeno	9,1 %
		>>>	5	Negativní	23 %
	Celkem za vzorek: n = 22		Úspěšnost: 100 %		
2	(14) Bio-Rad	>>>	15	Negativní	68 %
	(80) DiaMed	>>>	7	Negativní	32 %
	Celkem za vzorek: n = 22		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					

## (1019) AB0 skupina

1	(14) Bio-Rad	>>>	20	Krevní skupina: B	36 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	3	Krevní skupina: B	5,4 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Krevní skupina: B	1,8 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Krevní skupina: B	3,6 %
	(159) Grifols	>>>	13	Krevní skupina: B	23 %
	(172) Immucor	>>>	5	Krevní skupina: B	8,9 %
	(173) Sanguin	>>>	7	Krevní skupina: B	13 %
	(174) IVT Imuno	>>>	4	Krevní skupina: B	7,1 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Krevní skupina: B	1,8 %
	Celkem za vzorek: n = 56		Úspěšnost: 100 %		
2	(14) Bio-Rad	>>>	20	Krevní skupina: AB	36 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	3	Krevní skupina: AB	5,4 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Krevní skupina: AB	1,8 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Krevní skupina: AB	3,6 %
	(159) Grifols	>>>	13	Krevní skupina: AB	23 %
	(172) Immucor	>>>	5	Krevní skupina: AB	8,9 %
	(173) Sanguin	>>>	7	Krevní skupina: AB	13 %
	(174) IVT Imuno	>>>	4	Krevní skupina: AB	7,1 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Krevní skupina: AB	1,8 %
	Celkem za vzorek: n = 56		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					

## (1020) Rh D antigen

1	(14) Bio-Rad	>>>	24	Negativní (RhD-)	43 %
		(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	2	Negativní (RhD-)
			1	w/v (RhD weak/variant)	1,8 %
	(52) Dynex	>>>	1	Negativní (RhD-)	1,8 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Negativní (RhD-)	1,8 %
	(80) DiaMed		1	Neuvedeno	1,8 %
		>>>	1	Negativní (RhD-)	1,8 %
	(159) Grifols	>>>	12	Negativní (RhD-)	21 %
			1	w/v (RhD weak/variant)	1,8 %
		>>>	1	Negativní (RhD-)	1,8 %
	(170) Biotest	>>>	1	Negativní (RhD-)	1,8 %
	(172) Immucor	>>>	4	Negativní (RhD-)	7,1 %
	(173) Sanguin	>>>	5	Negativní (RhD-)	8,9 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Negativní (RhD-)	1,8 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Negativní (RhD-)	1,8 %
Celkem za vzorek: n = 56		Úspěšnost: 95 %			
2	(14) Bio-Rad	>>>	24	Pozitivní (RhD+)	43 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	3	Pozitivní (RhD+)	5,4 %
	(52) Dynex	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	1,8 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	1,8 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Pozitivní (RhD+)	3,6 %
	(159) Grifols	>>>	13	Pozitivní (RhD+)	23 %
	(170) Biotest	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	1,8 %
	(172) Immucor	>>>	4	Pozitivní (RhD+)	7,1 %
	(173) Sanguin	>>>	5	Pozitivní (RhD+)	8,9 %

## Cyklus EHK: PAT1/21 - Prímý antiglobulinový test

Stop termín: 04.06.2021

Zkouška					
Vzorek	Skupina	N	Výsledek		N <sub>rel</sub>
2	(174) IVT Imuno	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	1,8 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	1,8 %
Celkem za vzorek: n = 56			Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 95 %					

**(1021) Antigen C**

1	(14) Bio-Rad	>>>	16	Negativní	36 %
	(80) DiaMed	>>>	3	Negativní	6,8 %
	(159) Grifols	>>>	17	Negativní	39 %
	(172) Immucor	>>>	3	Negativní	6,8 %
	(173) Sanguin	>>>	3	Negativní	6,8 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Negativní	2,3 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Negativní	2,3 %
Celkem za vzorek: n = 44			Úspěšnost: 100 %		
2	(14) Bio-Rad	>>>	16	Pozitivní	36 %
	(80) DiaMed	>>>	3	Pozitivní	6,8 %
	(159) Grifols	>>>	17	Pozitivní	39 %
	(172) Immucor	>>>	3	Pozitivní	6,8 %
	(173) Sanguin	>>>	3	Pozitivní	6,8 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	2,3 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Pozitivní	2,3 %
Celkem za vzorek: n = 44			Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					

**(1022) Antigen c**

1	(14) Bio-Rad	>>>	16	Pozitivní	36 %
	(80) DiaMed	>>>	3	Pozitivní	6,8 %
	(159) Grifols	>>>	17	Pozitivní	39 %
	(172) Immucor	>>>	3	Pozitivní	6,8 %
	(173) Sanguin	>>>	3	Pozitivní	6,8 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	2,3 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Pozitivní	2,3 %
Celkem za vzorek: n = 44			Úspěšnost: 100 %		
2	(14) Bio-Rad	>>>	16	Pozitivní	36 %
	(80) DiaMed	>>>	3	Pozitivní	6,8 %
	(159) Grifols	>>>	17	Pozitivní	39 %
	(172) Immucor	>>>	3	Pozitivní	6,8 %
	(173) Sanguin	>>>	3	Pozitivní	6,8 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	2,3 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Pozitivní	2,3 %
Celkem za vzorek: n = 44			Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					

**(1023) Antigen Cw**

1	(14) Bio-Rad	>>>	5	Negativní	14 %
	(159) Grifols	>>>	18	Negativní	50 %
	(170) Biotest	>>>	1	Negativní	2,8 %
	(172) Immucor	>>>	3	Negativní	8,3 %
	(173) Sanguin	>>>	7	Negativní	19 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Pozitivní	2,8 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Negativní	2,8 %
Celkem za vzorek: n = 36			Úspěšnost: 97 %		
2	(14) Bio-Rad	>>>	5	Negativní	14 %
	(159) Grifols	>>>	18	Negativní	50 %
	(170) Biotest	>>>	1	Negativní	2,8 %
	(172) Immucor	>>>	3	Negativní	8,3 %
	(173) Sanguin	>>>	6	Negativní	17 %
		>>>	1	Pozitivní	2,8 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Negativní	2,8 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Negativní	2,8 %
Celkem za vzorek: n = 36			Úspěšnost: 97 %		
Celková úspěšnost: 94 %					

**(1024) Antigen E**

1	(14) Bio-Rad	>>>	16	Negativní	36 %
	(80) DiaMed	>>>	3	Negativní	6,8 %
	(159) Grifols	>>>	17	Negativní	39 %
	(172) Immucor	>>>	3	Negativní	6,8 %
	(173) Sanguin	>>>	3	Negativní	6,8 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Negativní	2,3 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Negativní	2,3 %

## Cyklus EHK: PAT1/21 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 04.06.2021

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
2	(14) Bio-Rad	>>> 16	Pozitivní	36 %
	(80) DiaMed	>>> 3	Pozitivní	6,8 %
	(159) Grifols	>>> 17	Pozitivní	39 %
	(172) Immucor	>>> 3	Pozitivní	6,8 %
	(173) Sanguin	>>> 3	Pozitivní	6,8 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Pozitivní	2,3 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Pozitivní	2,3 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(1025) Antigen e**

1	(14) Bio-Rad	>>> 16	Pozitivní	36 %
	(80) DiaMed	>>> 3	Pozitivní	6,8 %
	(159) Grifols	>>> 17	Pozitivní	39 %
	(172) Immucor	>>> 3	Pozitivní	6,8 %
	(173) Sanguin	>>> 3	Pozitivní	6,8 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Pozitivní	2,3 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Pozitivní	2,3 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
2	(14) Bio-Rad	>>> 16	Pozitivní	36 %
	(80) DiaMed	>>> 3	Pozitivní	6,8 %
	(159) Grifols	>>> 17	Pozitivní	39 %
	(172) Immucor	>>> 3	Pozitivní	6,8 %
	(173) Sanguin	>>> 3	Pozitivní	6,8 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Pozitivní	2,3 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Pozitivní	2,3 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(1026) Antigen K**

1	(14) Bio-Rad	>>> 15	Negativní	33 %
			1 Pozitivní	2,2 %
	(80) DiaMed	>>> 2	Negativní	4,3 %
	(159) Grifols	>>> 19	Negativní	41 %
	(172) Immucor	>>> 3	Negativní	6,5 %
	(173) Sanguin	>>> 3	Negativní	6,5 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Negativní	2,2 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Negativní	2,2 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Negativní	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 98 %		
2	(14) Bio-Rad	>>> 16	Negativní	35 %
	(80) DiaMed	>>> 2	Negativní	4,3 %
	(159) Grifols	>>> 19	Negativní	41 %
	(172) Immucor	>>> 3	Negativní	6,5 %
	(173) Sanguin	>>> 3	Negativní	6,5 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Negativní	2,2 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Negativní	2,2 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Negativní	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

**(1027) Antigen k**

1	(14) Bio-Rad	>>> 5	Pozitivní	20 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	8,0 %
	(80) DiaMed	>>> 3	Pozitivní	12 %
	(159) Grifols	>>> 1	Pozitivní	4,0 %
	(172) Immucor	>>> 2	Pozitivní	8,0 %
	(173) Sanguin	>>> 12	Pozitivní	48 %
Celkem za vzorek: n = 25		Úspěšnost: 100 %		
2	(14) Bio-Rad	>>> 5	Pozitivní	20 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	8,0 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Neuveđeno	4,0 %
		>>> 2	Pozitivní	8,0 %
	(159) Grifols	>>> 1	Pozitivní	4,0 %
	(172) Immucor	>>> 2	Pozitivní	8,0 %
	(173) Sanguin	>>> 12	Pozitivní	48 %
Celkem za vzorek: n = 25		Úspěšnost: 96 %		
Celková úspěšnost: 96 %				

**(1028) Antigen M**

1	(6) APR	>>> 1	Pozitivní	4,0 %
---	---------	-------	-----------	-------

## Cyklus EHK: PAT1/21 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 04.06.2021

Zkouška					
Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>	
1	(14) Bio-Rad	>>>	3	Pozitivní	12 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Pozitivní	8,0 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Pozitivní	8,0 %
	(159) Grifols	>>>	3	Pozitivní	12 %
	(172) Immucor	>>>	6	Pozitivní	24 %
	(173) Sanguin	>>>	4	Pozitivní	16 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Pozitivní	4,0 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	4,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Pozitivní	8,0 %
Celkem za vzorek: n = 25		Úspěšnost: 100 %			
2	(6) APR	>>>	1	Pozitivní	4,0 %
	(14) Bio-Rad	>>>	3	Pozitivní	12 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Pozitivní	8,0 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Pozitivní	8,0 %
	(159) Grifols	>>>	3	Pozitivní	12 %
	(172) Immucor	>>>	6	Pozitivní	24 %
	(173) Sanguin	>>>	4	Pozitivní	16 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Pozitivní	4,0 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	4,0 %
(203) ANTITOXIN	>>>	2	Pozitivní	8,0 %	
Celkem za vzorek: n = 25		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

## (1029) Antigen N

1	(6) APR	>>>	1	Negativní	4,3 %
	(14) Bio-Rad	>>>	3	Negativní	13 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Negativní	8,7 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Negativní	8,7 %
	(159) Grifols	>>>	3	Negativní	13 %
	(172) Immucor	>>>	4	Negativní	17 %
	(173) Sanguin	>>>	4	Negativní	17 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Negativní	4,3 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Negativní	4,3 %
(203) ANTITOXIN	>>>	2	Negativní	8,7 %	
Celkem za vzorek: n = 23		Úspěšnost: 100 %			
2	(6) APR	>>>	1	Pozitivní	4,3 %
	(14) Bio-Rad	>>>	3	Pozitivní	13 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Pozitivní	8,7 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Pozitivní	8,7 %
	(159) Grifols	>>>	3	Pozitivní	13 %
	(172) Immucor	>>>	4	Pozitivní	17 %
	(173) Sanguin	>>>	4	Pozitivní	17 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Pozitivní	4,3 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	4,3 %
(203) ANTITOXIN	>>>	2	Pozitivní	8,7 %	
Celkem za vzorek: n = 23		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

## (1030) Antigen S

1	(6) APR	>>>	1	Pozitivní	4,0 %
	(14) Bio-Rad	>>>	2	Pozitivní	8,0 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Pozitivní	8,0 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Pozitivní	8,0 %
	(159) Grifols	>>>	2	Pozitivní	8,0 %
	(172) Immucor	>>>	8	Pozitivní	32 %
	(173) Sanguin	>>>	7	Pozitivní	28 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	4,0 %
	Celkem za vzorek: n = 25		Úspěšnost: 100 %		
2	(6) APR	>>>	1	Pozitivní	4,0 %
	(14) Bio-Rad	>>>	2	Pozitivní	8,0 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Pozitivní	8,0 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Pozitivní	8,0 %
	(159) Grifols	>>>	2	Pozitivní	8,0 %
	(172) Immucor	>>>	8	Pozitivní	32 %
	(173) Sanguin	>>>	7	Pozitivní	28 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	4,0 %
Celkem za vzorek: n = 25		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

## Cyklus EHK: PAT1/21 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 04.06.2021

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
<b>(1031) Antigen s</b>				
1	(6) APR	>>>	1 Pozitivní	5,9 %
	(14) Bio-Rad	>>>	1 Pozitivní	5,9 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1 Pozitivní	5,9 %
	(80) DiaMed	>>>	2 Pozitivní	12 %
	(159) Grifols	>>>	2 Pozitivní	12 %
	(172) Immucor	>>>	10 Pozitivní	59 %
Celkem za vzorek: n = 17		Úspěšnost: 100 %		
2	(6) APR	>>>	1 Pozitivní	5,9 %
	(14) Bio-Rad	>>>	1 Pozitivní	5,9 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1 Pozitivní	5,9 %
	(80) DiaMed	>>>	2 Pozitivní	12 %
	(159) Grifols	>>>	2 Pozitivní	12 %
	(172) Immucor	>>>	10 Pozitivní	59 %
Celkem za vzorek: n = 17		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1032) Antigen P1</b>				
1	(14) Bio-Rad	>>>	3 Pozitivní	14 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3 Pozitivní	14 %
	(80) DiaMed	>>>	2 Pozitivní	9,1 %
	(159) Grifols	>>>	3 Pozitivní	14 %
	(172) Immucor	>>>	5 Pozitivní	23 %
	(173) Sanguin	>>>	6 Pozitivní	27 %
Celkem za vzorek: n = 22		Úspěšnost: 100 %		
2	(14) Bio-Rad	>>>	2 Negativní	9,1 %
			1 Pozitivní	4,5 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3 Negativní	14 %
	(80) DiaMed	>>>	1 Negativní	4,5 %
			1 Pozitivní	4,5 %
	(159) Grifols	>>>	3 Negativní	14 %
	(172) Immucor	>>>	5 Negativní	23 %
	(173) Sanguin	>>>	6 Negativní	27 %
Celkem za vzorek: n = 22		Úspěšnost: 91 %		
Celková úspěšnost: 91 %				
<b>(1033) Antigen Jka</b>				
1	(14) Bio-Rad	>>>	3 Pozitivní	11 %
	(52) Dynex	>>>	2 Pozitivní	7,1 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3 Pozitivní	11 %
	(80) DiaMed	>>>	1 Pozitivní	3,6 %
	(159) Grifols	>>>	4 Pozitivní	14 %
	(172) Immucor	>>>	7 Pozitivní	25 %
	(173) Sanguin	>>>	8 Pozitivní	29 %
Celkem za vzorek: n = 28		Úspěšnost: 100 %		
2	(14) Bio-Rad	>>>	1 Neuvedeno	3,6 %
			2 Pozitivní	7,1 %
	(52) Dynex	>>>	2 Pozitivní	7,1 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3 Pozitivní	11 %
	(80) DiaMed	>>>	1 Pozitivní	3,6 %
	(159) Grifols	>>>	4 Pozitivní	14 %
	(172) Immucor	>>>	7 Pozitivní	25 %
	(173) Sanguin	>>>	8 Pozitivní	29 %
Celkem za vzorek: n = 28		Úspěšnost: 96 %		
Celková úspěšnost: 96 %				
<b>(1034) Antigen Jkb</b>				
1	(14) Bio-Rad	>>>	2 Pozitivní	7,4 %
	(52) Dynex	>>>	1 Pozitivní	3,7 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3 Pozitivní	11 %
	(80) DiaMed	>>>	1 Pozitivní	3,7 %
	(159) Grifols	>>>	4 Pozitivní	15 %
	(172) Immucor	>>>	7 Pozitivní	26 %
	(173) Sanguin	>>>	9 Pozitivní	33 %
Celkem za vzorek: n = 27		Úspěšnost: 100 %		
2	(14) Bio-Rad	>>>	2 Pozitivní	7,4 %
	(52) Dynex	>>>	1 Pozitivní	3,7 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3 Pozitivní	11 %
	(80) DiaMed	>>>	1 Pozitivní	3,7 %
	(159) Grifols	>>>	4 Pozitivní	15 %
	(172) Immucor	>>>	7 Pozitivní	26 %

## Cyklus EHK: PAT1/21 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 04.06.2021

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
2	(173) Sanguin	>>>	9 Pozitivní	33 %
Celkem za vzorek: n = 27		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

## (1035) Antigen Lea

1	(14) Bio-Rad	>>>	1 Negativní	5,3 %
			1 Pozitivní	5,3 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1 Negativní	5,3 %
			1 Pozitivní	5,3 %
	(80) DiaMed	>>>	1 Negativní	5,3 %
	(159) Grifols	>>>	3 Negativní	16 %
	(172) Immucor	>>>	6 Negativní	32 %
			1 Pozitivní	5,3 %
	(173) Sanguin	>>>	4 Negativní	21 %
Celkem za vzorek: n = 19		Úspěšnost: 84 %		
2	(14) Bio-Rad	>>>	1 Negativní	5,3 %
			1 Pozitivní	5,3 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2 Negativní	11 %
	(80) DiaMed	>>>	1 Pozitivní	5,3 %
	(159) Grifols	>>>	3 Negativní	16 %
	(172) Immucor	>>>	7 Negativní	37 %
	(173) Sanguin	>>>	3 Negativní	16 %
			1 Pozitivní	5,3 %
Celkem za vzorek: n = 19		Úspěšnost: 84 %		
Celková úspěšnost: 74 %				

## (1036) Antigen Leb

1	(14) Bio-Rad	>>>	1 Negativní	5,3 %
			1 Pozitivní	5,3 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2 Pozitivní	11 %
	(80) DiaMed	>>>	1 Pozitivní	5,3 %
	(159) Grifols	>>>	3 Pozitivní	16 %
	(172) Immucor	>>>	7 Pozitivní	37 %
	(173) Sanguin	>>>	4 Pozitivní	21 %
Celkem za vzorek: n = 19		Úspěšnost: 95 %		
2	(14) Bio-Rad	>>>	2 Negativní	11 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2 Pozitivní	11 %
	(80) DiaMed	>>>	1 Negativní	5,3 %
	(159) Grifols	>>>	3 Pozitivní	16 %
	(172) Immucor	>>>	7 Pozitivní	37 %
	(173) Sanguin	>>>	4 Pozitivní	21 %
Celkem za vzorek: n = 19		Úspěšnost: 84 %		
Celková úspěšnost: 84 %				