

Legenda: &gt;&gt;&gt; ... označuje správný (očekávaný) výsledek

N ... počet výsledků

&gt; ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek

N<sub>rel</sub> ... relativní počet výsledků

± ... označuje nehodnocený výsledek

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
<b>(1001) PAT (přímý Coombsův test)</b>				
1	Všechny výsledky	> 11	Pozitivní (1+)	13 %
		>>> 55	Pozitivní (2+)	65 %
		> 17	Pozitivní (3+)	20 %
		> 2	Pozitivní (4+)	2,4 %
Celkem za vzorek: n = 85		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	> 1	Pozitivní (1+)	1,2 %
		> 6	Pozitivní (2+)	7,1 %
		>>> 64	Pozitivní (3+)	75 %
		> 14	Pozitivní (4+)	16 %
Celkem za vzorek: n = 85		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(1002) Typ senzibilizace anti-IgG**

1	Všechny výsledky	1	Negativní	2,5 %
		> 4	Pozitivní (1+)	10 %
		>>> 27	Pozitivní (2+)	68 %
		> 6	Pozitivní (3+)	15 %
		> 2	Pozitivní (4+)	5,0 %
Celkem za vzorek: n = 40		Úspěšnost: 98 %		
2	Všechny výsledky	> 2	Pozitivní (2+)	5,0 %
		>>> 32	Pozitivní (3+)	80 %
		> 6	Pozitivní (4+)	15 %
Celkem za vzorek: n = 40		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

**(1003) Typ senzibilizace anti-IgA**

1	Všechny výsledky	>>> 31	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 31	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(1004) Typ senzibilizace anti-IgM**

1	Všechny výsledky	>>> 31	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 31	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(1005) Typ senzibilizace anti-C3c**

1	Všechny výsledky	>>> 32	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 32		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 32	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 32		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(1006) Typ senzibilizace anti-C3d**

1	Všechny výsledky	>>> 36	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 36		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 36	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 36		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(1008) Sl. aglut: Kvantifikace IgG-PAT**

1	Všechny výsledky	> 14	1:10	61 %
		>>> 8	1:30	35 %
		> 1	1:300	4,3 %
Celkem za vzorek: n = 23		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	> 11	1:30	48 %
		>>> 11	1:100	48 %
		> 1	1:300	4,3 %
Celkem za vzorek: n = 23		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(1009) Sl. aglut: Podtřída IgG1 1:1**

1	Všechny výsledky	>>> 22	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 22		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	> 9	Negativní	41 %
		>>> 10	Pozitivní (1+)	45 %
		> 3	Pozitivní (2+)	14 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
Celkem za vzorek: n = 22		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1010) Sl. aglut: Podtřída IgG1 1:100</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 21	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 21		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 21	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 21		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1011) Sl. aglut: Podtřída IgG3 1:1</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 22	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 22		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 22	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 22		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1012) Sl. aglut: Podtřída IgG3 1:100</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 21	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 21		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 21	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 21		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1019) AB0 skupina</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 55	Krevní skupina: 0	100 %
Celkem za vzorek: n = 55		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 55	Krevní skupina: A	100 %
Celkem za vzorek: n = 55		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1020) Rh D antigen</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 55	Negativní (RhD-)	100 %
Celkem za vzorek: n = 55		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 53	Negativní (RhD-)	96 %
		1	Pozitivní (RhD+)	1,8 %
		1	w/v (RhD weak/variant)	1,8 %
Celkem za vzorek: n = 55		Úspěšnost: 96 %		
Celková úspěšnost: 96 %				
<b>(1021) Antigen C</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 44	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 44	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1022) Antigen c</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 44	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 44	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1023) Antigen Cw</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 36	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 36		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 36	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 36		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1024) Antigen E</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 44	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 44	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1025) Antigen e</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 44	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 44	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1026) Antigen K</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 46	Negativní	100 %

## Cyklus EHK: PAT2/21 - Přímý antiglobulinový test

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
	Celkem za vzorek: n = 46	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 46	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 46	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1027) Antigen k</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 23	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 23	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 23	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 23	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1028) Antigen M</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 25	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 25	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1029) Antigen N</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 23	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 23	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 23	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 23	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1030) Antigen S</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 23	Negativní	88 %
		3	Pozitivní	12 %
	Celkem za vzorek: n = 26	Úspěšnost: 88 %		
2	Všechny výsledky	>>> 26	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 26	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 88 %				
<b>(1031) Antigen s</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 19	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 19	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 19	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 19	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1032) Antigen P1</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 21	Negativní	95 %
		1	Pozitivní	4,5 %
	Celkem za vzorek: n = 22	Úspěšnost: 95 %		
2	Všechny výsledky	>>> 22	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 22	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 95 %				
<b>(1033) Antigen Jka</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 29	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 29	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 28	1 Neuveдено	3,4 %
			27 Pozitivní	97 %
	Celkem za vzorek: n = 29	Úspěšnost: 97 %		
Celková úspěšnost: 97 %				
<b>(1034) Antigen Jkb</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 27	1 Negativní	3,6 %
			27 Pozitivní	96 %
	Celkem za vzorek: n = 28	Úspěšnost: 96 %		
2	Všechny výsledky	>>> 28	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 28	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 96 %				
<b>(1035) Antigen Lea</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 19	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 19	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 19	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 19	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1036) Antigen Leb</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 19	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 19	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 18	Negativní	95 %

## Cyklus EHK: PAT2/21 - Přímý antiglobulinový test

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
2	Všechny výsledky	1	Pozitivní	5,3 %
Celkem za vzorek: n = 19		Úspěšnost: 95 %		
Celková úspěšnost: 95 %				

st\_kl

Konec sestavy

Vytisknuto: 04.12.2021