

Cyklus EHK: PAT2/21 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 19.11.2021

| | | |
|----------|--|-----------------------------------|
| Legenda: | >>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek | N ... počet výsledků |
| | > ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek | Nrel ... relativní počet výsledků |
| | ± ... označuje nehodnocený výsledek | |

Zkouška

| Vzorek | Skupina | N | Výsledek | N _{rel} |
|---|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| (1001) PAT (přímý Coombsův test) | | | | |
| 1 | (14) Bio-Rad | > 4 | Pozitivní (1+) | 4,7 % |
| | | >>> 34 | Pozitivní (2+) | 40 % |
| | | > 8 | Pozitivní (3+) | 9,4 % |
| | (17) Biogema | > 1 | Pozitivní (1+) | 1,2 % |
| | (40) Ortho Clinical Diagnostics | >>> 1 | Pozitivní (2+) | 1,2 % |
| | | > 3 | Pozitivní (3+) | 3,5 % |
| | (80) DiaMed | > 2 | Pozitivní (1+) | 2,4 % |
| | | >>> 6 | Pozitivní (2+) | 7,1 % |
| | | > 2 | Pozitivní (3+) | 2,4 % |
| | | > 1 | Pozitivní (4+) | 1,2 % |
| | (159) Grifols | > 3 | Pozitivní (1+) | 3,5 % |
| | | >>> 14 | Pozitivní (2+) | 16 % |
| | | > 4 | Pozitivní (3+) | 4,7 % |
| | | > 1 | Pozitivní (4+) | 1,2 % |
| | (173) Sanguin | > 1 | Pozitivní (1+) | 1,2 % |
| Celkem za vzorek: n = 85 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| 2 | (14) Bio-Rad | > 3 | Pozitivní (2+) | 3,5 % |
| | | >>> 36 | Pozitivní (3+) | 42 % |
| | | > 7 | Pozitivní (4+) | 8,2 % |
| | (17) Biogema | > 1 | Pozitivní (1+) | 1,2 % |
| | (40) Ortho Clinical Diagnostics | >>> 3 | Pozitivní (3+) | 3,5 % |
| | | > 1 | Pozitivní (4+) | 1,2 % |
| | (80) DiaMed | > 2 | Pozitivní (2+) | 2,4 % |
| | | >>> 6 | Pozitivní (3+) | 7,1 % |
| | | > 3 | Pozitivní (4+) | 3,5 % |
| | (159) Grifols | >>> 19 | Pozitivní (3+) | 22 % |
| | | > 3 | Pozitivní (4+) | 3,5 % |
| | (173) Sanguin | > 1 | Pozitivní (2+) | 1,2 % |
| Celkem za vzorek: n = 85 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |

(1002) Typ senzibilizace anti-IgG

| | | | | |
|--------------------------|----------------------|------------------|----------------|-------|
| 1 | (0) výrobce neuveden | > 1 | Pozitivní (3+) | 2,5 % |
| | (14) Bio-Rad | > 2 | Pozitivní (1+) | 5,0 % |
| | | >>> 19 | Pozitivní (2+) | 48 % |
| | | > 2 | Pozitivní (3+) | 5,0 % |
| | (80) DiaMed | > 2 | Pozitivní (1+) | 5,0 % |
| | | >>> 5 | Pozitivní (2+) | 13 % |
| | | > 2 | Pozitivní (3+) | 5,0 % |
| | | > 1 | Pozitivní (4+) | 2,5 % |
| | (159) Grifols | 1 | Negativní | 2,5 % |
| | | >>> 3 | Pozitivní (2+) | 7,5 % |
| | | > 1 | Pozitivní (3+) | 2,5 % |
| | | > 1 | Pozitivní (4+) | 2,5 % |
| Celkem za vzorek: n = 40 | | Úspěšnost: 98 % | | |
| 2 | (0) výrobce neuveden | > 1 | Pozitivní (4+) | 2,5 % |
| | (14) Bio-Rad | > 1 | Pozitivní (2+) | 2,5 % |
| | | >>> 21 | Pozitivní (3+) | 53 % |
| | | > 1 | Pozitivní (4+) | 2,5 % |
| | (80) DiaMed | > 1 | Pozitivní (2+) | 2,5 % |
| | | >>> 6 | Pozitivní (3+) | 15 % |
| | | > 3 | Pozitivní (4+) | 7,5 % |
| | (159) Grifols | >>> 5 | Pozitivní (3+) | 13 % |
| | | > 1 | Pozitivní (4+) | 2,5 % |
| Celkem za vzorek: n = 40 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 98 % | | | | |

(1003) Typ senzibilizace anti-IgA

| | | | | |
|--------------------------|--------------|------------------|-----------|------|
| 1 | (14) Bio-Rad | >>> 22 | Negativní | 71 % |
| | (80) DiaMed | >>> 9 | Negativní | 29 % |
| Celkem za vzorek: n = 31 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| 2 | (14) Bio-Rad | >>> 22 | Negativní | 71 % |
| | (80) DiaMed | >>> 9 | Negativní | 29 % |
| Celkem za vzorek: n = 31 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |

Cyklus EHK: PAT2/21 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 19.11.2021

| Zkouška | | N | Výsledek | N _{rel} |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vzorek | Skupina | | | |
| (1004) Typ senzibilizace anti-IgM | | | | |
| 1 | (14) Bio-Rad | >>> | 22 Negativní | 71 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 9 Negativní | 29 % |
| | Celkem za vzorek: n = 31 | Úspěšnost: 100 % | | |
| 2 | (14) Bio-Rad | >>> | 22 Negativní | 71 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 9 Negativní | 29 % |
| | Celkem za vzorek: n = 31 | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |
| (1005) Typ senzibilizace anti-C3c | | | | |
| 1 | (0) výrobce neuveden | >>> | 1 Negativní | 3,1 % |
| | (14) Bio-Rad | >>> | 22 Negativní | 69 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 9 Negativní | 28 % |
| | Celkem za vzorek: n = 32 | Úspěšnost: 100 % | | |
| 2 | (0) výrobce neuveden | >>> | 1 Negativní | 3,1 % |
| | (14) Bio-Rad | >>> | 22 Negativní | 69 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 9 Negativní | 28 % |
| | Celkem za vzorek: n = 32 | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |
| (1006) Typ senzibilizace anti-C3d | | | | |
| 1 | (14) Bio-Rad | >>> | 23 Negativní | 64 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 10 Negativní | 28 % |
| | (159) Grifols | >>> | 3 Negativní | 8,3 % |
| | Celkem za vzorek: n = 36 | Úspěšnost: 100 % | | |
| 2 | (14) Bio-Rad | >>> | 23 Negativní | 64 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 10 Negativní | 28 % |
| | (159) Grifols | >>> | 3 Negativní | 8,3 % |
| | Celkem za vzorek: n = 36 | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |
| (1008) Sl. aglut: Kvantifikace IgG-PAT | | | | |
| 1 | (14) Bio-Rad | > | 11 1:10 | 48 % |
| | | >>> | 4 1:30 | 17 % |
| | | > | 1 1:300 | 4,3 % |
| | (80) DiaMed | > | 3 1:10 | 13 % |
| | | >>> | 4 1:30 | 17 % |
| | Celkem za vzorek: n = 23 | Úspěšnost: 100 % | | |
| 2 | (14) Bio-Rad | > | 10 1:30 | 43 % |
| | | >>> | 5 1:100 | 22 % |
| | | > | 1 1:300 | 4,3 % |
| | (80) DiaMed | > | 1 1:30 | 4,3 % |
| | | >>> | 6 1:100 | 26 % |
| | Celkem za vzorek: n = 23 | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |
| (1009) Sl. aglut: Podtřída IgG1 1:1 | | | | |
| 1 | (14) Bio-Rad | >>> | 15 Negativní | 68 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 7 Negativní | 32 % |
| | Celkem za vzorek: n = 22 | Úspěšnost: 100 % | | |
| 2 | (14) Bio-Rad | > | 8 Negativní | 36 % |
| | | >>> | 5 Pozitivní (1+) | 23 % |
| | | > | 2 Pozitivní (2+) | 9,1 % |
| | (80) DiaMed | > | 1 Negativní | 4,5 % |
| | | >>> | 5 Pozitivní (1+) | 23 % |
| | | > | 1 Pozitivní (2+) | 4,5 % |
| | Celkem za vzorek: n = 22 | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |
| (1010) Sl. aglut: Podtřída IgG1 1:100 | | | | |
| 1 | (14) Bio-Rad | >>> | 14 Negativní | 67 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 7 Negativní | 33 % |
| | Celkem za vzorek: n = 21 | Úspěšnost: 100 % | | |
| 2 | (14) Bio-Rad | >>> | 14 Negativní | 67 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 7 Negativní | 33 % |
| | Celkem za vzorek: n = 21 | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |
| (1011) Sl. aglut: Podtřída IgG3 1:1 | | | | |
| 1 | (14) Bio-Rad | >>> | 15 Negativní | 68 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 7 Negativní | 32 % |
| | Celkem za vzorek: n = 22 | Úspěšnost: 100 % | | |
| 2 | (14) Bio-Rad | >>> | 15 Negativní | 68 % |

Cyklus EHK: PAT2/21 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 19.11.2021

| Zkouška | | N | Výsledek | N _{rel} |
|--------------------------|-------------|------------------|-----------|------------------|
| Vzorek | Skupina | | | |
| 2 | (80) DiaMed | >>> 7 | Negativní | 32 % |
| Celkem za vzorek: n = 22 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |

(1012) Sl. aglut: Podtřída IgG3 1:100

| | | | | |
|--------------------------|--------------|------------------|-----------|------|
| 1 | (14) Bio-Rad | >>> 14 | Negativní | 67 % |
| | (80) DiaMed | >>> 7 | Negativní | 33 % |
| Celkem za vzorek: n = 21 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| 2 | (14) Bio-Rad | >>> 14 | Negativní | 67 % |
| | (80) DiaMed | >>> 7 | Negativní | 33 % |
| Celkem za vzorek: n = 21 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |

(1019) AB0 skupina

| | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|-------|
| 1 | (14) Bio-Rad | >>> 18 | Krevní skupina: 0 | 33 % |
| | (40) Ortho Clinical Diagnostics | >>> 3 | Krevní skupina: 0 | 5,5 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> 1 | Krevní skupina: 0 | 1,8 % |
| | (80) DiaMed | >>> 2 | Krevní skupina: 0 | 3,6 % |
| | (159) Grifols | >>> 14 | Krevní skupina: 0 | 25 % |
| | (172) Immucor | >>> 5 | Krevní skupina: 0 | 9,1 % |
| | (173) Sanguin | >>> 7 | Krevní skupina: 0 | 13 % |
| | (174) IVT Imuno | >>> 4 | Krevní skupina: 0 | 7,3 % |
| | (183) Immunodiagnostic Systems | >>> 1 | Krevní skupina: 0 | 1,8 % |
| Celkem za vzorek: n = 55 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| 2 | (14) Bio-Rad | >>> 18 | Krevní skupina: A | 33 % |
| | (40) Ortho Clinical Diagnostics | >>> 3 | Krevní skupina: A | 5,5 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> 1 | Krevní skupina: A | 1,8 % |
| | (80) DiaMed | >>> 2 | Krevní skupina: A | 3,6 % |
| | (159) Grifols | >>> 14 | Krevní skupina: A | 25 % |
| | (172) Immucor | >>> 5 | Krevní skupina: A | 9,1 % |
| | (173) Sanguin | >>> 7 | Krevní skupina: A | 13 % |
| | (174) IVT Imuno | >>> 4 | Krevní skupina: A | 7,3 % |
| | (183) Immunodiagnostic Systems | >>> 1 | Krevní skupina: A | 1,8 % |
| Celkem za vzorek: n = 55 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |

(1020) Rh D antigen

| | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|-------|
| 1 | (14) Bio-Rad | >>> 22 | Negativní (RhD-) | 40 % |
| | (40) Ortho Clinical Diagnostics | >>> 3 | Negativní (RhD-) | 5,5 % |
| | (52) Dynex | >>> 1 | Negativní (RhD-) | 1,8 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> 1 | Negativní (RhD-) | 1,8 % |
| | (80) DiaMed | >>> 2 | Negativní (RhD-) | 3,6 % |
| | (159) Grifols | >>> 14 | Negativní (RhD-) | 25 % |
| | (170) Biotest | >>> 1 | Negativní (RhD-) | 1,8 % |
| | (172) Immucor | >>> 4 | Negativní (RhD-) | 7,3 % |
| | (173) Sanguin | >>> 5 | Negativní (RhD-) | 9,1 % |
| | (174) IVT Imuno | >>> 1 | Negativní (RhD-) | 1,8 % |
| | (183) Immunodiagnostic Systems | >>> 1 | Negativní (RhD-) | 1,8 % |
| Celkem za vzorek: n = 55 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| 2 | (14) Bio-Rad | >>> 21 | Negativní (RhD-) | 38 % |
| | | 1 | w/v (RhD weak/variant) | 1,8 % |
| | (40) Ortho Clinical Diagnostics | >>> 3 | Negativní (RhD-) | 5,5 % |
| | (52) Dynex | >>> 1 | Negativní (RhD-) | 1,8 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> 1 | Negativní (RhD-) | 1,8 % |
| | (80) DiaMed | >>> 2 | Negativní (RhD-) | 3,6 % |
| | (159) Grifols | >>> 13 | Negativní (RhD-) | 24 % |
| | | 1 | Pozitivní (RhD+) | 1,8 % |
| | (170) Biotest | >>> 1 | Negativní (RhD-) | 1,8 % |
| | (172) Immucor | >>> 4 | Negativní (RhD-) | 7,3 % |
| | (173) Sanguin | >>> 5 | Negativní (RhD-) | 9,1 % |
| | (174) IVT Imuno | >>> 1 | Negativní (RhD-) | 1,8 % |
| | (183) Immunodiagnostic Systems | >>> 1 | Negativní (RhD-) | 1,8 % |
| Celkem za vzorek: n = 55 | | Úspěšnost: 96 % | | |
| Celková úspěšnost: 96 % | | | | |

(1021) Antigen C

| | | | | |
|---|---------------|--------|-----------|-------|
| 1 | (14) Bio-Rad | >>> 15 | Negativní | 34 % |
| | (50) Merck | >>> 1 | Negativní | 2,3 % |
| | (80) DiaMed | >>> 3 | Negativní | 6,8 % |
| | (159) Grifols | >>> 17 | Negativní | 39 % |
| | (172) Immucor | >>> 3 | Negativní | 6,8 % |

Cyklus EHK: PAT2/21 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 19.11.2021

| Zkouška | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-----------|--|------------------|
| Vzorek | Skupina | | N | Výsledek | | N _{rel} |
| 1 | (173) Sanguin | >>> | 3 | Negativní | | 6,8 % |
| | (183) Immunodiagnostic Systems | >>> | 1 | Negativní | | 2,3 % |
| | (999) jiný výrobce | >>> | 1 | Negativní | | 2,3 % |
| | Celkem za vzorek: n = 44 | | Úspěšnost: 100 % | | | |
| 2 | (14) Bio-Rad | >>> | 15 | Negativní | | 34 % |
| | (50) Merck | >>> | 1 | Negativní | | 2,3 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 3 | Negativní | | 6,8 % |
| | (159) Grifols | >>> | 17 | Negativní | | 39 % |
| | (172) Immucor | >>> | 3 | Negativní | | 6,8 % |
| | (173) Sanguin | >>> | 3 | Negativní | | 6,8 % |
| | (183) Immunodiagnostic Systems | >>> | 1 | Negativní | | 2,3 % |
| | (999) jiný výrobce | >>> | 1 | Negativní | | 2,3 % |
| Celkem za vzorek: n = 44 | | Úspěšnost: 100 % | | | | |

Celková úspěšnost: 100 %

(1022) Antigen c

| | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|------------------|----|-----------|--|-------|
| 1 | (14) Bio-Rad | >>> | 15 | Pozitivní | | 34 % |
| | (50) Merck | >>> | 1 | Pozitivní | | 2,3 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 3 | Pozitivní | | 6,8 % |
| | (159) Grifols | >>> | 17 | Pozitivní | | 39 % |
| | (172) Immucor | >>> | 3 | Pozitivní | | 6,8 % |
| | (173) Sanguin | >>> | 3 | Pozitivní | | 6,8 % |
| | (183) Immunodiagnostic Systems | >>> | 1 | Pozitivní | | 2,3 % |
| | (999) jiný výrobce | >>> | 1 | Pozitivní | | 2,3 % |
| Celkem za vzorek: n = 44 | | Úspěšnost: 100 % | | | | |
| 2 | (14) Bio-Rad | >>> | 15 | Pozitivní | | 34 % |
| | (50) Merck | >>> | 1 | Pozitivní | | 2,3 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 3 | Pozitivní | | 6,8 % |
| | (159) Grifols | >>> | 17 | Pozitivní | | 39 % |
| | (172) Immucor | >>> | 3 | Pozitivní | | 6,8 % |
| | (173) Sanguin | >>> | 3 | Pozitivní | | 6,8 % |
| | (183) Immunodiagnostic Systems | >>> | 1 | Pozitivní | | 2,3 % |
| | (999) jiný výrobce | >>> | 1 | Pozitivní | | 2,3 % |
| Celkem za vzorek: n = 44 | | Úspěšnost: 100 % | | | | |

Celková úspěšnost: 100 %

(1023) Antigen Cw

| | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|------------------|----|-----------|--|-------|
| 1 | (14) Bio-Rad | >>> | 4 | Negativní | | 11 % |
| | (50) Merck | >>> | 1 | Negativní | | 2,8 % |
| | (159) Grifols | >>> | 18 | Negativní | | 50 % |
| | (170) Biotest | >>> | 1 | Negativní | | 2,8 % |
| | (172) Immucor | >>> | 3 | Negativní | | 8,3 % |
| | (173) Sanguin | >>> | 7 | Negativní | | 19 % |
| | (174) IVT Imuno | >>> | 1 | Negativní | | 2,8 % |
| | (999) jiný výrobce | >>> | 1 | Negativní | | 2,8 % |
| Celkem za vzorek: n = 36 | | Úspěšnost: 100 % | | | | |
| 2 | (14) Bio-Rad | >>> | 4 | Negativní | | 11 % |
| | (50) Merck | >>> | 1 | Negativní | | 2,8 % |
| | (159) Grifols | >>> | 18 | Negativní | | 50 % |
| | (170) Biotest | >>> | 1 | Negativní | | 2,8 % |
| | (172) Immucor | >>> | 3 | Negativní | | 8,3 % |
| | (173) Sanguin | >>> | 7 | Negativní | | 19 % |
| | (174) IVT Imuno | >>> | 1 | Negativní | | 2,8 % |
| | (999) jiný výrobce | >>> | 1 | Negativní | | 2,8 % |
| Celkem za vzorek: n = 36 | | Úspěšnost: 100 % | | | | |

Celková úspěšnost: 100 %

(1024) Antigen E

| | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|------------------|----|-----------|--|-------|
| 1 | (14) Bio-Rad | >>> | 15 | Negativní | | 34 % |
| | (50) Merck | >>> | 1 | Negativní | | 2,3 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 3 | Negativní | | 6,8 % |
| | (159) Grifols | >>> | 17 | Negativní | | 39 % |
| | (172) Immucor | >>> | 3 | Negativní | | 6,8 % |
| | (173) Sanguin | >>> | 3 | Negativní | | 6,8 % |
| | (183) Immunodiagnostic Systems | >>> | 1 | Negativní | | 2,3 % |
| | (999) jiný výrobce | >>> | 1 | Negativní | | 2,3 % |
| Celkem za vzorek: n = 44 | | Úspěšnost: 100 % | | | | |
| 2 | (14) Bio-Rad | >>> | 15 | Negativní | | 34 % |
| | (50) Merck | >>> | 1 | Negativní | | 2,3 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 3 | Negativní | | 6,8 % |

Cyklus EHK: PAT2/21 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 19.11.2021

| Zkouška | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|
| Vzorek | Skupina | N | Výsledek | | N _{rel} |
| 2 | (159) Grifols | >>> | 17 | Negativní | 39 % |
| | (172) Immucor | >>> | 3 | Negativní | 6,8 % |
| | (173) Sanguin | >>> | 3 | Negativní | 6,8 % |
| | (183) Immunodiagnostic Systems | >>> | 1 | Negativní | 2,3 % |
| | (999) jiný výrobce | >>> | 1 | Negativní | 2,3 % |
| | Celkem za vzorek: n = 44 | | | Úspěšnost: 100 % | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | | |
| (1025) Antigen e | | | | | |
| 1 | (14) Bio-Rad | >>> | 15 | Pozitivní | 34 % |
| | (50) Merck | >>> | 1 | Pozitivní | 2,3 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 3 | Pozitivní | 6,8 % |
| | (159) Grifols | >>> | 17 | Pozitivní | 39 % |
| | (172) Immucor | >>> | 3 | Pozitivní | 6,8 % |
| | (173) Sanguin | >>> | 3 | Pozitivní | 6,8 % |
| | (183) Immunodiagnostic Systems | >>> | 1 | Pozitivní | 2,3 % |
| | (999) jiný výrobce | >>> | 1 | Pozitivní | 2,3 % |
| Celkem za vzorek: n = 44 | | | Úspěšnost: 100 % | | |
| 2 | (14) Bio-Rad | >>> | 15 | Pozitivní | 34 % |
| | (50) Merck | >>> | 1 | Pozitivní | 2,3 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 3 | Pozitivní | 6,8 % |
| | (159) Grifols | >>> | 17 | Pozitivní | 39 % |
| | (172) Immucor | >>> | 3 | Pozitivní | 6,8 % |
| | (173) Sanguin | >>> | 3 | Pozitivní | 6,8 % |
| | (183) Immunodiagnostic Systems | >>> | 1 | Pozitivní | 2,3 % |
| | (999) jiný výrobce | >>> | 1 | Pozitivní | 2,3 % |
| Celkem za vzorek: n = 44 | | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | | |
| (1026) Antigen K | | | | | |
| 1 | (14) Bio-Rad | >>> | 15 | Negativní | 33 % |
| | (50) Merck | >>> | 1 | Negativní | 2,2 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 3 | Negativní | 6,5 % |
| | (159) Grifols | >>> | 18 | Negativní | 39 % |
| | (172) Immucor | >>> | 3 | Negativní | 6,5 % |
| | (173) Sanguin | >>> | 3 | Negativní | 6,5 % |
| | (174) IVT Imuno | >>> | 1 | Negativní | 2,2 % |
| | (183) Immunodiagnostic Systems | >>> | 1 | Negativní | 2,2 % |
| | (999) jiný výrobce | >>> | 1 | Negativní | 2,2 % |
| Celkem za vzorek: n = 46 | | | Úspěšnost: 100 % | | |
| 2 | (14) Bio-Rad | >>> | 15 | Pozitivní | 33 % |
| | (50) Merck | >>> | 1 | Pozitivní | 2,2 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 3 | Pozitivní | 6,5 % |
| | (159) Grifols | >>> | 18 | Pozitivní | 39 % |
| | (172) Immucor | >>> | 3 | Pozitivní | 6,5 % |
| | (173) Sanguin | >>> | 3 | Pozitivní | 6,5 % |
| | (174) IVT Imuno | >>> | 1 | Pozitivní | 2,2 % |
| | (183) Immunodiagnostic Systems | >>> | 1 | Pozitivní | 2,2 % |
| | (999) jiný výrobce | >>> | 1 | Pozitivní | 2,2 % |
| Celkem za vzorek: n = 46 | | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | | |
| (1027) Antigen k | | | | | |
| 1 | (14) Bio-Rad | >>> | 3 | Pozitivní | 13 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> | 2 | Pozitivní | 8,7 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 3 | Pozitivní | 13 % |
| | (159) Grifols | >>> | 1 | Pozitivní | 4,3 % |
| | (172) Immucor | >>> | 1 | Pozitivní | 4,3 % |
| | (173) Sanguin | >>> | 13 | Pozitivní | 57 % |
| Celkem za vzorek: n = 23 | | | Úspěšnost: 100 % | | |
| 2 | (14) Bio-Rad | >>> | 3 | Pozitivní | 13 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> | 2 | Pozitivní | 8,7 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 3 | Pozitivní | 13 % |
| | (159) Grifols | >>> | 1 | Pozitivní | 4,3 % |
| | (172) Immucor | >>> | 1 | Pozitivní | 4,3 % |
| | (173) Sanguin | >>> | 13 | Pozitivní | 57 % |
| Celkem za vzorek: n = 23 | | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | | |
| (1028) Antigen M | | | | | |
| 1 | (6) APR | >>> | 1 | Pozitivní | 4,0 % |

Cyklus EHK: PAT2/21 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 19.11.2021

| Zkouška | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|------------------|-----------|-----------|------------------|
| Vzorek | Skupina | | N | Výsledek | N _{rel} |
| 1 | (14) Bio-Rad | >>> | 3 | Pozitivní | 12 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> | 2 | Pozitivní | 8,0 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 2 | Pozitivní | 8,0 % |
| | (159) Grifols | >>> | 3 | Pozitivní | 12 % |
| | (172) Immucor | >>> | 6 | Pozitivní | 24 % |
| | (173) Sanguin | >>> | 4 | Pozitivní | 16 % |
| | (174) IVT Imuno | >>> | 1 | Pozitivní | 4,0 % |
| | (183) Immunodiagnostic Systems | >>> | 1 | Pozitivní | 4,0 % |
| | (203) ANTITOXIN | >>> | 2 | Pozitivní | 8,0 % |
| Celkem za vzorek: n = 25 | | Úspěšnost: 100 % | | | |
| 2 | (6) APR | >>> | 1 | Pozitivní | 4,0 % |
| | (14) Bio-Rad | >>> | 3 | Pozitivní | 12 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> | 2 | Pozitivní | 8,0 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 2 | Pozitivní | 8,0 % |
| | (159) Grifols | >>> | 3 | Pozitivní | 12 % |
| | (172) Immucor | >>> | 6 | Pozitivní | 24 % |
| | (173) Sanguin | >>> | 4 | Pozitivní | 16 % |
| | (174) IVT Imuno | >>> | 1 | Pozitivní | 4,0 % |
| | (183) Immunodiagnostic Systems | >>> | 1 | Pozitivní | 4,0 % |
| (203) ANTITOXIN | >>> | 2 | Pozitivní | 8,0 % | |
| Celkem za vzorek: n = 25 | | Úspěšnost: 100 % | | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | | |

(1029) Antigen N

| | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------|
| 1 | (6) APR | >>> | 1 | Pozitivní | 4,3 % |
| | (14) Bio-Rad | >>> | 3 | Pozitivní | 13 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> | 2 | Pozitivní | 8,7 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 2 | Pozitivní | 8,7 % |
| | (159) Grifols | >>> | 3 | Pozitivní | 13 % |
| | (172) Immucor | >>> | 4 | Pozitivní | 17 % |
| | (173) Sanguin | >>> | 4 | Pozitivní | 17 % |
| | (174) IVT Imuno | >>> | 1 | Pozitivní | 4,3 % |
| | (183) Immunodiagnostic Systems | >>> | 1 | Pozitivní | 4,3 % |
| (203) ANTITOXIN | >>> | 2 | Pozitivní | 8,7 % | |
| Celkem za vzorek: n = 23 | | Úspěšnost: 100 % | | | |
| 2 | (6) APR | >>> | 1 | Pozitivní | 4,3 % |
| | (14) Bio-Rad | >>> | 3 | Pozitivní | 13 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> | 2 | Pozitivní | 8,7 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 2 | Pozitivní | 8,7 % |
| | (159) Grifols | >>> | 3 | Pozitivní | 13 % |
| | (172) Immucor | >>> | 4 | Pozitivní | 17 % |
| | (173) Sanguin | >>> | 4 | Pozitivní | 17 % |
| | (174) IVT Imuno | >>> | 1 | Pozitivní | 4,3 % |
| | (183) Immunodiagnostic Systems | >>> | 1 | Pozitivní | 4,3 % |
| (203) ANTITOXIN | >>> | 2 | Pozitivní | 8,7 % | |
| Celkem za vzorek: n = 23 | | Úspěšnost: 100 % | | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | | |

(1030) Antigen S

| | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------|
| 1 | (6) APR | >>> | 1 | Negativní | 3,8 % |
| | (14) Bio-Rad | >>> | 2 | Negativní | 7,7 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> | 1 | Negativní | 3,8 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 1 | Pozitivní | 3,8 % |
| | (159) Grifols | >>> | 3 | Negativní | 12 % |
| | (172) Immucor | >>> | 7 | Negativní | 27 % |
| | (173) Sanguin | >>> | 7 | Negativní | 27 % |
| | (183) Immunodiagnostic Systems | >>> | 1 | Negativní | 3,8 % |
| | (203) ANTITOXIN | >>> | 1 | Pozitivní | 3,8 % |
| Celkem za vzorek: n = 26 | | Úspěšnost: 88 % | | | |
| 2 | (6) APR | >>> | 1 | Pozitivní | 3,8 % |
| | (14) Bio-Rad | >>> | 2 | Pozitivní | 7,7 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> | 2 | Pozitivní | 7,7 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 1 | Pozitivní | 3,8 % |
| | (159) Grifols | >>> | 4 | Pozitivní | 15 % |
| | (172) Immucor | >>> | 8 | Pozitivní | 31 % |
| | (173) Sanguin | >>> | 7 | Pozitivní | 27 % |
| (183) Immunodiagnostic Systems | >>> | 1 | Pozitivní | 3,8 % | |
| Celkem za vzorek: n = 26 | | Úspěšnost: 100 % | | | |

Cyklus EHK: PAT2/21 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 19.11.2021

| Zkouška | | | N | Výsledek | N _{rel} |
|---------------------------|--------------------|------------------|----|-----------|------------------|
| Vzorek | Skupina | | | | |
| Celková úspěšnost: 88 % | | | | | |
| (1031) Antigen s | | | | | |
| 1 | (6) APR | >>> | 1 | Pozitivní | 5,3 % |
| | (14) Bio-Rad | >>> | 1 | Pozitivní | 5,3 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> | 2 | Pozitivní | 11 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 1 | Pozitivní | 5,3 % |
| | (159) Grifols | >>> | 4 | Pozitivní | 21 % |
| | (172) Immucor | >>> | 10 | Pozitivní | 53 % |
| Celkem za vzorek: n = 19 | | Úspěšnost: 100 % | | | |
| 2 | (6) APR | >>> | 1 | Pozitivní | 5,3 % |
| | (14) Bio-Rad | >>> | 1 | Pozitivní | 5,3 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> | 2 | Pozitivní | 11 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 1 | Pozitivní | 5,3 % |
| | (159) Grifols | >>> | 4 | Pozitivní | 21 % |
| | (172) Immucor | >>> | 10 | Pozitivní | 53 % |
| Celkem za vzorek: n = 19 | | Úspěšnost: 100 % | | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | | |
| (1032) Antigen P1 | | | | | |
| 1 | (14) Bio-Rad | >>> | 3 | Negativní | 14 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> | 2 | Negativní | 9,1 % |
| | | | 1 | Pozitivní | 4,5 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 2 | Negativní | 9,1 % |
| | (159) Grifols | >>> | 3 | Negativní | 14 % |
| | (172) Immucor | >>> | 5 | Negativní | 23 % |
| | (173) Sanguin | >>> | 6 | Negativní | 27 % |
| Celkem za vzorek: n = 22 | | Úspěšnost: 95 % | | | |
| 2 | (14) Bio-Rad | >>> | 3 | Pozitivní | 14 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> | 3 | Pozitivní | 14 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 2 | Pozitivní | 9,1 % |
| | (159) Grifols | >>> | 3 | Pozitivní | 14 % |
| | (172) Immucor | >>> | 5 | Pozitivní | 23 % |
| | (173) Sanguin | >>> | 6 | Pozitivní | 27 % |
| Celkem za vzorek: n = 22 | | Úspěšnost: 100 % | | | |
| Celková úspěšnost: 95 % | | | | | |
| (1033) Antigen Jka | | | | | |
| 1 | (14) Bio-Rad | >>> | 3 | Pozitivní | 10 % |
| | (52) Dynex | >>> | 2 | Pozitivní | 6,9 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> | 3 | Pozitivní | 10 % |
| | (159) Grifols | >>> | 7 | Pozitivní | 24 % |
| | (172) Immucor | >>> | 6 | Pozitivní | 21 % |
| | (173) Sanguin | >>> | 8 | Pozitivní | 28 % |
| Celkem za vzorek: n = 29 | | Úspěšnost: 100 % | | | |
| 2 | (14) Bio-Rad | | 1 | Neuvedeno | 3,4 % |
| | | >>> | 2 | Pozitivní | 6,9 % |
| | (52) Dynex | >>> | 2 | Pozitivní | 6,9 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> | 3 | Pozitivní | 10 % |
| | (159) Grifols | >>> | 7 | Pozitivní | 24 % |
| | (172) Immucor | >>> | 6 | Pozitivní | 21 % |
| | (173) Sanguin | >>> | 8 | Pozitivní | 28 % |
| Celkem za vzorek: n = 29 | | Úspěšnost: 97 % | | | |
| Celková úspěšnost: 97 % | | | | | |
| (1034) Antigen Jkb | | | | | |
| 1 | (14) Bio-Rad | >>> | 2 | Pozitivní | 7,1 % |
| | (52) Dynex | | 1 | Negativní | 3,6 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> | 3 | Pozitivní | 11 % |
| | (159) Grifols | >>> | 7 | Pozitivní | 25 % |
| | (172) Immucor | >>> | 6 | Pozitivní | 21 % |
| | (173) Sanguin | >>> | 9 | Pozitivní | 32 % |
| Celkem za vzorek: n = 28 | | Úspěšnost: 96 % | | | |
| 2 | (14) Bio-Rad | >>> | 2 | Pozitivní | 7,1 % |
| | (52) Dynex | >>> | 1 | Pozitivní | 3,6 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> | 3 | Pozitivní | 11 % |
| | (159) Grifols | >>> | 7 | Pozitivní | 25 % |
| | (172) Immucor | >>> | 6 | Pozitivní | 21 % |
| | (173) Sanguin | >>> | 9 | Pozitivní | 32 % |
| Celkem za vzorek: n = 28 | | Úspěšnost: 100 % | | | |
| Celková úspěšnost: 96 % | | | | | |

Cyklus EHK: PAT2/21 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 19.11.2021

| Zkouška | | | | | |
|---------------------------|--------------------|------------------|---|-----------|------------------|
| Vzorek | Skupina | | N | Výsledek | N _{rel} |
| (1035) Antigen Lea | | | | | |
| 1 | (14) Bio-Rad | >>> | 3 | Negativní | 16 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> | 2 | Negativní | 11 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 1 | Negativní | 5,3 % |
| | (159) Grifols | >>> | 3 | Negativní | 16 % |
| | (172) Immucor | >>> | 7 | Negativní | 37 % |
| | (173) Sanguin | >>> | 3 | Negativní | 16 % |
| Celkem za vzorek: n = 19 | | Úspěšnost: 100 % | | | |
| 2 | (14) Bio-Rad | >>> | 3 | Pozitivní | 16 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> | 2 | Pozitivní | 11 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 1 | Pozitivní | 5,3 % |
| | (159) Grifols | >>> | 3 | Pozitivní | 16 % |
| | (172) Immucor | >>> | 7 | Pozitivní | 37 % |
| | (173) Sanguin | >>> | 3 | Pozitivní | 16 % |
| Celkem za vzorek: n = 19 | | Úspěšnost: 100 % | | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | | |
| (1036) Antigen Leb | | | | | |
| 1 | (14) Bio-Rad | >>> | 3 | Pozitivní | 16 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> | 2 | Pozitivní | 11 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 1 | Pozitivní | 5,3 % |
| | (159) Grifols | >>> | 3 | Pozitivní | 16 % |
| | (172) Immucor | >>> | 7 | Pozitivní | 37 % |
| | (173) Sanguin | >>> | 3 | Pozitivní | 16 % |
| Celkem za vzorek: n = 19 | | Úspěšnost: 100 % | | | |
| 2 | (14) Bio-Rad | >>> | 3 | Negativní | 16 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> | 2 | Negativní | 11 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 1 | Negativní | 5,3 % |
| | (159) Grifols | >>> | 2 | Negativní | 11 % |
| | (172) Immucor | >>> | 1 | Pozitivní | 5,3 % |
| | (173) Sanguin | >>> | 7 | Negativní | 37 % |
| | (173) Sanguin | >>> | 3 | Negativní | 16 % |
| Celkem za vzorek: n = 19 | | Úspěšnost: 95 % | | | |
| Celková úspěšnost: 95 % | | | | | |