

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška	Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
<b>(1001) PAT (přímý Coombsův test)</b>					
1	Všechny výsledky		> 2	Pozitivní (1+)	17 %
			>>> 8	Pozitivní (2+)	67 %
			> 2	Pozitivní (4+)	17 %
		Celkem za vzorek: n = 12	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky		> 1	Pozitivní (1+)	8,3 %
			>>> 8	Pozitivní (3+)	67 %
			> 3	Pozitivní (4+)	25 %
		Celkem za vzorek: n = 12	Úspěšnost: 100 %		
		Celková úspěšnost: 100 %			
<b>(1002) Typ senzibilizace anti-IgG</b>					
1	Všechny výsledky		>>> 3	Pozitivní (2+)	60 %
			> 2	Pozitivní (4+)	40 %
		Celkem za vzorek: n = 5	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky		>>> 3	Pozitivní (3+)	60 %
			> 2	Pozitivní (4+)	40 %
		Celkem za vzorek: n = 5	Úspěšnost: 100 %		
		Celková úspěšnost: 100 %			
<b>(1003) Typ senzibilizace anti-IgA</b>					
1	Všechny výsledky		>>> 4	Negativní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 4	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky		>>> 4	Negativní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 4	Úspěšnost: 100 %		
		Celková úspěšnost: 100 %			
<b>(1004) Typ senzibilizace anti-IgM</b>					
1	Všechny výsledky		>>> 4	Negativní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 4	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky		>>> 4	Negativní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 4	Úspěšnost: 100 %		
		Celková úspěšnost: 100 %			
<b>(1005) Typ senzibilizace anti-C3c</b>					
1	Všechny výsledky		>>> 4	Negativní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 4	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky		>>> 4	Negativní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 4	Úspěšnost: 100 %		
		Celková úspěšnost: 100 %			
<b>(1006) Typ senzibilizace anti-C3d</b>					
1	Všechny výsledky		>>> 5	Negativní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 5	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky		>>> 5	Negativní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 5	Úspěšnost: 100 %		
		Celková úspěšnost: 100 %			
<b>(1008) Sl. aglut: Kvantifikace IgG-PAT</b>					
1	Všechny výsledky		> 2	1:10	50 %
			>>> 1	1:30	25 %
			> 1	1:300	25 %
		Celkem za vzorek: n = 4	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky		> 1	1:30	25 %
			>>> 2	1:100	50 %
			> 1	1:300	25 %
		Celkem za vzorek: n = 4	Úspěšnost: 100 %		
		Celková úspěšnost: 100 %			
<b>(1009) Sl. aglut: Podtřída IgG1 1:1</b>					
1	Všechny výsledky		>>> 3	Negativní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 3	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky		>>> 2	Pozitivní (1+)	67 %
			> 1	Pozitivní (2+)	33 %
		Celkem za vzorek: n = 3	Úspěšnost: 100 %		
		Celková úspěšnost: 100 %			
<b>(1010) Sl. aglut: Podtřída IgG1 1:100</b>					
1	Všechny výsledky		>>> 3	Negativní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 3	Úspěšnost: 100 %		

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
2	Všechny výsledky	>>> 3	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 3		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1011) Sl. aglut: Podtřída IgG3 1:1</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 3	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 3		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 3	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 3		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1012) Sl. aglut: Podtřída IgG3 1:100</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 3	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 3		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 3	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 3		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1019) AB0 skupina</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 10	Krevní skupina: 0	100 %
Celkem za vzorek: n = 10		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 10	Krevní skupina: A	100 %
Celkem za vzorek: n = 10		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1020) Rh D antigen</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 10	Negativní (RhD-)	100 %
Celkem za vzorek: n = 10		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 10	Negativní (RhD-)	100 %
Celkem za vzorek: n = 10		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1021) Antigen C</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 6	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 6		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 6	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 6		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1022) Antigen c</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 6	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 6		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 6	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 6		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1023) Antigen Cw</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 5	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 5		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 5	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 5		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1024) Antigen E</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 6	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 6		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 6	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 6		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1025) Antigen e</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 6	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 6		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 6	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 6		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1026) Antigen K</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 8	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 8		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 8	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 8		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
<b>(1027) Antigen k</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 3	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 3	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 3	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 3	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1028) Antigen M</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 4	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 4	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 4	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 4	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1029) Antigen N</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 4	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 4	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 4	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 4	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1030) Antigen S</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 3	Negativní	75 %
		1	Pozitivní	25 %
	Celkem za vzorek: n = 4	Úspěšnost: 75 %		
2	Všechny výsledky	>>> 4	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 4	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 75 %				
<b>(1031) Antigen s</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 4	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 4	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 4	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 4	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1032) Antigen P1</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 4	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 4	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 4	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 4	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1033) Antigen Jka</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 4	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 4	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 4	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 4	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1034) Antigen Jkb</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 4	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 4	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 4	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 4	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1035) Antigen Lea</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 4	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 4	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 4	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 4	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1036) Antigen Leb</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 4	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 4	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 3	Negativní	75 %
		1	Pozitivní	25 %
	Celkem za vzorek: n = 4	Úspěšnost: 75 %		
Celková úspěšnost: 75 %				