

## Cyklus EHK: RET1/21 - Retikulocyty mikroskopicky

Stop termín: 18.06.2021

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U <sub>AV</sub> = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost												
		RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>
<b>(211) Retikulocyty</b>					64							64	55	86%
Vzorky a skupiny	[·10(exp9)/L]													
<b>Vzorek A</b>		339	100	29	64	CVP	339	31	60%	135	543	64	61	95%
Všechny výsledky		339	100	29	64	0						64		
<b>Vzorek B</b>		69,2	22	32	64	CVP	69,2	6,7	60%	27,6	111	64	58	91%
Všechny výsledky		69,2	22	32	64	0						64		
st_kn_p						Konec sestavy								Vytištěno: 22.06.2021