

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(1120) Vzorek A - barvení				
Skla EHK (1) SMA		6	0 bodů (nevyhovující výsledek)	8,7 %
		>	9 3 body (akceptovatelný výsledek)	13 %
		>>>	2 5 bodů (výborný výsledek)	2,9 %
		>>>	42 6 bodů (výborný výsledek)	61 %
(2) desmin		>	1 4 body (akceptovatelný výsledek)	1,4 %
		>>>	9 6 bodů (výborný výsledek)	13 %
Celkem za vzorek: n = 69 Úspěšnost: 91 %				
Celková úspěšnost: 91 %				

(1121) Vzorek B - barvení

Skla EHK (1) CD 56		8	0 bodů (nevyhovující výsledek)	12 %
		>	13 3 body (akceptovatelný výsledek)	20 %
		>>>	1 5 bodů (výborný výsledek)	1,5 %
		>>>	24 6 bodů (výborný výsledek)	36 %
(2) synaptofyzin			2 0 bodů (nevyhovující výsledek)	3,0 %
		>	4 3 body (akceptovatelný výsledek)	6,1 %
		>>>	14 6 bodů (výborný výsledek)	21 %
Celkem za vzorek: n = 66 Úspěšnost: 85 %				
Celková úspěšnost: 85 %				

(1122) Vzorek C - barvení

Skla EHK (1) cytokeratin 5/6		2	0 bodů (nevyhovující výsledek)	3,0 %
		>	6 3 body (akceptovatelný výsledek)	9,0 %
		>>>	30 6 bodů (výborný výsledek)	45 %
(2) HMW CK			1 0 bodů (nevyhovující výsledek)	1,5 %
		>	5 3 body (akceptovatelný výsledek)	7,5 %
		>>>	23 6 bodů (výborný výsledek)	34 %
Celkem za vzorek: n = 67 Úspěšnost: 96 %				
Celková úspěšnost: 96 %				

(1123) Vzorek D - barvení

Skla EHK (1) Glypican 3		12	0 bodů (nevyhovující výsledek)	25 %
		>	10 3 body (akceptovatelný výsledek)	21 %
		>	1 4 body (akceptovatelný výsledek)	2,1 %
		>>>	14 6 bodů (výborný výsledek)	29 %
(2) hepatocytární antigen (Hep-par)		>	1 3 body (akceptovatelný výsledek)	2,1 %
		>>>	10 6 bodů (výborný výsledek)	21 %
Celkem za vzorek: n = 48 Úspěšnost: 75 %				
Celková úspěšnost: 75 %				

(1124) Vzorek E - barvení

Skla EHK (1) E-cadherin		2	0 bodů (nevyhovující výsledek)	3,0 %
		>	10 3 body (akceptovatelný výsledek)	15 %
		>	1 4 body (akceptovatelný výsledek)	1,5 %
		>>>	49 6 bodů (výborný výsledek)	74 %
(2) c-kit (CD 117)			1 0 bodů (nevyhovující výsledek)	1,5 %
		>	1 3 body (akceptovatelný výsledek)	1,5 %
		>>>	2 6 bodů (výborný výsledek)	3,0 %
Celkem za vzorek: n = 66 Úspěšnost: 95 %				
Celková úspěšnost: 95 %				