

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: ALB1/22 - Stanovení albuminu v moči

Stop termín: 08.04.2022

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]						Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(369) Albumin					41							41	38	93%
Vzorky a skupiny	[mg/L]													
Vzorek A		33,3	2,1	6,3	41	CVP	33	0,38	21%	26	40	41	39	95%
(1) Abbott		32,6	3,6	11	8	0						8		
(58) Beckman Coulter (AU)		33,5	1,4	4,1	11	0						11		
(60) Roche		33,8	2,0	5,9	15	0						15		
Ostatní					7	0						7		
							3x 12, 3x 75, 1x 162							
Vzorek B		180	13	7,3	41	CVP	182	2,2	21%	143	221	41	39	95%
(1) Abbott		167	42	25	8	0						8		
(58) Beckman Coulter (AU)		180	6,5	3,6	11	0						11		
(60) Roche		185	9,2	5,0	15	0						15		
Ostatní					7	0						7		
							3x 12, 3x 75, 1x 162							
(408) Kreatinin					38							38	37	97%
Vzorky a skupiny	[mmol/L]													
Vzorek A		5,37	0,31	5,8	38	CVP	5,41	0,045	16%	4,54	6,28	38	37	97%
(1) Abbott		5,20	0,30	5,7	8	0						8		
(58) Beckman Coulter (AU)		5,43	0,41	7,5	14	0						14		
(60) Roche		5,42	0,24	4,4	12	0						12		
Ostatní					4	0						4		
							1x 0, 1x 12, 1x 46, 1x 162							
Vzorek B		5,96	0,33	5,6	38	CVP	5,99	0,048	16%	5,03	6,95	38	37	97%
(1) Abbott		5,55	0,61	11	8	0						8		
(58) Beckman Coulter (AU)		6,14	0,29	4,8	14	0						14		
(60) Roche		5,98	0,20	3,4	12	0						12		
Ostatní					4	0						4		
							1x 0, 1x 12, 1x 46, 1x 162							
(470) ACR					35							35	34	97%
Vzorky a skupiny	[g/mol]													
Vzorek A		6,24	0,47	7,5	35	CVP	6,09	0,10	24%	4,62	7,56	35	34	97%
(0) neuvedeno		6,24	0,47	7,5	35	0						35		
Vzorek B		30,1	2,5	8,3	35	CVP	30,4	0,52	24%	23,1	37,7	35	34	97%
(0) neuvedeno		30,1	2,5	8,3	35	0						35		

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 11.04.2022