

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: AP1/22 - Antitrombotické přípravky

Stop termín: 01.04.2022

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]						Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
Sada 1														
(108) Apixaban						33						33	33	100%
Vzorky a skupiny	[µg/L]													
Vzorek A1		216	14	6,6	33	CVP	216	6,1	25%	162	270	33	33	100%
(38) IL		224	8,6	3,8	10	0						10		
(63) Sysmex		214	17	7,8	13	0						13		
(94) Stago		212	15	7,0	8	0						8		
Ostatní					2	0						2		
							1x 162, 1x 179							
Vzorek B1		417	24	5,8	33	CVP	417	10	25%	312	522	33	33	100%
(38) IL		434	14	3,2	10	0						10		
(63) Sysmex		411	33	8,0	13	0						13		
(94) Stago		412	16	4,0	8	0						8		
Ostatní					2	0						2		
							1x 162, 1x 179							
Sada 2														
(109) Dabigatran						34						34	31	91%
Vzorky a skupiny	[µg/L]													
Vzorek A2		283	45	16	34	CVP	283	19	34%	186	380	34	31	91%
(38) IL		287	47	16	10	0						10		
(63) Sysmex		277	37	13	15	1						15		
(94) Stago		304	50	16	6	0						6		
Ostatní					3	0						3		
							1x 149, 1x 162, 1x 179							
Vzorek B2		98,1	17	18	34	CVP	98,1	7,2	34%	64,7	132	34	33	97%
(38) IL		100	12	12	10	0						10		
(63) Sysmex		92,6	16	17	15	0						15		
(94) Stago		115	12	10	6	0						6		
Ostatní					3	0						3		
							1x 149, 1x 162, 1x 179							
Sada 3														
(110) Rivaroxaban						40						40	40	100%
Vzorky a skupiny	[µg/L]													
Vzorek A3		305	26	8,5	40	CVP	305	10	25%	228	382	40	40	100%
(38) IL		285	7,4	2,6	12	0						12		
(63) Sysmex		318	27	8,3	17	0						17		
(94) Stago		304	12	3,9	8	0						8		
Ostatní					3	0						3		
							1x 149, 1x 162, 1x 179							
Vzorek B3		92,8	7,3	7,9	40	CVP	92,8	2,8	25%	69,6	116	40	40	100%
(38) IL		93,4	5,8	6,2	12	0						12		
(63) Sysmex		94,2	7,9	8,3	17	0						17		
(94) Stago		88,5	8,2	9,2	8	0						8		
Ostatní					3	0						3		
							1x 149, 1x 162, 1x 179							

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 06.04.2022