Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

(Skupiny: výrobce reagencie)

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: AP2/22 - Antitrombotické přípravky

Stop termín: 16.09.2022

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška [jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N_{tot}	N_{out}	Srovnatelnost	AV	U_{AV}	D_{max}	LL	UL	N_{eva}	N_{suc}	S_{rel}
Sada 1														
(108) Apixaban [µg/L]				31								31	30	97%
Vzorky a skupiny														
Vzorek A1	74,5	9,3	13	31		CVP	74,5	4,1	25%	55,8	93,2	31	30	97%
(38) IL	82,3	2,2	2,7	10	0							10		
(94) Stago	69,0	5,9	8,6	6	0							6		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)	78,0	3,0	3,8	5	0							5		
(193) HYPHEN BioMed	67,7	6,2	9,2	7	0							7		
Ostatní				3	0	3x 179						3		
Vzorek B1	294	21	7,2	31		CVP	294	9,3	25%	220	368	31	31	100%
(38) IL	306	7,3	2,4	10	0							10		
(94) Stago	304	14	4,6	6	0							6		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)	302	18	6,0	5	0							5		
(193) HYPHEN BioMed	267	28	11	7	0							7		
Ostatní				3	0	3x 179						3		
Sada 2														
(109) Dabigatran [µg/L]				34								34	30	88%
Vzorky a skupiny														
Vzorek A2	44,8	5,4	12	34		CVP	44,8	2,3	25%	33,6	56	34	30	88%
(38) IL	47,5	2,3	4,9	12	0							12		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)	40,0	5,9	15	8	0							8		
(193) HYPHEN BioMed	46,1	7,6	16	11	0							11		
Ostatní				3	0	3x 179						3		
Vzorek B2	223	22	10	34		CVP	223	9,4	25%	167	279	34	33	97%
(38) IL	217	19	8,6	12	0							12		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)	208	10	5,0	8	0							8		
(193) HYPHEN BioMed	247	23	9,2	11	0							11		
Ostatní				3	0	3x 179						3		
Sada 3														
(110) Rivaroxaban [µg/L]				38								38	37	97%
Vzorky a skupiny														
Vzorek A3	73,0	6,3	8,6	38		CVP	73	2,5	25%	54,7	91,3	38	37	97%
(38) IL	75,0	6,4	8,5	12	0							12		
(94) Stago	68,7	2,0	2,9	6	0							6		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)	70,0	4,4	6,4	5	0							5		
(179) Siemens	75,5	3,7	4,9	5	0							5		
(193) HYPHEN BioMed	73,2	3,6	5,0	9	0							9		
Ostatní				1	0	1x 162						1		
Vzorek B3	299	28	9,4	38		CVP	299	11	25%	224	374	38	38	100%
(38) IL	278	14	5,0	12	0							12		
(94) Stago	303	9,3	3,1	6	0							6		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)	305	24	8,0	5	0							5		
(179) Siemens	310	32	10	5	0							5		
(193) HYPHEN BioMed	317	13	3,9	9	0							9		
Ostatní				1	0	1x 162						1		