

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: BIL2/22 - Bilirubin novorozenecký

Stop termín: 26.08.2022

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| RoM = robustní průměr | AV = vztažná hodnota | Dmax = přijatelný rozdíl v procentech |
| SD = směrodatná odchylka | CRV = certifikovaná referenční hodnota | LL = dolní mez |
| CV = variační koeficient | RV = referenční hodnota | UL = horní mez |
| Ntot = celkový počet účastníků | CVE = konsenzus expertů | Neva = počet hodnocených účastníků |
| Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem | CVP = konsenzus všech účastníků | Nsuc = počet úspěšných účastníků |
| | CVPG = konsenzus skupin účastníků | Srel = relativní úspěšnost |
| | U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2) | |

| zkouška | [jednotka] | | | | | | Srovnatelnost | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----|-----|--------|------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|-----|-----|------------------|------------------|------------------|
| | | RoM | SD | CV [%] | N _{tot} | N _{out} | AV | U _{AV} | D _{max} | LL | UL | N _{eva} | N _{suc} | S _{rel} |
| (215) Bilirubin celkový | | | | | 125 | | | | | | | 125 | 118 | 94% |
| Vzorky a skupiny | [µmol/L] | | | | | | | | | | | | | |
| Vzorek A | | 225 | 15 | 6,8 | 125 | CVP | 225 | 3,4 | 20% | 180 | 270 | 125 | 122 | 98% |
| (1) Abbott | | 226 | 9,1 | 4,0 | 22 | 0 | | | | | | 22 | | |
| (58) Beckman Coulter (AU) | | 234 | 3,9 | 1,7 | 21 | 0 | | | | | | 21 | | |
| (60) Roche | | 213 | 7,4 | 3,5 | 51 | 0 | | | | | | 51 | | |
| (149) Siemens (Dade, BN, Dimension) | | 232 | 1,7 | 0,73 | 5 | 0 | | | | | | 5 | | |
| (162) Siemens (Atellica) | | 245 | 8,2 | 3,3 | 9 | 0 | | | | | | 9 | | |
| (179) Siemens | | 237 | 15 | 6,5 | 11 | 0 | | | | | | 11 | | |
| Ostatní | | | | | 6 | 0 | | | | | | 6 | | |
| | | | | | | | 2x 12, 1x 40, 1x 61, 1x 166, 1x 177 | | | | | | | |
| Vzorek B | | 366 | 26 | 7,1 | 125 | CVP | 366 | 5,7 | 20% | 292 | 440 | 125 | 119 | 95% |
| (1) Abbott | | 380 | 14 | 3,6 | 22 | 0 | | | | | | 22 | | |
| (58) Beckman Coulter (AU) | | 358 | 11 | 3,2 | 21 | 0 | | | | | | 21 | | |
| (60) Roche | | 348 | 12 | 3,6 | 51 | 0 | | | | | | 51 | | |
| (149) Siemens (Dade, BN, Dimension) | | 379 | 5,8 | 1,5 | 5 | 0 | | | | | | 5 | | |
| (162) Siemens (Atellica) | | 407 | 13 | 3,2 | 9 | 0 | | | | | | 9 | | |
| (179) Siemens | | 391 | 31 | 7,9 | 11 | 0 | | | | | | 11 | | |
| Ostatní | | | | | 6 | 0 | | | | | | 6 | | |
| | | | | | | | 2x 12, 1x 40, 1x 61, 1x 166, 1x 177 | | | | | | | |

st_kn_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 29.08.2022