

## Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

(Skupiny: výrobce reagentie)

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

## Cyklus EHK: CC2/22 - Cystatin C

Stop termín: 26.08.2022

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CV = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U <sub>AV</sub> = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Srovnatelnost						
		RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>
<b>(106) Cystatin C</b>					10						10	10	100%
Vzorky a skupiny	[mg/L]												
<b>Vzorek A</b>		1,24	0,13	10	10	CVP	1,21	0,031	18%	0,992	1,43	10	10 100%
Ostatní					10							10	
						1x 3, 2x 46, 1x 58, 2x 60, 1x 75, 1x 91, 1x 162, 1x 179							
<b>Vzorek B</b>		2,74	0,19	7,0	10	CVP	2,7	0,063	18%	2,21	3,19	10	10 100%
Ostatní					10							10	
						1x 3, 2x 46, 1x 58, 2x 60, 1x 75, 1x 91, 1x 162, 1x 179							

st\_kn\_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 30.08.2022