

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: CRP3/22 - Stanovení CRP

Stop termín: 26.08.2022

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]						Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(100) C-reaktivní protein					261							261	259	99%
Vzorky a skupiny	[mg/L]													
Vzorek A		9,25	0,71	7,6	261	CVP	9,25	0,11	24%	7,03	11,5	261	259	99%
(2) Imunoturbidimetrie		9,25	0,70	7,5	241	0						241		
(3) Imunonefelometrie		9,19	0,86	9,4	19	0						19		
Ostatní					1	0						1		
						1x 99								
Vzorek B		35,5	1,9	5,3	261	CVP	35,5	0,29	24%	26,9	44,1	261	260	100%
(2) Imunoturbidimetrie		35,7	1,9	5,2	241	0						241		
(3) Imunonefelometrie		33,9	1,4	4,2	19	0						19		
Ostatní					1	0						1		
						1x 99								

st_kn_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 30.08.2022