# Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

(Skupiny: princip měření)

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

## Cyklus EHK: CRP3/22 - Stanovení CRP

Stop termín: 26.08.2022

| | | |
|---|---|---|
| RoM = robustní průměr | AV = vztažná hodnota | Dmax = přijatelný rozdíl v procentech |
| SD = směrodatná odchylka | CRV = certifikovaná referenční hodnota | LL = dolní mez |
| CV = variační koeficient | RV = referenční hodnota | UL = horní mez |
| Ntot = celkový počet účastníků | CVE = konsenzus expertů | Neva = počet hodnocených účastníků |
| Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem | CVP = konsenzus všech účastníků | Nsuc = počet úspěšných účastníků |
| | CVPG = konsenzus skupin účastníků | Srel = relativní úspěšnost |
| | $U_{AV}$ = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2) | |

| Zkouška | [jednotka] | RoM | SD | CV [%] | $N_{tot}$ | $N_{out}$ | Srovnatelnost | AV | $U_{AV}$ | $D_{max}$ | LL | UL | $N_{eva}$ | $N_{suc}$ | $S_{rel}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **(100) C-reaktivní protein** | [mg/L] | | | | 53 | | | | | | | | 53 | 53 | 100% |
| Vzorky a skupiny | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Vzorek A** | | 9,18 | 0,64 | 7,0 | 53 | | CVP | 9,25 | 0,11 | 24% | 7,03 | 11,5 | 53 | 53 | 100% |
| (2) Imunoturbidimetrie | | 9,18 | 0,65 | 7,1 | 52 | 0 | | | | | | | 52 | | |
| Ostatní | | | | | 1 | 0 | | | | | | | 1 | | |
| | | | | | | | 1x 3 | | | | | | | | |
| **Vzorek B** | | 35,0 | 1,7 | 4,7 | 53 | | CVP | 35,5 | 0,29 | 24% | 26,9 | 44,1 | 53 | 53 | 100% |
| (2) Imunoturbidimetrie | | 35,1 | 1,6 | 4,7 | 52 | 0 | | | | | | | 52 | | |
| Ostatní | | | | | 1 | 0 | | | | | | | 1 | | |
| | | | | | | | 1x 3 | | | | | | | | |

st_kn_p

Konec sestavy

Vytištěno: 30.08.2022