

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: CRP4/22 - Stanovení CRP

Stop termín: 02.12.2022

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVe = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(100) C-reaktivní protein					181							181	177	98%
Vzorky a skupiny	[mg/L]													
Vzorek A		35,8	1,9	5,4	181	CVP	35,8	0,35	24%	27,2	44,4	181	177	98%
(2) Imunoturbidimetrie		35,8	1,9	5,4	173	0						173		
Ostatní					8	0						8		
						4x 3, 4x 99								
Vzorek B		63,7	4,5	7,1	181	CVP	63,7	0,82	24%	48,4	79	181	178	98%
(2) Imunoturbidimetrie		63,6	4,4	6,9	173	0						173		
Ostatní					8	0						8		
						4x 3, 4x 99								

st_kn_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 07.12.2022