

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: CRP4/22 - Stanovení CRP

Stop termín: 02.12.2022

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]						Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(100) C-reaktivní protein					32							32	29	91%
Vzorky a skupiny	[mg/L]													
Vzorek A		36,3	2,4	6,5	32	CVP	35,8	0,35	24%	27,2	44,4	32	29	91%
(2) Imunoturbidimetrie		36,3	2,4	6,7	31	0						31		
Ostatní					1	0						1		
						1x 3								
Vzorek B		65,9	7,5	11	32	CVP	63,7	0,82	24%	48,4	79	32	30	94%
(2) Imunoturbidimetrie		65,6	7,4	11	31	0						31		
Ostatní					1	0						1		
						1x 3								
st_kn_p														

Konec sestavy

Vytisknuto: 07.12.2022