

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(289) Počet pásů IgG v likvoru				
F1+F2	Všechny výsledky	± 3	4 pásy	17 %
		± 1	5 pásů	5,6 %
		± 4	6 pásů	22 %
		± 6	7 pásů	33 %
		± 1	8 pásů	5,6 %
		± 1	9 pásů	5,6 %
		± 2	více než 10 pásů	11 %
Celkem za vzorek: n = 18		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(290) Počet pásů IgG v plazmě

F1+F2	Všechny výsledky	± 14	0 (pásy nejsou přítomny)	78 %
		± 2	2 pásy	11 %
		± 1	3 pásy	5,6 %
		± 1	5 pásů	5,6 %
Celkem za vzorek: n = 18		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(291) Výsledný vzorec

F1+F2	Všechny výsledky	>>> 15	Vzorec II	83 %
		> 3	Vzorec III	17 %
Celkem za vzorek: n = 18		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(292) Intratekální syntéza IgG

F1+F2	Všechny výsledky	1	Nepřítomna	5,6 %
		>>> 17	Přítomna	94 %
Celkem za vzorek: n = 18		Úspěšnost: 94 %		
Celková úspěšnost: 94 %				