

## Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

(Skupiny: výrobce reagentie)

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

## Cyklus EHK: DD4/22 - D Dimery

Stop termín: 18.11.2022

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U <sub>AV</sub> = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]						Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>
<b>(476) D Dimery (FEU)</b>					60							60	55	92%
Vzorky a skupiny	[mg/L FEU]													
<b>Vzorek A</b>		0,931	0,55	60	60							60	56	93%
(917) Siemens Innovance D-Dimer		1,38	0,15	11	29	0	CVPG	1,38	0,021	27%	1	1,76	29	
(935) Mindray D-Dimer		0,354	0,042	12	17	1	CVPG	0,354	0,026 ± 0,189	0,165	0,543	17		
(976) IL HemosIL D-Dimer HS 500		0,763	0,045	5,8	6	0	CVPG	0,804	0,026	27%	0,586	1,03	6	
(988) Diagon Dia-D-Dimer		0,583	0,021	3,6	6	0	CVPG	0,583	0,029 ± 0,189	0,394	0,772	6		
Ostatní					2	0						2		
								1x 955, 1x 958						
<b>Vzorek B</b>		0,390	0,14	37	60							60	57	95%
(917) Siemens Innovance D-Dimer		0,487	0,048	9,8	29	0	CVPG	0,466	,0060 ± 0,189	0,277	0,655	29		
(935) Mindray D-Dimer		0,298	0,094	31	17	0	CVPG	0,298	0,056 ± 0,189	0,109	0,487	17		
(976) IL HemosIL D-Dimer HS 500		0,315	0,05	16	6	0	CVPG	0,311	,0084 ± 0,189	0,122	0,5	6		
(988) Diagon Dia-D-Dimer		0,204	0,016	8,0	6	0	CVPG	0,204	0,023 ± 0,189	0,015	0,393	6		
Ostatní					2	0						2		
								1x 955, 1x 958						
<b>(477) D Dimery (DDim)</b>					2							2	2	100%
Vzorky a skupiny	[mg/L D Dimer]													
<b>Vzorek A</b>		0,134	0,008	6,0	2							2	2	100%
Ostatní					2	0						2		
								2x 926						
<b>Vzorek B</b>		0,086	0,004	5,3	2							2	2	100%
Ostatní					2	0						2		
								2x 926						

st\_kn\_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 15.12.2022