

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška	Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(268) Bilirubin					
A		Všechny výsledky	>>> 60	Negativní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 60	Úspěšnost: 100 %		
B		Všechny výsledky	> 3	1+, 2+	5,0 %
			>>> 57	3+, 4+	95 %
		Celkem za vzorek: n = 60	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					
(264) Celková bílkovina					
A		Všechny výsledky	>>> 61	Negativní, < 0,3 g/L	100 %
		Celkem za vzorek: n = 61	Úspěšnost: 100 %		
B		Všechny výsledky	5	0,3 - 0,5 g/L	8,2 %
			>>> 37	0,51 - 2,5 g/L	61 %
			>>> 19	> 2,5 g/L	31 %
		Celkem za vzorek: n = 61	Úspěšnost: 92 %		
Celková úspěšnost: 92 %					
(261) Glukóza					
A		Všechny výsledky	>>> 50	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	82 %
			10	2,81 - 11 mmol/L	16 %
			1	11,1 - 28 mmol/L	1,6 %
		Celkem za vzorek: n = 61	Úspěšnost: 82 %		
B		Všechny výsledky	1	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	1,6 %
			3	2,81 - 11 mmol/L	4,9 %
			> 22	11,1 - 28 mmol/L	36 %
			>>> 35	> 28 mmol/L	57 %
		Celkem za vzorek: n = 61	Úspěšnost: 93 %		
Celková úspěšnost: 77 %					
(275) hCG					
A		Všechny výsledky	>>> 5	Negativní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 5	Úspěšnost: 100 %		
B		Všechny výsledky	>>> 5	Pozitivní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 5	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					
(263) Ketony					
A		Všechny výsledky	>>> 60	Negativní, <= 0,5 mmol/L	98 %
			1	1+, 2+	1,6 %
		Celkem za vzorek: n = 61	Úspěšnost: 98 %		
B		Všechny výsledky	1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	1,6 %
			>>> 45	1+, 2+	74 %
			> 15	3+, 4+	25 %
		Celkem za vzorek: n = 61	Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 97 %					
(272) Krev					
A		Všechny výsledky	>>> 60	Negativní	98 %
			1	> 50 ery/ μ L	1,6 %
		Celkem za vzorek: n = 61	Úspěšnost: 98 %		
B		Všechny výsledky	1	Negativní	1,6 %
			1	5 - 12 ery/ μ L	1,6 %
			> 2	13 - 50 ery/ μ L	3,3 %
			>>> 57	> 50 ery/ μ L	93 %
		Celkem za vzorek: n = 61	Úspěšnost: 97 %		
Celková úspěšnost: 95 %					
(270) Leukocyty					
A		Všechny výsledky	>>> 55	Negativní	98 %
			1	10 - 50 leu/ μ L	1,8 %
		Celkem za vzorek: n = 56	Úspěšnost: 98 %		
B		Všechny výsledky	2	Negativní	3,6 %
			> 3	10 - 50 leu/ μ L	5,4 %
			>>> 26	51 - 250 leu/ μ L	46 %
			>>> 25	> 250 leu/ μ L	45 %
		Celkem za vzorek: n = 56	Úspěšnost: 96 %		
Celková úspěšnost: 95 %					
(274) Nitrity					
A		Všechny výsledky	>>> 59	Negativní	98 %
			1	Pozitivní	1,7 %

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
	Celkem za vzorek: n = 60		Úspěšnost: 98 %	
B	Všechny výsledky	>>> 60	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 60		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 98 %				

(273) pH

A	Všechny výsledky	3	5,0	4,9 %
		> 1	5,5	1,6 %
		> 18	6,0	30 %
		>>> 25	6,5	41 %
		> 14	7,0	23 %
	Celkem za vzorek: n = 61		Úspěšnost: 95 %	
B	Všechny výsledky	3	5,0	4,9 %
		> 2	6,0	3,3 %
		> 25	6,5	41 %
		>>> 31	7,0	51 %
	Celkem za vzorek: n = 61		Úspěšnost: 95 %	
Celková úspěšnost: 93 %				

(266) Urobilinogen

A	Všechny výsledky	>>> 61	Negativní, < 17 µmol/L	100 %
	Celkem za vzorek: n = 61		Úspěšnost: 100 %	
B	Všechny výsledky	> 28	1+, 2+	46 %
		>>> 33	3+, 4+	54 %
	Celkem za vzorek: n = 61		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				